



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

En la Ciudad de México, siendo las **NUEVE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.

Así mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como los ACUERDOS por los que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, 19 de febrero del 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, mismos que pueden ser consultados en la página de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp

El acto fue asistido por la representante del Área Técnica, la Mtra. Martha María Quintero Barrios, Jefa del Departamento Gestión Clínica de Enfermería, la Lic. María de Lourdes Torres Peláez, Jefa del Departamento de Farmacia y Mtro. Miguel Espinosa Pérez, Jefe del Departamento de Almacén General, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, y el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como representante del área contratante, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que **de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las**



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón Ó Denominación Social	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	3
2	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	19	4
3	CHARDANY COMPANY, S.A. DE C.V.	13	3
4	COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	8	4
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	20	4
6	CORPORATIVO NEOMÉDICA, S.A. DE C.V.	4	1
7	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	3	1
8	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	4	2
9	FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	11	3
10	FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ	4	1
11	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	10
12	GE, SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	2
13	GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.	6	6
14	HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	15	3
15	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	5	1
16	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	2	1
17	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	1
18	JUAMA, S.A. DE C.V.	2	2
19	KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	2
20	LIPROLABH, S.A. DE C.V.	1	1



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

No.	Nombre, Razón Ó Denominación Social	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
21	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	2	1
22	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	4	2
23	MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	88	27
24	MOBIUS MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	2	2
25	NEUMEDICA HOMECARE, S.A. DE C.V.	2	1
26	OMNINUS, S.A. DE C.V.	17	5
27	PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	3	2
28	PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	8	1
29	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V.	11	3
30	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, PRONAMED, S.A.	9	2
31	RYSE MEDICA, S.A. DE C.V.	3	3
32	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	27	9
33	SERVICIOS Y MATERIALES DE BIOINGENIERIA, S.A. DE C.V.	15	5
34	TECNOLOGÍA APLICADA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	2	1
35	TERMOCLIN DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.	3	1



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Compras					
Procedimiento: 1070035 - Licitación Pública Internacional Abierta Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 2021					
Expediente: 227849 - Licitación Pública Internacional Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					
Fecha y hora de apertura de propuestas: 12/10/2021 10:00:00 a. m.					
Mensajes Recibidos					
Resumen	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1. HUSPITAL SA DE CV	05/10/2021 09:40 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	05/10/2021 09:52 a. m.	05/10/2021 09:52 a. m.	
2. INSANIDAD HOSPITAL SA DE CV	05/10/2021 09:22 a. m.	DUDAS	05/10/2021 09:51 a. m.	05/10/2021 09:51 a. m.	
3. COMPARATIVO DE SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	05/10/2021 12:27 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	05/10/2021 09:49 a. m.	05/10/2021 09:49 a. m.	
4. COMERCIALIZADORA SCAR SA DE CV	04/10/2021 11:18 a. m.	JA E873-2021 PREGUNTAS	05/10/2021 09:48 a. m.	05/10/2021 09:48 a. m.	
5. MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	04/10/2021 10:51 p. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES	05/10/2021 09:44 a. m.	05/10/2021 09:44 a. m.	
6. MEDICOMEX	04/10/2021 10:44 p. m.	Solicitud de aclaraciones a las bases	05/10/2021 09:44 a. m.	05/10/2021 09:44 a. m.	
7. FARMASIA KABI MEXICO SA DE CV	04/10/2021 09:23 p. m.	INTERES DE PARTICIPACION Y DUDAS	05/10/2021 09:41 a. m.	05/10/2021 09:41 a. m.	
8. ENDOMETICA SA DE CV	04/10/2021 09:16 p. m.	Interes de participación y preguntas	05/10/2021 09:39 a. m.	05/10/2021 09:39 a. m.	
9. PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	04/10/2021 08:41 p. m.	DUDAS Y ESCRITO DE INTERES	05/10/2021 09:37 a. m.	05/10/2021 09:37 a. m.	
10. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO SA DE CV	04/10/2021 08:39 p. m.	ESCRITO DE INTERES Y PREGUNTAS	05/10/2021 09:36 a. m.	05/10/2021 09:36 a. m.	
11. SERVICIOS Y MATERIALES DE INGENIERIA SA DE CV	04/10/2021 08:32 p. m.	JA	05/10/2021 09:35 a. m.	05/10/2021 09:35 a. m.	
12. TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA SA DE CV	04/10/2021 07:58 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTAS	05/10/2021 09:31 a. m.	05/10/2021 09:31 a. m.	
13. LIPOLASH SA DE CV	04/10/2021 07:37 p. m.	JUNTA ACLARATORIA	05/10/2021 09:29 a. m.	05/10/2021 09:29 a. m.	
14. PROVEEDORA NACIONAL DE FARMACOS PROMED SA	04/10/2021 06:57 p. m.	PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	05/10/2021 09:25 a. m.	05/10/2021 09:25 a. m.	
15. MEDIOS MEDICAL MEXICO SA DE CV	04/10/2021 06:07 p. m.	ESCRITO DE INTERES Y PREGUNTAS	05/10/2021 09:24 a. m.	05/10/2021 09:24 a. m.	
16. GISEN Y DESARROLLO MEDICO	04/10/2021 06:00 p. m.	Aclaraciones a la convocatoria	05/10/2021 09:22 a. m.	05/10/2021 09:22 a. m.	
17. PRONISA PARA HOSPITALES SA DE CV	04/10/2021 04:00 p. m.	Solicitud de Aclaraciones	05/10/2021 09:20 a. m.	05/10/2021 09:20 a. m.	
18. CHANDANY COMPANY SA DE CV	04/10/2021 03:51 p. m.	PREGUNTAS CHANDANY COMPANY SA DE CV	05/10/2021 09:18 a. m.	05/10/2021 09:18 a. m.	
19. KEMBALL CEMENTO SA DE CV	04/10/2021 03:36 p. m.	Preguntas - KEMBALL de México	05/10/2021 09:16 a. m.	05/10/2021 09:16 a. m.	
20. JEMSA SA DE CV	04/10/2021 03:26 p. m.	Preguntas - Junta de Aclaraciones	05/10/2021 09:15 a. m.	05/10/2021 09:15 a. m.	
21. RYSE MEDICA	04/10/2021 03:29 p. m.	PREGUNTAS RYSE MEDICA	05/10/2021 09:13 a. m.	05/10/2021 09:13 a. m.	
22. NEUMEDICA HOMECARE SA DE CV	04/10/2021 03:28 p. m.	ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA	05/10/2021 09:11 a. m.	05/10/2021 09:11 a. m.	
23. OMNIVIS SA DE CV	04/10/2021 03:02 p. m.	PREGUNTAS JUNTA ACLARACIONES OMNIVIS	05/10/2021 09:09 a. m.	05/10/2021 09:09 a. m.	
24. MEDUNAFARMACOS SA DE CV	04/10/2021 04:25 p. m.	Modificación aclaraciones	04/10/2021 04:47 p. m.	04/10/2021 04:47 p. m.	
25. ANHOU INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV	04/10/2021 04:05 p. m.	Preguntas para Junta de Aclaración	04/10/2021 04:45 p. m.	04/10/2021 04:45 p. m.	
26. BELITO TECNOLOGIAS SA DE CV	04/10/2021 03:19 p. m.	ESCRITO PARA ANOTAR INTERES	04/10/2021 04:44 p. m.	04/10/2021 04:44 p. m.	
27. SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	04/10/2021 02:36 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES PREFARMA	04/10/2021 04:42 p. m.	04/10/2021 04:42 p. m.	
28. SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	04/10/2021 12:33 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES PREFARMA	04/10/2021 04:40 p. m.	04/10/2021 04:40 p. m.	
29. HOSPITAL SA DE CV	04/10/2021 11:11 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	04/10/2021 04:35 p. m.	04/10/2021 04:35 p. m.	
30. MEDLINE MEXICO SA DE CV	02/10/2021 04:57 p. m.	Aclaraciones México E873	04/10/2021 09:54 a. m.	04/10/2021 09:54 a. m.	
31. PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA SA DE CV	01/10/2021 05:38 p. m.	Manifiesto de interés en Participar y Junta de Aclaraciones	04/10/2021 09:52 a. m.	04/10/2021 09:52 a. m.	
32. COMPARATIVO MEDICAL SA DE CV	01/10/2021 06:26 p. m.	ACLARACIONES AL EVENTO	04/10/2021 09:51 a. m.	04/10/2021 09:51 a. m.	
33. GRUPO RYSE	01/10/2021 05:18 p. m.	INTERES POR PARTICIPAR Y PREGUNTAS PARA JA	04/10/2021 09:49 a. m.	04/10/2021 09:49 a. m.	
34. FARMACIA GUERRA LUPAZ SA DE CV	01/10/2021 04:32 p. m.	Pregunta para Junta de aclaraciones E873	04/10/2021 09:47 a. m.	04/10/2021 09:47 a. m.	
35. B. BIRNBERG MEDICAL DE MEXICO SA DE CV	01/10/2021 11:25 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	04/10/2021 09:46 a. m.	04/10/2021 09:46 a. m.	
36. FARMACEUTICA ALTHUS SA DE CV	30/09/2021 06:29 p. m.	Manifiesto de interés en Participar y Solicitud de Aclaraciones	04/10/2021 09:44 a. m.	04/10/2021 09:44 a. m.	
37. TERNACON DIAGNOSTICOS SA DE CV	29/09/2021 09:09 p. m.	Dudas Terminos Diagnosticos S.A. de CV	30/09/2021 10:51 a. m.	30/09/2021 10:51 a. m.	
38. GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	29/09/2021 09:41 p. m.	PREGUNTAS JA DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	30/09/2021 10:54 a. m.	30/09/2021 10:54 a. m.	
39. CHANDANY COMPANY SA DE CV	23/09/2021 03:40 p. m.	PREGUNTAS CHANDANY COMPANY S.A. DE C.V.	30/09/2021 10:57 a. m.	30/09/2021 10:57 a. m.	
40. CHANDANY COMPANY SA DE CV	23/09/2021 04:05 p. m.	PREGUNTAS CHANDANY COMPANY S.A. DE C.V.	30/09/2021 10:58 a. m.	30/09/2021 10:58 a. m.	

Así mismo se destacan los siguientes puntos:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

a) Así mismo, se hace constar que los licitantes BIODMS, S.A. DE C.V. y CLAUDIA SUÁREZ BELMONT, no presentan su Escrito de Interés en participar; sin embargo se consideran sus preguntas para su atención.

b) De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizó las siguientes precisiones técnicas a la Convocatoria.

Precisión número 1.- Modificación en descripción.

Nº partida	Dice	Debe Decir
11	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 1.9 DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE ENTREGUE DISPARADOR EN EL PRIMER MES DE ADJUDICADO.	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 GA POR 16 DE LARGO CON MUESCA DE 1.9 CM, ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE ENTREGUE DISPARADOR EN EL PRIMER MES DE ADJUDICADO.
12	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 14 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR.	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 14 CM POR 16 DE LARGO CON MUESCA DE 1.9 CM, ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR.

Precisión número 2.- Modificación en descripción y cantidad.

Dice:

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
201	EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS e INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H2O CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	4	10	10	0	0

Debe decir

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
201	EJERCITADORES PULMONARES INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 -	CAJA	32	80	0	40	40



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H2O CAJA CON 10 PIEZAS						
---	--	--	--	--	--	--

Dice:

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
427	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL.	PAR	3	6	0	0	6
	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL.	PAR	3	6	0	0	6

Nota: al licitante que se le adjudique la **partida 427** deberá entregar 10 equipos para compresora para medias y deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Capacitación al personal



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

- En caso de requerirse el retiro de algún equipo por reparación se dejará un equipo de reemplazo.
- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Debe decir

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
427	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL.	PAR	20	50	0	25	25
	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL.	PAR	3	6	0	0	6
	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES	PIEZA	12	30	0	15	15



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL.						

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 427 deberá entregar 10 equipos para compresora para medias y deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Capacitación al personal
- En caso de requerirse el retiro de algún equipo por reparación se dejará un equipo de reemplazo.
- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Precisión número 3.- Modificación en cantidad.

Dice:

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
6	AGUJA DE AORTA PARA MINIMA INVASIÓN 14 GA 7 FR, DE 31 CM DE LARGO DLP	PIEZA	8	20	0	10	10
10	AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER	KIT	4	8	2	2	4
43	BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA	CAJA	10	25	5	5	15
44	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML, CAJA CON 12	CAJA	10	25	5	5	15
48	CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE ADULTO COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	PIEZA	10	25	5	5	15
49	CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE PEDIATRICO COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	PIEZA	10	25	5	5	15
53	CANULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP	PIEZA	16	40	8	8	24
54	CANULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP	PIEZA	6	15	3	3	9
59	CANULA ARTERIAL REFORZADA CON GUIA, TAMAÑO 6 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR	PIEZA	4	10	0	5	5



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	DE 1/4						
67	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA RIGIDA Y TOPE REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR	PIEZA	20	50	10	10	30
68	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 10 FR.	PIEZA	6	15	3	3	9
69	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 12FR.	PIEZA	6	15	3	3	9
71	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8 16FR.	PIEZA	2	5	1	1	3
77	CÁNULA DE ASPIRACIÓN INTRACARDIACA DLP	PIEZA	40	100	20	20	60
97	CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUIA METALICA EXTRAIBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	30	75	15	15	45
139	CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. (AGUJA PARA AORTA)	PIEZA	44	110	20	20	70
140	CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 18 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. (AGUJA PARA AORTA)	PIEZA	10	25	5	5	15
142	CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010	PIEZA	4	10	2	2	6
178	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	10	25	5	5	15
179	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	12	29	6	6	17
184	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA ESTERIL 1/4 3/16	PIEZA	20	50	10	10	30
188	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTOGRAFO, HAEMOSCOPE, CAJA CON 20 PIEZAS.	CAJA	27	67	15	17	35
216	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO	EQUIPO	28	70	15	15	40



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
217	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO, CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO	EQUIPO	68	170	30	40	100
218	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO	EQUIPO	14	33	7	6	20
221	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTIN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESION CON SOPORTES PARA EL EQUIPO	PIEZA	2	5	1	1	3
222	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA SANGUINEA 4:1 ADULTO CON INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO Y MANOMETRO INTEGRADO CON SOPORTES PARA EL EQUIPO	PIEZA	4	8	2	2	4
228	FILTRO ARTERIAL ADULTO PARA CEC	PIEZA	30	75	15	15	45
243	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE NEONATAL, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN	PIEZA	10	25	5	5	15
276	KIT PARA CANULACION ARTERIAL FEMORAL PERCUTANEA 19 FR	PIEZA	2	4	0	2	2
277	KIT PARA CANULACION ARTERIAL FEMORAL PERCUTANEA 21 FR	PIEZA	10	25	5	5	15
279	KIT PARA CANULACION FEMORAL ARTERIAL PERCUTANEA 23 FR.	PIEZA	10	25	5	5	15
282	KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 23 FR.	PIEZA	16	40	8	8	24
283	KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 25 FR.	PIEZA	8	18	4	3	11
362	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA MARCA SARNS MODL. CDI510H CAJA CON 20 PZAS.	CAJA	10	25	5	5	15
381	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ACIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASIÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML	PIEZA	4	10	2	2	6
426	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO , EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	60	150	30	30	90



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML. POR MINUTO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS SOPORTES PARA SU USO	PIEZA	1	2	0	1	1
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	30	75	15	15	45
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2800 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO	PIEZA	20	50	10	10	30
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 4000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	20	50	10	10	30
428	SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	30	75	15	15	45
	SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO PEDIATRICO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	20	50	10	10	30
429	SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA MONITORES EN COMODATO	CAJA	4	10	2	2	6

Debe decir:

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
6	AGUJA DE AORTA PARA MINIMA INVASIÓN 14 GA 7 FR. DE 31 CM DE LARGO DLP	PIEZA	20	50	0	25	25
10	AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER	CAJA	2	3	0	3	0
43	BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA	CAJA	8	20	0	10	10
44	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML, CAJA CON 12	CAJA	8	20	0	10	10
48	CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE ADULTO COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	PIEZA	16	40	0	20	20
49	CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE PEDIATRICO	PIEZA	16	40	0	20	20



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA						
53	CANULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP	PIEZA	20	50	0	25	25
54	CANULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP	PIEZA	8	20	0	10	10
59	CANULA ARTERIAL REFORZADA CON GUIA, TAMAÑO 6 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4	PIEZA	8	20	0	10	10
67	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA RIGIDA Y TOPE REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR	PIEZA	10	25	0	10	15
68	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 10 FR.	PIEZA	12	30	0	15	15
69	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 12FR.	PIEZA	16	40	0	20	20
71	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8 16FR.	PIEZA	4	10	0	5	5
77	CÁNULA DE ASPIRACIÓN INTRACARDIACA DLP	PIEZA	40	100	0	50	50
97	CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUIA METALICA EXTRAIBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	40	100	0	50	50
139	CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. (AGUJA PARA AORTA)	PIEZA	60	150	0	75	75
140	CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 18 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. (AGUJA PARA AORTA)	PIEZA	40	100	0	50	50
142	CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010	PIEZA	20	50	0	25	25
178	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	20	50	0	25	25
179	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	PIEZA	20	50	0	25	25
184	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA ESTERIL 1/4 3/16	PIEZA	40	100	0	50	50
188	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTOGRAFO, HAEMOSCOPE, CAJA CON	CAJA	12	30	0	15	15



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	20 PIEZAS.						
216	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO	EQUIPO	24	60	0	30	30
217	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO, CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO	EQUIPO	56	140	0	70	70
218	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO	EQUIPO	24	60	0	30	30
221	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTIN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESION CON SOPORTES PARA EL EQUIPO	PIEZA	2	4	0	2	2
222	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA SANGUINEA 4:1 ADULTO CON INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO Y MANOMETRO INTEGRADO CON SOPORTES PARA EL EQUIPO	PIEZA	2	4	0	2	2
228	FILTRO ARTERIAL ADULTO PARA CEC	PIEZA	4	10	0	5	5
243	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE NEONATAL, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN	PIEZA	12	30	0	15	15
276	KIT PARA CANULACION ARTERIAL FEMORAL PERCUTANEA 19 FR	PIEZA	8	20	0	10	10
277	KIT PARA CANULACION ARTERIAL FEMORAL PERCUTANEA 21 FR	PIEZA	8	20	0	10	10
279	KIT PARA CANULACION FEMORAL ARTERIAL PERCUTANEA 23 FR.	PIEZA	10	25	0	0	25
282	KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 23 FR.	PIEZA	8	20	0	10	10
283	KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 25 FR.	PIEZA	8	20	0	10	10
362	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA MARCA SARNS MODL. CDI510H CAJA CON 20 PZAS.	CAJA	12	30	0	15	15
381	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS. ACIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASIÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS	PIEZA	7	16	0	8	8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	ULCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML						
426	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO , EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	64	160	0	80	80
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML. POR MINUTO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS SOPORTES PARA SU USO	PIEZA	4	10	0	5	5
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	28	70	0	35	35
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2800 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO	PIEZA	12	30	0	15	15
	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 4000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA EL SOPORTE PARA SU USO	PIEZA	20	50	0	25	25
428	SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	96	240	0	120	120
	SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO PEDIATRICO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	56	140	0	70	70
429	SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA MONITORES EN COMODATO	CAJA	8	20	0	10	10

Dice:

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
430	SISTEMA PARA ECMO ADULTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA CONSOLA PARA BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR EXTERNO, SOPORTE PARA OXIGENADORES DE ACUERDO AL TAMAÑO, MANIVELA DE URGENCIA, INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA Y MEZCLADOR PARA GASES.	PIEZA	2	3	0	1	2



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	SISTEMA PARA ECMO PEDIATRICO, EL PROVEDOR PROPORCIONARA CONSOLA PARA BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR EXTERNO, SOPORTE PARA OXIGENADOR, MANIVELA DE URGENCIA, INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA Y MEZCLADOR PARA GASES.	PIEZA	1	2	0	1	1

Nota: al licitante que se le adjudique la **partida 430** deberá proveer el equipo que comprende centrifuga con motor externo, soporte para oxigenador manivela para emergencia, con intercambiador de temperatura, mezclador de gases (blender) y carro de traslado.

Debe decir

No. Partida	Descripción	Unida	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
430	SISTEMA DE ECMO QUE CONSTA DE TUBERÍA, CABEZAL CENTRIFUGO DE 32 ML, OXIGENADOR DE DIFUSIÓN CON CERTIFICACIÓN DE 14 DÍAS CON FLUJO MÁXIMO 7 LITROS, 1,8 METROS DE MEMBRANA, CON RECUBRIMIENTO EN TODO EL SISTEMA DE ALBÚMINA Y HEPARINA, PREARMADO DE FABRICA.	PIEZA	10	25	0	15	10
	SISTEMA PARA ECMO PEDIATRICO, EL PROVEDOR PROPORCIONARA CONSOLA PARA BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR EXTERNO, SOPORTE PARA OXIGENADOR, MANIVELA DE URGENCIA, INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA Y MEZCLADOR PARA GASES.	PIEZA	4	10	0	5	5

Nota: al licitante que se le adjudique la **partida 430** deberá proveer **cuatro** equipos que comprende centrifuga con motor externo, soporte para oxigenador manivela para emergencia, con intercambiador de temperatura, mezclador de gases (blender) y carro de traslado.

Precisión número 4.- Se agregan las siguientes partidas:

Anexo A, "Anexo Técnico"

No.	Descripción del Artículo	Unidad	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
432	IDOPOVIDONA ESPUMA ANTISEPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACION, AL CUAL SE LE MEDIRA EL PH, FRASCO CON 120 ML.	PIEZA	800	2,000	0	1,000	2,000
433	IDOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACION, SE LE MEDIRA EL PH, Y SE LE REALIZARAN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML.	PIEZA	1,600	4,000	0	2,000	2,000



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

No.	Descripción del Artículo	Unidad	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
434	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO HORIZONTAL PARA ASEGURAR TUBOS Y DRENAJES, QUE CONSISTE EN UNA BARRERA CUTANEA DE USO ESTANDAR Y MEJOR ACCESO PARA EL CUIDADO DEL SITIO, ESTERIL	PIEZA	200	500	0	250	250
435	EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H2O CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	8	20	0	10	10
436	CANULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP	PIEZA	20	50	0	25	25
437	CANULA PARA CAVIDADES DERECHAS CON BALIN EN LA PUNTA 20 FR	PIEZA	40	100	0	50	50
438	CINTA QUIRURGICA DE SILICONA, RESPALDO O SO PORTE DE RAYON NO TEJIDO Y POLIESTER, CON UNA CAPA DE UNIÓN DE POLIÉSTER DE COLOR AZUL, EL MATERIAL ESTA RECUBIERTO CON UN ADHESIVO DE SILICONA Y PERMITE EL PASO DE VAPOR DE HUMEDAD A TRAVES DE LA CINTA. DE 2.5 CM POR 5 MTS CAJA CON 12 ROLLOS	CAJA	12	30	0	15	15
439	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CHICA, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN	PIEZA	6	15	0	7	8
440	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA GRANDE, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN	PIEZA	20	50	0	25	25
441	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA MEDIANA, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN	PIEZA	28	70	0	35	35
442	PUERTO DE EXHALACIÓN DESECHABLE PARA CIRCUITO DE CPAP, CON PUERTO PARA O2 COMPATIBLE CON MASCARILLA ORONASAL.	PIEZA	16	40	0	20	20
443	TOALLITAS REMOVEDORAS Y/O ELIMINADORAS DE ADHESIVO, ELABORADA DE TELA NO TEJIDA IMPREGNADA CON SOLUCIÓN LIMPIADORA, CON AGENTES EMOLIENTES, ANTIOXIDANTES, DISOLVENTES Y SURFACTANTES, BASE DE SILICÓN Y LIBRES DE ALCOHOL, ENVASADA	PIEZA	80	200	0	100	100



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No.	Descripción del Artículo	Unidad	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	INDIVIDUALMENTE EN SOBRE DE ALUMINIO.						
444	PROTECTOR CUTANEO NO IRRITANTE, LIBRE DE ALCOHOL , DE RAPIDO SECADO, FORMA UNA PELICULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE	PIEZA	120	300	0	150	150
445	TOALLAS DESECHABLES ANTISÉPTICAS PARA BAÑO SECO CON CLORHEXIDINA. CONTIENE 8 A 10 TOALLAS IMPREGNADAS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON EFECTO RESIDUAL. LIBRE DE ENJUAGUE.	PIEZA	120	300	0	150	150
446	SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACIÓN ADULTO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL PARA TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR PIEZA EN "T" DE 12 FR. 54 CM. DE LONGITUD, ESTÉRIL	480	800	640	200	200	400
447	SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACIÓN ADULTO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL PARA TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR PIEZA EN "T" DE 10FR. 54 CM DE LONGITUD 3.3 MMM DE DIÁMETRO, ESTÉRIL.	360	600	480	200	200	200
448	FIJACIÓN DE TUBO NASOGÁSTRICO DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR	360	600	480	200	200	200
449	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POST-QUIRÚRGICO DE 3MM (1/4) ESTÉRIL ,CONTENIDO: SONDA DE SUCCIÓN DE 6MM, AGUJA DE 3MM, SONDA CONECTORA, SUCCIONADOR DE 400ML,VALVULA DE REFLUJO, VÁLVULA DE ACTIVACIÓN, CINTURÓN AJUSTABLE	60	100	80	20	20	60
450	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POST-QUIRÚRGICO DE 6MM (1/8) ESTÉRIL ,CONTENIDO: SONDA DE SUCCIÓN DE 6MM, AGUJA DE 3MM, SONDA CONECTORA, SUCCIONADOR DE 400ML,VALVULA DE REFLUJO, VÁLVULA DE ACTIVACIÓN, CINTURÓN AJUSTABLE	60	100	80	20	20	60
451	INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EQUIPO DE INSERCIÓN QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUÍA METÁLICA, CALIBRE 6 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 30 CM ESTÉRIL, DESECHABLE. PIEZA	60	100	80	20	20	60
452	600 CATÉTER PERIFÉRICO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIOLÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 16 GA 2 IN. PIEZAS.	360	600	480	200	200	200
453	CATÉTER PERIFÉRICO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIOLÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 20 GA 2 IN.	4,800	8,000	6,400	2000	2000	4000



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

No.	Descripción del Artículo	Unidad	Cantidad		Proyecto de Calendario		
			Mín	Máx	Oct	Nov	Dic
	PIEZAS.						
454	CATÉTER PERIFÉRICO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIOLÓN. CON RADIOOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 22 GA 2 IN. PIEZAS	PIEZAS	3,600	6,000	2000	2000	2000
455	CATÉTER PERIFÉRICO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIOLÓN. CON RADIOOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 24 GA 2 IN. PIEZAS	PIEZAS	2,520	4,200	1,400	1,400	1,400
456	CABEZAL CENTRIFUGO CON PURGADO DE 31 ML, LEVITACIONMAGNETICA PARA ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA, DERECHA Y/O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MAXIMO DE 9.9 LITROS POR MINUTO, 5000 RPM MAXIMA POR MINUTO	PIEZA	5	12	0	6	6
	TUBERÍA ESTÉRIL DE ADULTO PARA CIRCUITO DE ASISTENCIA VENTRICULAR CON LONGITUD DE 2M Y MEDIDA DE 3/8 INCLUYA BOLSA PARA CEBADO DE 850ML E IDENTIFICADORES DE COLOR ROJO PARA RETORNO Y AZUL PARA DRENAJE.	PIEZA	5	12	0	6	6

Nota: al licitante que se le adjudique la **partida 456** deberá proveer un equipo centrímag. Consola para asistencia ventricular con cabezal centrífugo, con máximo de 9.9 litros por minuto y 5000 RPM, 2 canales de presión, motor externo, brazo para motor, sensor de flujo, batería de 60 minutos, plataforma de soporte mecánico circulatorio para pacientes adultos y pediátricos que trabaja bajo el principio de levitación magnética total con auto calibración de hasta 50,000 veces por segundo realizando la función de ecmo (canulación periférica o central) y asistencia ventricular (canulación central) de uno o dos ventrículos al mismo tiempo, produciendo un flujo centrífugo de manera continua a través de un cono centrífugo de levitación magnética total.

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Capacitación al personal
- En caso de requerirse el retiro del equipo por reparación se dejará un equipo de reemplazo.
- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Precisión número 5.-

Anexo A "Anexo Técnico"

Se aclara que las presentaciones que en su caso se oferten, y que no se ajusten exactamente a las cantidades solicitadas, los licitantes deberán ofertar con independencia de la presentación de su producto, la cantidad que más se ajuste a lo solicitado por la convocante. Aclarando que la cotización que se presente será por cantidad mínima y máxima solicitada en Anexo Técnico de la presente convocatoria.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

LICITANTE:		ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA En el Anexo 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (Obligatorio). DESCRIPCIÓN DEL BIEN: En los campos Plazo de entrega, Período de garantía y Caducidad, ¿Es correcto indicar la leyenda "DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA"?	Para el formato 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA", se deberá requisitar conforme a los bienes ofertados. Para el caso de los puntos: Plazo de entrega: Deberá indicar que será conforme a la necesidad del instituto. Garantía: de 12 meses contados apartir de la fecha de entrega. Caducidad: la que indca el producto ofertado y cumpliendo con lo solicitado en la presente convocatoria.
2	TÉCNICA Partida 10. AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER. El taladro o driver se comercializa por separado, las agujas no vienen con el driver incluido. ¿Podemos ofertar las agujas OnControl de aspirado sin el driver, se acepta?	Se acepta para evaluar. Sugerencia: No se acepta, deberá ofertar conforme a la descripción solicitada en el Anexo A de la presente convocatoria.
3	ADMINISTRATIVA 3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. ¿Se solicita a la convocante para las entregas del material poder entregar hasta 4 lotes, Se acepta?	Se acepta.

LICITANTE:		B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA 1.- 3.2.1. Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos – solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para la entrega de muestras será necesario presentar las fichas técnicas de los bienes que mi representada esté en condiciones de ofertar.	Es correcto, las fichas técnicas de cada uno de los productos ofertados, así como la copia del acuse de recibo expedido por el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería deberán integrarse dentro de su propuesta técnica.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
2	TÉCNICA 2.- 3.2.1. Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos – solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las fichas técnicas de los bienes que mi representada esté en condiciones de ofertar solo se deberán presentar dentro de nuestra propuesta técnica al momento de la apertura de propuestas.	Es correcto, las fichas técnicas de cada uno de los productos ofertados, así como la copia del acuse de recibo expedido por el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería deberán integrarse dentro de su propuesta técnica.
3	TÉCNICA 3.- 3.2.1. Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos – solicitamos amablemente a la convocante que para aquellas partidas en las que su unidad de medida sea caja nos permita presentar muestra representativa (pieza)- ¿Se acepta?	Se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), conforme a lo estipulado en el 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.
4	TÉCNICA 4.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes -6.3.- copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio) – solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para cumplir con este punto bastara con presentar escrito en formato libre en el cual se mencione las normas solicitadas en el numeral 2.4. ¿Se acepta?	Se acepta.
5	TÉCNICA 5.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes-6.7. Personal con capacidades diferentes- solicito amablemente a la convocante nos aclare si en caso de que a mi representada no le aplique el presente punto, bastara para cumplir con este requisito presentar escrito en formato libre en el que se mencione que dicho numeral no le aplica a mi representada. ¿Se acepta?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.
6	TÉCNICA 6.- Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes-6.8. En su caso, para las MIPYMES -solicito amablemente a la convocante nos aclare si en caso de que a mi representada	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.		
PREGUNTAS:	RESPUESTA:		
	no le aplique el presente punto y formato 8.3", bastara para cumplir con este requisito presentar escrito en formato libre en el que se mencione que dicho numeral no le aplica a mi representada. ¿Se acepta?		
7	TÉCNICA 7.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes-6.9. Proposición conjunta - solicito amablemente a la convocante nos aclare si en caso de que a mi representada no le aplique el presente punto, bastara para cumplir con este requisito presentar escrito en formato libre en el que se mencione que dicho numeral no le aplica a mi representada. ¿Se acepta?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.	
8	TÉCNICA 8.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes-6.16.- carta de respaldo del fabricante y/o mayorista - solicito amablemente a la convocante nos aclare si para cumplir con este requisito podemos presentar carta de respaldo del titular del registro sanitario ¿Se acepta?	Se acepta. La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.	
9	TÉCNICA 9.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes-6.17.- copia legible del registro sanitario vigente, (obligatorio)- solicito amablemente a la convocante nos aclare si para cumplir con este requisito podemos presentar registros sanitarios por familia. ¿Se acepta?	Se acepta, se solicita debe referenciar cada una de las partidas ofertadas en el registro sanitario	
10	TÉCNICA 10.-Anexo A Anexo técnico- partida 24 - apósito liberador de plata nanocrystalina compuesto de tres capas, dos externas impregnadas de plata nanocrystalina y una central de	No se acepta, de acuerdo a la necesidad del instituto se requiere plata, y no así alginato de plata.	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	poliéster rayón que une las capas, al contacto con el exudado comienza su liberación medida 10 x 10cm- se solicita amablemente a la convocante poder ofertar; apósito de alginato con plata iónica . En una concentración de 141mg/100cm2 efectividad antimicrobiana, apósito suave y adaptable a heridas de difícil acceso, ¿Se acepta?	
11	TÉCNICA 11.-Anexo A Anexo técnico-partida 143-cateter periférico estéril y desechable de poliuretano formula vialon. Con radiopacidad encapsulada, capacidad de suavizarse dentro de la vena y resistente al acodamiento 14 ga.1/4in. Que en su literatura científica demuestren permanencia de 7 días en vena- solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sin estudio clínico que avale la permanencia de 7 días en paciente- ¿Se acepta?	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas, en el Anexo A, de la presente convocatoria.
12	TÉCNICA 12.-Anexo A Anexo técnico-partida 144- catéter periférico estéril y desechable de poliuretano formula vialon. Con radiopacidad encapsulada, capacidad de suavizarse dentro de la vena y resistente al acodamiento 18 ga.1/4in. Que en su literatura científica demuestren permanencia de 7 días en vena- solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sin estudio clínico que avale la permanencia de 7 días en paciente - ¿Se acepta?	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas, en el Anexo A, de la presente convocatoria.
13	TÉCNICA 13.-Anexo A Anexo técnico-partida 193- detergente multienzimático (proteasa, amilasa, lipasa, carbohidrasa) con acción proteolítica avanzada, degrada y elimina toda la biocarga, presente en el instrumental quirúrgico en el proceso del lavado y descontaminación. Presentación galón - solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar detergente monoenzimático en presentación de 5 litros- ¿Se acepta?	No se acepta, de acuerdo a las necesidades del Instituto se requiere multienzimático no monoenzimático.
14	TÉCNICA 14.-Anexo A	Se acepta, siempre y cuando entregue el gramaje solicitado en el Anexo A, de la presente convocatoria.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	Anexo técnico-partida 244-hidrogel de 15 gr amorfo, estéril, favorecen el desbridamiento autolítico mediante la hidratación y la lisis del tejido necrotico.-solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar hidrogel que favorece el desbridamiento autolítico de tejido necrotico seco y/o húmedo, para heridas de difícil acceso, tunelizadas y cavitadas, remueve y previene la formación de biopelícula.- ¿Se acepta?	
15	TÉCNICA 15.-Anexo A Anexo técnico-partida 285-lapiz con control de poder que se ajusta al generador desde el campo estéril, permite una rápida respuesta y adaptación a las condiciones quirúrgicas desechable con un margen de reuso, con hoja del electrodo removible. Compatible con electrocauterios valley lab modelo 2l fuerza 40 y force x-. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cable reusable con placa desechable - ¿Se acepta?	Se acepta para evaluar.
16	TÉCNICA 16.-Anexo A Anexo técnico-partida 285-lapiz con control de poder que se ajusta al generador desde el campo estéril, permite una rápida respuesta y adaptación a las condiciones quirúrgicas desechable con un margen de reuso, con hoja del electrodo removible. Compatible con electrocauterios valley lab modelo 2l fuerza 40 y force x-solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el producto desechable, en factor de empaque de 50 unidades por envase-¿Se acepta?	Se acepta para evaluar, ajustándose a las necesidades del anexo a de la presente convocatoria.
17	TÉCNICA 17.-Anexo A Anexo técnico-partida 330 -pomada con efecto antimicrobiano amplio espectro de sulfadiazina de plata micronizada al 1%. Tratamiento local de las heridas y úlceras que favorece la eliminación de microorganismos que retrasan el proceso de cicatrización. Presentación en tubo de 60 gr-se solicita amablemente a la convocante poder ofertar; apósito de alginato con plata iónica. En una concentración de 141mg/100cm2 efectividad antimicrobiana, apósito suave y adaptable a heridas de difícil acceso- ¿Se acepta?	No se acepta, de acuerdo a las necesidades del Instituto se requiere pomada y no apósito.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
18	TÉCNICA 18.-Anexo A. Anexo Técnico-partida 381-Solución de ácidos grasos hiperoxigenados. Ácidos grasos esenciales, aloe vera, centella asiática, tocoferoles. Su composición favorece la restauración del film hidrolipídico, la renovación celular, la restauración de la circulación capilar y aumenta la resistencia de la piel frente a los agentes causales de las úlceras por presión. Spray 30 ml- solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la presentación caja con 20 piezas-¿Se acepta?	Se acepta, ajustándose a la cantidad solicitada en el anexo técnico.
19	TÉCNICA 19.-Anexo A Anexo técnico-partida 398-toallas desinfectantes prehumedecidas con bencil alcohol y peróxido de hidrógeno acelerado. Efectivo contra un amplio espectro de microorganismos, permite desinfectar todo tipo de superficies sin ser corrosivo. Bote con 160 toallas-solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar toallas a base de alcohol y amonios cuaternarios- ¿Se acepta?	No se acepta, se requieren las características solicitadas en el anexo técnico.

LICITANTE:	CHARDANY COMPANY, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Pregunta: Entendemos que se podrán presentar cualquiera de las cinco opciones, ¿Es correcto?	Se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.
2	TÉCNICA Sección VI, punto 6.3 Pregunta: Entendemos que para este punto y de acuerdo al punto 2.4, del listado de normas, señalaremos las normas solicitadas en el numeral y manifestaremos con las que cumplen los bienes propuestos por mi representada por escrito bajo protesta de decir verdad, favor de precisar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
3	TÉCNICA Sección VI, punto 6.16.-Carta de Respaldo del fabricante	La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

LICITANTE:		CHARDANY COMPANY, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	y/o mayorista Entendemos que la mencionada carta deberá ser firmada por el fabricante y/o distribuidor mayorista de los bienes propuestos, ¿Es correcto?	distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.
4	TÉCNICA Sección VI, punto 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente. Solicitamos a la convocante para cumplir con este requisito y para las partidas que aplique, presentar debidamente referenciado por las claves, el Listado publicado por la COFEPRIS en el D.O.F. en su edición del 22 de Diciembre de 2014 mismo que contiene los "PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", ¿Se acepta?	Todos los bienes que sean ofertados en el presente procedimiento, deberán presentar Registro Sanitario vigente, o en su caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario.
5	TÉCNICA Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Entendemos que se podrán presentar cualquiera de las cinco opciones, ¿es correcto?	Se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), conforme a lo estipulado en el 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.
6	TÉCNICA Sección VI, punto 6.3 Entendemos que para este punto y de acuerdo al punto 2.4, del listado de normas, señalaremos las normas solicitadas en el numeral y manifestaremos con las que cumplen los bienes propuestos por mi representada por escrito bajo protesta de decir verdad, favor de precisar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
7	TÉCNICA Sección VI, punto 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista Entendemos que la mencionada carta deberá ser firmada por el fabricante y/o distribuidor mayorista de los bienes propuestos, ¿es correcto?	Es correcto. La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.
8	TÉCNICA Sección VI, punto 6.17.- Copia legible del Registro	Todos los bienes que sean ofertados en el presente procedimiento, deberán presentar Registro Sanitario vigente, o en su caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

CHARDANY COMPANY, S.A. DE C.V.

LICITANTE:		RESPUESTA:
PREGUNTAS:		
	Sanitario Vigente. Solicitamos a la convocante para cumplir con este requisito y para las partidas que aplique, presentar debidamente referenciado por las claves, el Listado publicado por la COFEPRIS en el D.O.F. en su edición del 22 de Diciembre de 2014 mismo que contiene los "PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", ¿se acepta?	manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario.
9	TÉCNICA Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Entendemos que se podrán presentar cualquiera de las cinco opciones, ¿Es correcto?	Se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.
10	TÉCNICA Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. En caso de requerir muestra física, solicitamos a la convocante que para las partidas 246, 247 y 248 se puedan presentar para muestra 10 piezas y no por caja de caja de 100pzs. ¿Se acepta?	Se acepta, se deberá entregar muestra que permita verificar la eficiencia y eficacia del producto.
11	TÉCNICA Sección VI, punto 6.3 Entendemos que para este punto y de acuerdo al punto 2.4, del listado de normas, señalaremos las normas solicitadas en el numeral y manifestaremos con las que cumplen los bienes propuestos por mi representada por escrito bajo protesta de decir verdad, favor de precisar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
12	TÉCNICA Sección VI, punto 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista. Entendemos que la mencionada carta deberá ser firmada por el fabricante y/o distribuidor mayorista de los bienes propuestos, ¿Es correcto?	Es correcto. La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.
13	TÉCNICA Sección VI, punto 6.17.- Copia legible del Registro	Todos los bienes que sean ofertados en el presente procedimiento, deberán presentar Registro Sanitario vigente, o en su caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	CHARDANY COMPANY, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	Sanitario Vigente. Solicitamos a la convocante para cumplir con este requisito y para las partidas que aplique, presentar debidamente referenciado por las claves, el Listado publicado por la COFEPRIS en el D.O.F. en su edición del 22 de Diciembre de 2014 mismo que contiene los "PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", ¿Se acepta?	manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario.

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
1	ADMINISTRATIVA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Podemos entregar catálogos por familia en el entendido de que tendrán el o los números de partida a los que corresponde. ¿Se acepta?	Se acepta, siempre y cuando este referenciando claramente el número de partida.
2	ADMINISTRATIVA 6.9. Proposición Conjunta Si este numeral no aplica a mi representada ya que no estamos participando conjuntamente con ningún otro distribuidor. Es correcto meter el anexo con leyenda NO APLICA?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.
3	TÉCNICA Partida 9 AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LAPIZ NO 25 G, .51 MM X 8.89.CM. Dice: presentación CAJA ¿Podemos ofertar por PIEZA o cuantas piezas debe tener la caja?	La caja debe contener 10 piezas.
4	TÉCNICA Partidas 163, 167, 168 y 169 Pregunta: cuentan con humidificador? Ya que si es así podemos cotizar los circuitos de nueva generación "EVAQUA"?	Se acepta para evaluar.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Partida 163 podemos ofertar CIRCUITO PARA VENTILADOR INVASIVO ADULTO CON CABLE CALENTADOR EN LAS DOS MANGUERAS DE 1.50 MTS (60 PULGADAS) DE LONGITUD, LINEA PARA HUMIDIFICADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION MCA. FISHER AND PAYKEL.	
5	TÉCNICA Partida 167, podemos ofertar: CIRCUITO PARA VENTILADOR INVASIVO ADULTO EVAQUA 2 CON CABLE CALENTADOR EN LAS DOS MANGUERAS DE 1.50 MTS (60 PULGADAS) DE LONG Y CAMARA DE HUMIDIFICACION.	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
6	TÉCNICA Partida 168, podemos ofertar: CIRCUITO PARA VENTILADOR INVASIVO INFANTIL PARA FLUJOS MAYOR A 4L/MIN CON CABLE CALENTADOR EN LAS DOS MANGUERAS DE 1.10 MTS. (44 PULGADAS), LINEA EXPIRATORIA CON SISTEMA EVACUA, LINEA DE PRESION, LINEA PARA HUMIDIFICADOR Y CAMARA, MCA. FISHER AND PAYKEL.	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
7	TÉCNICA Partida 169, podemos ofertar: CIRCUITO PARA VENTILADOR INVASIVO INFANTIL PARA FLUJOS MAYOR A 4L/MIN CON CABLE CALENTADOR EN LAS DOS MANGUERAS DE 1.10 MTS. (44 PULGADAS), LINEA EXPIRATORIA CON SISTEMA EVACUA, LINEA DE PRESION, LINEA PARA HUMIDIFICADOR Y CAMARA, MCA. FISHER AND PAYKEL	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
8	LEGAL 2.4. NORMAS DE CALIDAD El material que mi representada estará ofertando es importado, o sea que cumple con las normas internacionales. Pero al final de ese punto dice: Así mismo, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<u>PARA TODAS LAS PARTIDAS:</u>	
	Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-93, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la Farmacopea de Los Estados Unidos Mexicanos. DOF 17/06/1994	
	Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. DOF 31/07/1998.	
	NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos (modifica a la NOM-003-SSA2-1993. DOF 18/07/1994).	
	Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada. DOF 24/06/2015.	
	Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. DOF 24/04/1995.	
	Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de medicamentos. DOF 10/04/2000.	
	Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996). DOF 8/03/1996.	
	Norma NOM-076-SSA1-2002 Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002, "Que establece los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico)". (Cancela la NOM-076-SSA1-1993 DOF 9/02/2004.	
	Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera. DOF 18/11/1998.	
	Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado,	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	
LICITANTE:	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:
antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de 96°, sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol. DOF 10/01/1997. Norma Oficial Mexicana NOM-152-SSA1-1996, Que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres rígidos para diálisis peritoneal infantil y adulto. DOF 3/10/2000 Norma Oficial Mexicana NOM-155-SSA1-2000, Que establece las especificaciones sanitarias de la cánula para traqueostomía de cloruro de polivinilo. DOF 22/11/2000. Norma Oficial Mexicana NOM-161-SSA1-1998, Especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca radiopaca modelo Levin. DOF 16/03/2000. Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad. (Cancela a la NOM-006-STPS-1993). DOF 09/03/2001. Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. DOF 05/11/2001. Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. DOF 04/10/1995. Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. DOF 13/01/2000. Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000 Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. DOF 24/10/2001 Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCFI-1993, instrumentos de mediciones esfigmomanómetros de columna de mercurio y de elemento sensor elástico para medir la presión sanguínea del cuerpo humano. (Esta norma cancela la NOM-	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
CH-94-1988). DOF 13/10/ 1993 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOC/2011 Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. DOF 16/09/2013. Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene. DOF 24/11/2008. Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. (Cancela la norma NOM-002-STPS-2000) DOF 09/12/2010. Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (Con la entrada en vigor de la presente norma se cancelan las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-107-STPS-1994, NOM-108-STPS-1994, NOM-109-STPS-1994, NOM-110-STPS-1994, NOM-111-STPS-1994, NOM-112-STPS-1994.DOF 31/05/1999. Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad. (Cancela a la NOM-006-STPS-1993).DOF 11/09/2014. ¿SE TENDRA QUE PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE DONDE SE MENCIONE QUE EL MATERIAL OFERTADO CUMPLE CON TODAS ESTAS NORMAS?		

LICITANTE:	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
ADMINISTRATIVA		
Punto: 2.4 Normas de calidad		
1	Favor de indicar si para las partidas que ofertemos según su naturaleza, haremos una carta bajo protesta a decir verdad en formato libre, haciendo referencia solo al cumplimiento de las normas que nos apliquen, según el listado que indican en el punto 2.4. Favor de aclarar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
2	ADMINISTRATIVA Punto: 3.2.1: muestras físicas Derivado del poco tiempo entre la junta de aclaraciones y la presentación de muestras (siendo solo 1 día entre una y otra) se solicita amablemente a la convocante que amplíe la fecha de entrega para que la concurrencia pueda preparar los cambios en las muestras que se susciten derivado de la junta de aclaraciones. Favor de aceptar.	Se acepta, la entrega de muestras se establece al final de la presente acta.	
3	ADMINISTRATIVA Punto: 3.2.1: muestras físicas Se solicita amablemente a la convocante que se puedan presentar muestras físicas representativas es decir una sola pieza por partida ofertada sin que sea obligatorio presentarlas en la presentación solicitada. Favor de aceptar en beneficio de la concurrencia.	Se acepta, solo en el mismo insumo con diferente medida o gramaje.	
4	ADMINISTRATIVA Punto: 3.2.1: muestras físicas Se solicita amablemente a la convocante se pueda presentar una sola muestra física en las partidas que solo cambia el numero de medida o tamaño como ejemplo en las partidas de resucitadores. Favor de aceptar para las partidas que apliquen esta misma condición.	Se acepta, solo en el mismo insumo con diferente medida o gramaje.	
5	Técnica Partida 159 ¿Se puede ofertar circuito de anestesia pediátrico desechable de 1.6 metros, con mascarilla pediátrica, filtro bacterial y bolsa de anestesia libre de látex?	No se acepta, de acuerdo a las necesidades del Instituto se requiere de 2.5 metros.	
6	Técnica Partida 160 ¿Se solicita a la convocante indicar para que marca y modelo de ventilador requieren el circuito mencionado así como indicar si es reusable o desechable?	Se solicita se ajuste a lo requerido por el Instituto y es circuito circular de anestesia adulto , no de ventilador.	
7	Técnica Partida 160	Se comprueba por la curva de presión volumen.	



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

	¿Podría la convocante indicar como se puede comprobar la resistencia a la compliance pulmonar que solicitan en las mangueras /tubos corrugados, o basta con mencionar que se cumple con este punto? Favor de aclarar.	
8	Técnica Partida 161 ¿Se solicita a la convocante indicar para que marca y modelo de ventilador requieren el circuito mencionado así como indicar si es reusable o desechable?	Se requiere circuito circular de anestesia pediátrico no de ventilador
9	Técnica Partida 162 ¿Se solicita a la convocante indicar para que marca y modelo de ventilador requieren el circuito mencionado así como indicar si es reusable o desechable?	Se solicita se ajuste a lo requerido por el Instituto y es circuito circular de anestesia pediátrico, no de ventilador.
10	Técnica Partida 162 ¿Podría la convocante indicar como se puede comprobar la resistencia a la compliance pulmonar que solicitan en las mangueras /tubos corrugados, o basta con mencionar que se cumple con este punto? Favor de aclarar.	Se comprueba por la curva de presión volumen.
11	Técnica Partida 167 Para el circuito solicitado en esta partida es correcto ofertar circuito de doble rama calentada adulto con cámara de humidificación universal con sistema de autollenado, compatible con los humidificadores fisher & paykel. Favor de aclarar.	No es correcto, debiera ofertar lo solicitado en el Anexo A de la presente convocatoria.
12	Técnica Partida 168 Para el circuito solicitado en esta partida es correcto ofertar circuito de doble rama calentada neonatal con cámara de humidificación universal con sistema de autollenado, compatible con los humidificadores fisher & paykel.	No es correcto, debiera ofertar lo solicitado en el Anexo A de la presente convocatoria.
13	Técnica Partida 169 ¿El circuito solicitado en esta partida deberá contar con sistema de calefacción y cámara de humidificación? Favor de	No se requiere sin sistema de calefacción y sin cámara de humidificación.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	aclarar.	
14	Técnica Partida 170 ¿Podría la convocante indicarnos para que marca y modelo de ventilador es el circuito requerido?	Ventilador V60, se requiere circuito genérico, esto es universal.
15	Técnica Partida 171 ¿Podría la convocante indicarnos para que marca y modelo de ventilador es el circuito requerido?	Se requiere circuito genérico, esto es universal.
16	Técnica Partida 202 Para permitir la libre participación de la concurrencia se solicita poder ofertar un diametro desde 5 cm hasta 6 cm favor de aceptar?	Se acepta para evaluar.
17	Técnica Partida 207 Para esta partida se solicita para permitir la libre participación de la concurrencia poder ofertar un diametro desde 3 cm hasta 4.4 cm	Se acepta para evaluar.
18	Técnica Partida 249 Para esta partida solicitan un humidificador con una fuente de flujo integrada que administra altos flujos de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante una variedad de interfaces que abarcan capacidades hasta 60 l/min, es correcta nuestra apreciación?	Es correcto.
19	Técnica Partida 250 Para esta partida solicitan un humidificador con una fuente de flujo integrada que administra altos flujos de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante una variedad de interfaces que abarcan capacidades hasta 60 l/min, es correcto?	Es correcto.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
20	Técnica Partida 249 y 250 En el caso de la presentación de muestras para la partida 249 y 250 podemos presentar solo un equipo para ambas partidas, así como presentar los consumibles necesarios para la correcta operación del equipo siendo estos el circuito con cámara de humidificación y cánulas nasales de alto flujo? ¿Favor de aceptar?	Se acepta para evaluar.

LICITANTE:	CORPORATIVO NEOMÉDICA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA 3.2.1. Muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos. Solicitamos a la convocante nos aclare si además de muestra física debemos de acompañarlas con los catálogos fichas técnicas o folletos; Favor de aclarar.	Es correcto.
2	ADMINISTRATIVA Sección VI- 6.16.-Carta respaldo. Solicitamos a la convocante nos permita, para cumplir con este punto, presentar carta de distribuidor mayorista y/o del titular del registro sanitario, sin que esto sea causa de descalificación ¿Se acepta?	La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.
3	TÉCNICA Anexo A- anexo técnico partida 24. Respetuosamente solicitamos a la convocante nos permita ofertar apósito de similares características, misma funcionalidad, mayor duración con la capacidad de poder lavarse. ¿Se acepta?	Se acepta para evaluar.
4	TÉCNICA Anexo a- anexo técnico partida 211 solicitamos atentamente a la convocante no permita ofertar engrapadora desechable c/35 grapas p/piel, ¿Se acepta?	Se acepta para evaluar.

LICITANTE:	DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.
-------------------	---



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita presentar muestra por familia, ya que en las partidas que mi representada ofertara, solo varían las medidas entre cada una, ¿se acepta?	Se acepta, solo en el mismo insumo con diferente medida o gramaje
2	TÉCNICA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar solo catálogo, ficha técnica o folletos de las muestras que su costo sea mayor a \$ 1,000.00. ¿Se acepta?	Se acepta, podrá presentar solo catálogo, ficha técnica o folletos de las partidas ofertadas y que su costo sea mayor a \$1,000.00., sin embargo se precisa que la evaluación se realizará conforme a los documentos presentados, toda vez que no se puede verificar la eficiencia y eficacia del producto.
3	TÉCNICA 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR. Solicitamos amablemente a la convocante, nos indique la fecha para recolectar las muestras que no sean sometidas a pruebas de uso.	Las muestras no tendrán carácter devolutivo, ya que son utilizados para validar su eficiencia y eficacia.

LICITANTE:	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA 3 Numeral 2.8 forma de adjudicación. Solicito a la convocante confirme que la forma de adjudicación será por partida y no por paquete completo de partidas a un solo licitante.	La adjudicación se realizará por partida, de acuerdo a lo relacionado en el Anexo A; Anexo Técnico de la presente convocatoria.
2	Técnica Partida 155, "cepillo para citología recubierto con diámetro de 1.8 con mango de trabajo de 1150mm diámetro del cepillo de 3mm y brazo de 10mm, presentación caja con 5 cepillos" Con el fin de la libre participación, solicito a la convocante me permita ofertar cepillo para citología de 6.9 fr. Longitud de la	Se acepta para evaluar.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	vaina de 240 cm, diámetro del cepillo de 3 mm y canal de accesorio de 2.8 mm. ¿Se acepta?	
3	Técnica Partida 142, "Catéter para drenaje pericardio modelo 12010" Solicito a la convocante me permita ofertar set de pericardio centesis que incluye: aguja introductora, guía metálica punta en "j" de .038 inch, 70 cm long, dilatador, catéter de 8.3 french, con 40 cm de long, 6 orificios centrales y laterales para drenaje, adaptador multipropósito, código: c-pcs-830-lock. ¿Se acepta?	Se acepta para evaluar.
4	Técnica Partida 284, "Kit para neumotorax que consta de la válvula de hemlich 8 fr" Solicito a la convocante me permita ofertar set de neumotorax wayne, cateter radiopaco pigtail de poliuretano 14 french por 29 centímetros de long, con aguja introductora guía metálica punta en "j", con introductor percutáneo, con tubo conector de 30 cm long, hoja de bisturí numero 11, válvula de hemlich, llave de tres vías, técnica de Sheldinger. Marca cook. ¿Se acepta?	Se acepta para evaluar.

LICITANTE:	FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
1	TÉCNICA NUMERAL 2.4. NORMAS DE CALIDAD Indica: "...lo cual deberá ser manifestado por escrito bajo protesta de decir verdad, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente convocatoria." Pregunta: Debido a que el numeral 6.4 establece lo siguiente "6.4. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional)." Creemos que el numeral correcto es el numeral 6.3 que es donde se hace mención dicho escrito ¿Es esto correcto?	Es correcto.
2	NUMERAL 2.4. NORMAS DE CALIDAD Indica: "Así mismo, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma la lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

LICITANTE:		FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	PARA TODAS LAS PARTIDAS:" Pregunta: Solicitamos a la convocante nos confirme que en el escrito solicitado debemos de describir las normas que apliquen a las partidas que ofertamos o debemos plasmar todas estas, aunque no ofertemos bienes que se encuentren dentro de estas normas ejemplo: Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. (Cancela la norma NOM-002-STPS-2000) DOF 09/12/2010. ¿Favor de Precisar?		
3	NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Indica: Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos confirme si debemos acompañar las Muestras Físicas con Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos ¿Favor de Confirmar?	Es correcto.	
4	NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Indica: Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. Pregunta: En caso de ser afirmativa su respuesta a nuestra pregunta anterior es correcto entender que no será necesario el incluir los Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos dentro de nuestra Propuesta Técnica ¿Es correcto?	Se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.	
5	NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Indica: Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos Pregunta: Debido a que en algunas ocasiones un solo Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos hace referencia a más de una partida, solicitamos de la manera más atenta nos permita presentar estos por familia ¿Se Acepta?	Se acepta, siempre y cuando este referenciando claramente el número de partida.	
6	NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Indica: Muestra Física por cada partida ofertada.	Se acepta, se deberá entregar muestra que permita verificar la eficiencia y eficacia del producto.	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	Pregunta: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita presentar muestra representativa en aquellas partidas que su unidad de medida o presentación sea Caja, Tambo, Bidón, Paquete, Galón, etc. ¿Se Acepta?		
7	NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Indica: Muestra Física por cada partida ofertada. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestra por familia para aquellas partidas que se establezca como un mismo insumo o sean de características similares y que la única diferencia sea Tamaño, Medida, Calibre, Modelo, etc. ¿Se Acepta?	Se acepta muestra por familia, solo en el mismo insumo con diferente medida o gramaje.	
8	NUMERAL 6.7. PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES Indica: Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Pregunta: En caso de que mi representada no cuente con Personal con Capacidades Diferentes, ¿será suficiente el presentar un escrito en el que se manifieste que lo solicitado no nos aplica para cumplir con lo solicitado?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.	
9	NUMERAL 6.9. PROPOSICIÓN CONJUNTA Indica: En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. Pregunta: En caso de que mi representada NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA para cumplir con lo solicitado será suficiente el presentar un escrito manifestando que no nos aplica por no participar de manera conjunta ¿Se Acepta?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.	
10	NUMERAL 6.17. REGISTRO SANITARIO Indica: Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio). Pregunta: Informamos a la convocante que en algunas ocasiones un Registro Sanitario hace referencia a más de	Se acepta.	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	una partida, solicitamos de la manera más atenta nos permita presentarlos por familia, debidamente referenciado con la partida a la que corresponde ¿Se Acepta?	
11	NUMERAL 6.17. REGISTRO SANITARIO Indica: Copia legible del Registro Sanitario Vigente. (Obligatorio). Pregunta: Solicitamos a la convocante que para aquellos insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario. Nos permita presentar el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo publicado en el Diario Oficial de la Federal el 22 de diciembre de 2014 ¿Se Acepta?	Todos los bienes que sean ofertados en el presente procedimiento, deberán presentar Registro Sanitario vigente, o en su caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario.

LICITANTE:	FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA Página 24. Numeral 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para los productos cuyo costo supere los \$6,000.00 antes de IVA, nos permita entregar únicamente los catálogos sin que sea necesario presentar la muestra física. ¿Se acepta?	Se acepta, siempre y cuando entregue la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS.
2	TÉCNICA Página 24. Numeral 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para las partidas cuya cantidad mínima sea de 1 pieza, nos permita entregar únicamente los catálogos sin que sea necesario presentar la muestra física. ¿Se acepta?	Se acepta, siempre y cuando entregue la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS.
3	TÉCNICA Página 36. Numeral 3.11.11.CADUCIDAD. Solicitamos amablemente a la convocante que, en su caso, acepte que se pueda entregar material con una caducidad menor a 24 meses, entregando una carta de canje. ¿Se acepta?	Se acepta.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
4	TÉCNICA Página 50. 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente. Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita presentar Registros Sanitarios por familia, siempre que se encuentren debidamente identificados. ¿Se acepta?.	Se acepta, siempre y cuando este referenciando claramente el número de partida.

LICITANTE:	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA Numerales 2.4. NORMAS DE CALIDAD y 6.3 Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos confirme que en el escrito solicitado en ambos numerales únicamente deberá expresar aquellas Normas que le sean aplicables a los bienes que ofertará mi representada, favor de aclarar y especificar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
2	ADMINISTRATIVA Numerales 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS y 6.9 Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos permita incluir un escrito libre, donde mi representada manifieste que No participa de manera conjunta en el presente procedimiento.	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.
3	LEGAL Numeral 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos permita que el contrato que se derive del presente procedimiento sea firmado por Representante Legal distinto a aquel que firme la propuesta, favor de aclarar y especificar.	Se acepta, siempre y cuando se cuente con el poder notarial para llevar a cabo los trámites correspondientes.
4	ADMINISTRATIVA Numeral 3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, Anexo A Solicitamos respetuosamente a la convocante, con la finalidad de asegurar una mejor atención y servicio, el que se confirme que las entregas se realizarán durante los primeros	Se confirma, las entregas se realizarán durante los primeros 7 días de los meses de noviembre y diciembre, precisando que las entregas del mes de octubre se reprograman en los meses señalados, de acuerdo a las necesidades del Instituto.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	7 días hábiles de cada mes.		
5	LEGAL Numeral 6.2. "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" (Obligatorio) Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos permita anexar copia simple y legible del Acta Inicial y de la última modificación al Acta Constitutiva.	Se acepta.	
6	ADMINISTRATIVA Numeral 6.8. En su caso, para las MIPYMES, Formato 8.3 Solicitamos respetuosamente a la convocante, en caso de que este documento no aplique a mi representada el que presente escrito libre donde manifieste que dicho Formato No le aplica.	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.	
7	ADMINISTRATIVA Numeral 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores) Solicitamos respetuosamente a la convocante, que dicho escrito sea firmado de manera indistinta ya sea por el Fabricante, por el Titular del Registro Sanitario y/o por el Mayorista, favor de aclarar y especificar.	La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.	
8	TÉCNICA Numeral 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio) Solicitamos a la convocante ratifique que únicamente debemos anexar a nuestra propuesta copia de la prórroga vigente y/o última modificación al Registro Sanitario, misma que es la que cuenta con validez ante COFEPRIS para la comercialización del producto.	Se deberán entregar los registros sanitarios completos, así como la documentación señalada en el numeral 6.17 de la presente convocatoria.	
9	TÉCNICA ANEXO A, PARTIDAS 42, 43 Y 44 Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos permita ofertar nuestra presentación de Caja c/96 pzas y así mismo que las cantidades a ofertar y en su caso a entregar se ajusten a dicho factor de empaque.	Se acepta siempre y cuando la descripción ofertada sea la solicitada en el anexo técnico y que las cantidades se ajusten a lo requerido en la presente convocatoria.	
10	TÉCNICA ANEXO A, PARTIDAS 42	Se acepta para evaluar.	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:	RESPUESTA:
1 Solicitamos respetuosamente a la convocante el que nos permita ofertar para dicha partida "bolsa transfer con capacidad de 400 ml".	

LICITANTE:	GE, SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:	RESPUESTA:
TÉCNICA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. 1 Se solicita atentamente a la convocante nos permita presentar ÚNICAMENTE catálogos, folletos y/o fichas técnicas, siendo este respaldo suficiente para corroborar las características de los bienes sin necesidad de entregar muestras físicas. ¿Se acepta?	No se acepta, se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), conforme a lo estipulado en el 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, esto debido a que se debe revisar funcionalidad del producto.
TÉCNICA 3.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista. 2 Se solicita atentamente a la convocante nos permita que sea fabricante o representante en México o titular del registro sanitario o distribuidor autorizado quien firme esta carta ¿Se acepta?	La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.
TÉCNICA Anexo técnico, partida 288, línea de muestreo de gases de anestesia desechable, 3m/10ft; de un solo uso, libre de látex con conector luer lock doble macho y que sean compatibles con monitores datex-ohmeda de la máquina de anestesia aestiva/5. Paquete con 10 pza. 3 Se solicita atentamente a la convocante nos confirme que la unidad de medida a ofertar será paquete de 10 piezas, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto.

LICITANTE:	GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:	RESPUESTA:
1 TÉCNICA	Se acepta para su evaluación.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
1	ANEXO A. ANEXO TECNICO, Partida no. 431 Se solicita a la convocante permita a mi representada con el objetivo de permitir la libre competencia, admitir la oferta de cartuchos desechables en presentación de 25 piezas por caja para la determinación de ACT Celite, ajustando al número de pruebas solicitadas por la convocante. Que utiliza un analizador que ha demostrado en estudios clínicos (anexo liga https://link.springer.com/article/10.1186/s12871-019-0846-z) tener mayor correlación lineal entre ensayos, así como una menor desviación comparado con analizadores que utilizan tubos para esta medición, lo que permite una mayor confiabilidad en la toma de decisiones en pacientes en procedimientos que requieran monitoreo de anticoagulación con heparina. ¿Se acepta? De no ser así por favor pronuncie la razón por la cual no es aceptada mi petición.	
2	TÉCNICA ANEXO A. ANEXO TECNICO, Partida no. 431 Se solicita a la convocante permita a mi representada con el objetivo de permitir la libre competencia, admitir la oferta de cartuchos desechables en presentación de 25 piezas por caja para la determinación de ACT Kaolín, ajustando al número de pruebas solicitadas por la convocante. Que utiliza un analizador que ha demostrado en estudios clínicos (https://link.springer.com/article/10.1186/s12871-019-0846-z) tener mayor correlación lineal entre ensayos, así como una menor desviación comparado con analizadores que utilizan tubos para esta medición, lo que permite una mayor confiabilidad en la toma de decisiones en pacientes en procedimientos que requieran monitoreo de anticoagulación con heparina. ¿Se acepta? De no ser así por favor pronuncie la razón por la cual no es aceptada mi petición.	Se acepta para su evaluación.
3	TÉCNICA ANEXO A. ANEXO TECNICO, Notas Se solicita a la convocante aclare a mi representada cuál es la cantidad requerida de analizadores para Tiempos de Coagulación Activada, ya que la Nota referente a la partida 431 declara "al licitante que se le adjudique la partida 431 deberá entregar 6 equipos para tubos de ACT", y en el Anexo	Es correcta su apreciación, se requieren seis equipos.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Técnico, partida 431 se solicitan 5 equipos.	
4	TÉCNICA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Se solicita a la convocante considere que mi representada al entregar una muestra física para la Partida no. 431, la convocante no podría realizar la validación del test, ya que requiere el analizador para poder hacerlo; por lo que se solicita a la convocante permita a mi representada entregar catálogos de los cartuchos con la descripción detallada de la metodología, acompañada de una muestra representativa del cartucho de prueba. Favor de pronunciarse al respecto	No se acepta, se deberá entregar una muestra física por cada partida ofertada, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), conforme a lo estipulado en el 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, esto debido a que se requieren muestras que permitan cubrir la evaluación de la eficiencia y eficacia del insumo.
5	ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 6.3.- "CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS" (Obligatorio) Se solicita a la convocante considere que al tratarse de un producto de importación, bastará con presentar los certificados de calidad TUV, ISO o el que aplique al país de origen del bien, aunado al registro sanitario vigente emitido por la autoridad sanitaria Mexicana. Favor de pronunciarse al respecto	Para el presente procedimiento, se requiere que los licitantes interesados en participar presenten la documentación señalada en la Sección VI de la presente convocatoria.
6	ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 6.7.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, "MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD O EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD" (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia). Se solicita a la convocante precise a mi representada si para este punto, ¿bastará con presentar escrito de No aplica?	Se acepta. En caso de que alguno de los puntos solicitados no aplique a su representada, bastará con que lo manifieste mediante escrito señalando que no aplica a su representada.

LICITANTE:		HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA Solicitamos amablemente a la convocante para la presentación de muestras, nos permita presentar muestra	Se acepta, se deberá entregar muestra que permita verificar la eficiencia y eficacia del producto.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	representativa para las partidas en las cuales la presentación solicitada sea por caja o envase con más de 1 pieza.	
2	TÉCNICA Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar en la partida 11, AGUJA PARA BIOPSIA 16G X 15CM.	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
3	TÉCNICA Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar en la partida 12, AGUJA PARA BIOPSIA 14G X 15CM.	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
4	TÉCNICA Para las partidas 11 y 12, solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se refieren al MANDRIL como un Coaxial.	Esta pregunta se atiende con las precisiones realizadas por la convocante.
5	TÉCNICA Para la partida 16, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar APOSITO Flexible 10 x20cm. Apósito post-quirurgico de 4 capas todo en uno, constituido por una capa adhesiva de suave silicona atraumatica con tecnología Safetac, una almohadilla absorbente flexible que cuenta con dos capas: una capa de extensión no tejida y una capa con fibras súper absorbentes, una película exterior transparente permeable a gases e impermeable a líquidos y microbios mayores a 25 nm, con borde flexible y transparente que permite inspeccionar la herida sin que se remueva el apósito.	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.
6	TÉCNICA Para la partida 22, solicitamos a la convocante nos permita ofertar Apósito Esponja 20 x 20cm. Apósito de espuma altamente absorbente con la Tecnología suave de silicona Safetac. Consiste en una capa de contacto de suave silicona, una esponja de poliuretano absorbente hidrofílica y una película termoplástica de respaldo permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Absorbe exudado efectivamente utilizando vendajes de compresión y minimiza el riesgo de la maceración perilesional y la erosión. La capa de contacto de suave silicona se adhiere de forma suave a la piel peri lesional, pero no a la superficie húmeda de la herida. Tiempo de uso 7 días.	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.
7	TÉCNICA Para la partida 24. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial, altamente absorbente con la Tecnología de suave silicona Safetac, flexible, con sulfato de plata (Ag2S04) y carbón activado.	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Consiste de una película de respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja de poliuretano hidrofílica con plata y una capa de contacto delgada de silicona. Contiene una concentración de 1.2 mg/cm ² de sulfato de plata, lo que confiere un potente efecto antimicrobiano inmediato desde los primeros 30 minutos y su liberación de la plata mantiene un efecto sostenido hasta 7 días. Absorbe el exudado efectivamente bajo vendajes de compresión y minimiza el riesgo de la maceración perilesional y la erosión de la piel. La capa de contacto de suave silicona se adhiere de forma suave a la piel perilesional, pero no a la superficie húmeda de la herida. Tiempo de uso 7 días. 10 x 10cm.	
8	TÉCNICA Para la partida 25, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar APOSITO Flexible 10 x25cm. Apósito post-quirúrgico de 4 capas todo en uno, constituido por una capa adhesiva de suave silicona atraumática con tecnología Safetac, una almohadilla absorbente flexible que cuenta con dos capas: una capa de extensión no tejida y una capa con fibras súper absorbentes, una película exterior transparente permeable a gases e impermeable a líquidos y microbios mayores a 25 nm, con borde flexible y transparente que permite inspeccionar la herida sin que se remueva el apósito.	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.
9	TÉCNICA Para la partida 26, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Apósito 10 x 10cm. Apósito de esponja con bordes auto-adherentes todo en uno, con la Tecnología de suave silicona Safetac. Contiene 5 capas que incluyen: 1- Consiste de una película de poliuretano color crema que es permeable al vapor e impermeable al agua, barrera frente a virus y bacterias (>25MM). 2- Una almohadilla absorbente de tres diferentes tipos de fibras: fibras de poliácridatos super absorbente, fibras de algodón y fibras integradas. 3- Capa no tejida hecha de poliéster viscoso. 4- Esponja de poliuretano. Y 5- Capa de contacto de silicona que cubre toda la superficie del apósito en contacto con la herida. La capa de suave silicona se adhiere de forma suave a la piel perilesional intacta, pero no al lecho húmedo de la herida. Tiempo de uso 7 días.	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.
10	TÉCNICA Para la partida 148, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar CATETER VENOSO CENTRAL DE INVASION PERIFERICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTIMETROS, PUNTA RADIOPACO, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATETER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGIAS DE CONGENITOS PARA VIGILANCIA HEMODINAMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR, PRESENTACION 1 PIEZA.		
11	TÉCNICA Para la partida 223. ESPEJO VAGINAL DESECHABLE PARA USO GINECO-OBSTETRA DE AUSCULTACION GENERAL TAMAÑO CHICO, HARMONY. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar ESPEJO VAGINAL DESECHABLE ESTERIL PARA USO GINECO-OBSTETRA DE AUSCULTACION GENERAL TAMAÑO MEDIANO EMPAQUE INDIVIDUAL DE CREMALLERA		Se acepta para evaluar y se modifica a tamaño mediano.
12	TÉCNICA Para la partida 246. HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE ESTERIL Y DESECHABLE, NO. 15. CAJA CON 100 PIEZAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos corrobore si requieren 13000 cajas con 100 piezas o 13000 piezas, equivalente a 130 cajas con 100 piezas.		No es correcto, se requieren las 13. 000 piezas unitarias, es decir 130 cajas con 100 piezas cada una.
13	TÉCNICA Para la partida 247. HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE ESTERIL Y DESECHABLE, NO. 22. CAJA CON 100 PIEZAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos corrobore si requieren 5000 cajas con 100 piezas o 5000 piezas, equivalente a 50 cajas con 100 piezas.		No es correcto, se requieren las 5000 piezas unitarias, es decir 50 cajas con 100 piezas cada una.
14	TÉCNICA Para la partida 248. HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DESECHABLE CON PUNTA AGUDA PARA UTILIZARSE EN LOS CORTES FINOS, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE DEL NO. 11. CAJA CON 100 PIEZAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos corrobore si requieren 2500 cajas con 100 piezas o 5000		No es correcto, se requieren las 2500 piezas unitarias, es decir 25 cajas con 100 piezas cada una



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ELECTRÓNICA
No. LA-012NCA001-E873-2021**

**INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

LICITANTE:		HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	piezas, equivalente a 25 cajas con 100 piezas.		
15	TÉCNICA Para la partida 263. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HORAS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE 950 ml CON DOSIFICADOR DE MANO.	Se acepta para evaluar, ajustando cantidades a las requeridas en el anexo tecnico de la presente convocatoria.	

LICITANTE:		HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
1	ADMINISTRATIVA REFERENTE A 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Se solicita amablemente a la convocante nos permita entregar únicamente catálogo de los bienes cuyo valor es arriba de \$2,000.00 ¿Se acepta?	Se acepta, sin embargo el catalogo debera ser lo suficientemente claro para saber que insumo se esta evaluando y debera entregar ficha técnica.	
2	ADMINISTRATIVA REFERENTE A 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar muestras por familia, para aquellas partidas donde únicamente varía el tamaño solicitado, como es el caso de las partidas 314, 315, 316, 342, 343 & 344 ¿Se acepta?	Se acepta.	
3	ADMINISTRATIVA REFERENTE A SECCIÓN VI, DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, 6.12. PROPOSICIÓN TÉCNICA Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que los catálogos y/o fichas técnicas solo se deberán presentar de manera electrónica dentro de nuestra propuesta técnica sin ser necesario entregarlos físicamente junto con las muestras. ¿Es correcta nuestra	Los catálogos, folletos y fichas técnicas se deberán presentar de manera electrónica dentro de su propuesta técnica.	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	apreciación?	
4	TÉCNICA REFERENTE A PARTIDA 50. CAL SODADA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO 5 KG Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que la presentación para esta partida es garrafa de 5 kg.	Es correcto
5	TÉCNICA REFERENTE AL ANEXO A, ENTREGAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique para las entregas programadas en Octubre la fecha aproximada en que se deberán entregar los bienes en caso de resultar adjudicados.	Las entregas se realizarán durante los primeros 7 días de los meses de noviembre y diciembre, precisando que las entregas del mes de octubre se reprograman en los meses señalados, de acuerdo a las necesidades del Instituto.

LICITANTE:	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA Partida No. 18 Apósito adhesivo transparente estéril que consiste en una fina película de poliuretano semipermeable que permite el intercambio de gases con el medio externo e impide la entrada de agua, bacterias y virus. Facilita su aplicación gracias a su sistema tipo "marco". El apósito conjuga 2 adhesivos hipoalergénicos libres de látex y sensibles a la presión: el primero, con tecnología adhesiva con forma de diamante que permite el manejo de condiciones de humedad bajo el apósito; el segundo adhesivo se distribuye en todo el borde reforzado de estabilización del apósito permitiendo que se adhiera en forma fuerte y segura a la piel del paciente. Medidas de 5.0 x 5.7 cm. Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita ofertar apósito medidas 5.0 x 7.2 cm ¿Se acepta?	No se acepta, se requieren las características solicitadas en el anexo técnico.
2	TÉCNICA Partida no. 236 Glutaraldehído potencializado al 10.5% frasco de un litro con	Se acepta para evaluar siempre y cuando la descripción ofertada sea la solicitada en el anexo técnico y que las cantidades se ajusten a lo requerido en la presente convocatoria.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	dosificador de 20 ml integrado, que al prepararlo no forme capa grasosa ni se enturbie. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar envase con 4 litros ¿Se acepta?	

LICITANTE:	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA Numeral 3.2.1. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico "A" Se solicita amablemente a la convocante permita entregar muestras representativas por partida. Favor de confirmar	Se acepta, siempre y cuando este referenciando claramente el número de partida, se requiere el insumo que permita evaluar eficiencia y efectividad.
2	ADMINISTRATIVA Numeral 6.3 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, en co- relación con el numeral 2.4. Es correcto entender que derivado de que algunas de las normas señalan en el numeral 2.4 son solo de cumplimiento y no se cuenta con un certificado como tal, el presente numeral será acreditado con el escrito bajo protesta de decir verdad que se cumplen dichas normas? Favor de confirmar	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
3	ADMINISTRATIVA Numeral 6.3 Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, en co- relación con el numeral 2.4. Es correcto entender que si alguna de las normas señaladas en el numeral 2.4 no aplican a la (s) partidas que oferte mi representada, solo se debe indicar indicar: No Aplica? Favor de confirmar.	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		JUAMA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA PARTIDA 275 DICE: DESCRIPCION: KIT JERINGAS DE 63ML. CAJA CON 50 PIEZAS. DEBE DE DECIR: DESCRIPCION: KIT JERINGAS MR SSQK 65/115 VS. CAJA CON 50 PIEZAS	Es correcto
2	PARTIDA 401 DESCRIPCION TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESION 243.8 CM. SIT-96V CAJA CON 50 PIEZAS, EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA Y EN LA DESCRIPCION DICE CAJA CON 50 PIEZAS. SON CAJAS O PIEZAS?	Se precisa que la unidad de medida corresponde a piezas.

LICITANTE:		KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA PUNTO 2.4. NORMAS DE CALIDAD, PARA TODAS LAS PARTIDAS. Se debe entender que el escrito solicitado incluirá únicamente las normas que le apliquen a mi representada y a los bienes ofertados, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto. Sin embargo se informa que la convocante realizará la validación de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma a lo ofertado que no este referenciada en su escrito, será motivo de desechamiento.
2	ADMINISTRATIVA SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES PUNTO 6.3. En caso de ofertar productos importados, se deberá anexar certificados ISO y FDA/CLV/CE adicional al escrito solicitado en el numeral 2.4. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solo se deberá presentar lo señalado en el Sección VI de la presente convocatoria.
3	ADMINISTRATIVA PUNTO 6.16 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA Debido a que el Titular del Registro Sanitario es el responsable en México de los bienes, se solicita a la	La carta de respaldo del fabricante podrá ser emitida y firmada por el fabricante de los insumos, el titular del registro sanitario o el distribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	convocante permita entregar carta firmada por el Titular del Registro Sanitario y/o Distribuidor Primario siempre y cuando se anexe carta de distribución. ¿Se acepta?		
4	ADMINISTRATIVA PUNTO 6.17 COPIA DE REGISTRO SANITARIO Se solicita a la convocante permita presentar el registro sanitario por familia de producto, enlistando la partida a la que pertenecen. ¿Se acepta?	Se acepta, siempre y cuando este referenciando claramente el número de partida.	
5	ADMINISTRATIVA PUNTO 6.17 COPIA DE REGISTRO SANITARIO Se solicita a la convocante que en caso de que el bien ofertado no requiera Registro Sanitario por encontrarse dentro del listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo, permita entregar únicamente el acuerdo correspondiente publicado en el DOF. ¿Se acepta?	Todos los bienes que sean ofertados en el presente procedimiento, deberán presentar Registro Sanitario vigente, o en su caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario.	
6	ADMINISTRATIVA PUNTO 8.1.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA En la columna "grado de contenido nacional", para el caso de mi representada que ofertará productos de origen extranjero o maquilados en México pero que no contienen grado de contenido nacional, es correcto colocar 0 o NO APLICA. Favor de aclarar.	Es correcto.	
7	TECNICA ANEXO A, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 85. Solicitamos a la convocante nos indique si es correcta la medida que solicita ya que de manera estándar y generalizada el tubo endobronquial derecho, las medidas comienzan a partir de 35 FR, siendo entonces esta la medida mas pequeña. Favor de aclarar.	La medida que requiere el instituto es de 32 fr.	
8	TECNICA ANEXO A, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 370. Solicitamos a la convocante que para permitir la libre participación se nos permita ofertar tecnología propia con lo anterior nos referimos a sonda de aspiración cerrada de 8 Fr con conector con codo	Se acepta únicamente para su evaluación, sin embargo, el licitante debe apegarse a lo que solicita el área requirente.	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	de longitud 360 m, con válvula que evita fugas, minimiza el espacio muerto y aísla la vía aérea del paciente y con cánula de doble densidad. ¿Se acepta?		
9	TECNICA ANEXO A. ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 428. Solicitamos a la convocante ofertar para la sabana tamaño lactante, ofertar sabana tamaño pediátrico que cubre a los pacientes lactantes mayor y menor. ¿Se acepta?		Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas. en el Anexo A, de la presente convocatoria.
10	TECNICA ANEXO A. ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 428. Las bases de la licitación solicitan 10 equipos de calentamiento en comodato, podemos entender que el consumo mínimo y máximo será por equipo, es decir, 60 mínimos y 150 máximos por equipo, ¿Es esto correcto?		Se requiere totales de acuerdo a necesidades institucionales y es por partida con distribución de modelo, esto es; es por partida.
11	TECNICA ANEXO A. ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 428. Las bases de la licitación solicitan 10 equipos de saturación regional de oxígeno, podemos entender que el consumo mínimo y máximo será por equipo, es decir, 23 mínimo y 57 máximo por equipo, ¿Es esto correcto?		Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas. en el Anexo A, de la presente convocatoria.
12	ANEXO A ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 232 Solicitamos a la convocante que para permitir la libre participación se nos permita ofertar tecnología propia con lo anterior nos referimos a peso de 28g, espacio muerto de 51 ml, filtración mayor al 99.999%, volumen entre 300-1500 ml, humedad de 34.4 y resistencia máxima de 4.8. ¿Se acepta?		Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas. en el Anexo A, de la presente convocatoria.

LICITANTE:		LIPROLABH, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
1	TÉCNICA Referente al Anexo A Partida No. 395: Solicitamos respetuosamente a la convocante que con la finalidad no limitar la libre participación nos permita ofertar "Tira reactiva para determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, venosa, arterial y neonatal; con enzima glucosa deshidrogenasa (MUT. Q-GDH 2); con un rango de		Se acepta siempre y cuando la descripción ofertada sea la solicitada en el anexo técnico y que las cantidades se ajusten a lo requerido en la presente convocatoria.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	LIPROLABH, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	medición de 10-600 mg/dL; volumen de muestra de 1 a 2 µl; resultados en 5 segundos; con opción de toma de muestra dentro y fuera del medidor; que permita redosificación; las tiras reactivas deberán ser estables hasta la fecha de caducidad impresa en el frasco, incluso una vez abierto el vial y no requerir codificación. Sistema que permita visualizar de manera cuantitativa el resultado en mg/dL y de manera cualitativa realizando una comprobación visual del resultado de glucemia por colorimetría; que no presente interferencia electromagnética; Presentación frasco con 50 tiras. y medidores de glucosa (glucómetros) en comodato".	

LICITANTE:	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA. 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Nos podría aclarar la convocante si los catálogos, fichas técnicas o folletos los entregaremos junto con las muestras físicas o sólo los tendremos que subir al portal de compranet con nuestra propuesta técnica.	Los catálogos, folletos y fichas técnicas se deberán presentar de manera electrónica dentro de su propuesta técnica.
2	TÉCNICA ANEXO A ANEXO TÉCNICO PARTIDA 397 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar paquete con 8 toallas ¿Se acepta?	Se acepta siempre y cuando la descripción ofertada sea la solicitada en el anexo técnico y que las cantidades se ajusten a lo requerido en la presente convocatoria.

LICITANTE:	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA Numeral 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR Se informa que las muestras físicas presentadas, catálogos, fichas técnicas y/o folletos, serán sometidas a pruebas de uso, dichas pruebas consistirán entre otras, según sea el caso, en que los insumos resulten resistentes a los procesos	Las muestras no tendrán carácter devolutivo, ya que son utilizados para validar su eficiencia y eficacia.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:		MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	de esterilización requeridos por las áreas usuarias, durabilidad para el uso al que serán destinados los productos, que no se colapsen y que la funcionalidad de sus productos satisfaga las necesidades de las áreas del INSTITUTO. Es correcto entender que las muestras presentadas serán de carácter devolutivo?		
2	TÉCNICA En caso de que la respuesta a los pregunta anterior sea afirmativa solicitamos amablemente a la convocante nos indique a partir de qué día Podemos pasar a recoger las muestras entregadas?	Las muestras no tendrán carácter devolutivo, ya que son utilizados para validar su eficiencia y eficacia.	
3	TÉCNICA Numeral 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante en las partidas en la cual la muestra tenga un valor superior a \$5,000.00 pesos nos permita entregar catalogo o ficha técnica o muestra demo en donde demuestre que cumple fehacientemente con lo solicitado en el anexo técnico Se acepta?	Se acepta, siempre y cuando entregue la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto), sus catálogos o folletos, conforme a lo estipulado en el 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS.	
4	TÉCNICA Numeral 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Partida 255, 256, 257, 258, 259 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar muestra física por familia con el fin de no encarecer el costo para el Instituto Se Acepta?	Se acepta, si es el mismo insumo diferente medida o gramaje.	

LICITANTE:		MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
1	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 14 antiséptico tópico estéril para la preparación preoperatoria de la piel combina gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% dejando una película antimicrobiana sobre la piel con un efecto residual por 48hrs. Aplicador con esponja de uretano	Se requiere caja con 25 piezas.	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	la cual debe ser resistente a la aplicación, con una dosis de 10.5ml. La ampollita de fácil apertura para su aplicación. Debe estar estéril, contar en el empaque fecha de caducidad y de fácil apertura para pasar al campo estéril. Caja Se solicita a la convocante indicar la unidad de medida que se requiere, ¿caja con cuantas piezas? Favor de aclarar.	
2	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 14 antiséptico tópico estéril para la preparación preoperatoria de la piel combina gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% dejando una película antimicrobiana sobre la piel con un efecto residual por 48hrs. Aplicador con esponja de uretano la cual debe ser resistente a la aplicación, con una dosis de 10.5ml. La ampollita de fácil apertura para su aplicación. Debe estar estéril, contar en el empaque fecha de caducidad y de fácil apertura para pasar al campo estéril. Caja Se solicita a la convocante nos permita cotizar lo siguiente: Toallita limpiadora para la piel no estéril. Readyprep chg medline®. Código msc098chg toallitas húmedas preoperatorias impregnadas de gluconato de clorhexidina al 2%, equivalente a 500 mg de gluconato de clorhexidina por toallita. Medidas 22.9 cm x 26.7 cm. Bolsa con 2 toallitas	No se acepta, se requiere las características solicitadas en el anexo técnico.
3	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 37 bolsa recolectora para secreciones corporales 1000 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa, que venga en una sola pieza, que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo y las entradas del canister tengan entrada para tubo de 1/4 en la succión. Pieza Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción: Bolsa de 1000 ml (1 litro) de polietileno desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste en recipiente rígido, con tapa de polipropileno con cuatro puertos con sus correspondientes tapas de polipropileno debidamente indicados para su función: 1. Puerto de paciente con válvula plástica antireflujo, de un solo sentido, conector de Angulo recto tipo macho removible para adaptarse a tipo de tubería, diámetro interno de 6.6 mm, 2. Puerto para vacío con válvula de seguridad integrada de polipropileno que incluya 2 filtros bacteriológicos hidroscopicos y trampa de aerosoles de material absorbente con capacidad para atrapar micro partículas de hasta 0.5 micras, con espaciador y válvula de seguridad flotante con empaque plástico, que cierra al llenado de la bolsa, 3. Conexión de bolsas en serie tandem con conector a presión	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	tipo hembra diametro interno 11 mm, 4. Puerto para toma de muestras o para verter el polvo gelatinizante, inactivante de diametro interno de 2.6 cm. Tapa para puertos: tandem entrada tipo macho, tapa para paciente, muestras y vacio tipo hembra con tres escalones internos que aseguren el cierre mecánico. Revestimiento del recipiente de succión, suave, 1000 cc (1,000 mililitros) código dyndsc1000. Pieza	
4	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 37 bolsa recolectora para secreciones corporales 1000 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa, que venga en una sola pieza, que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo y las entradas del canister tengan entrada para tubo de 1/4 en la succión. Pieza. Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción, para la canastilla porta bolsa: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 1000 cc (1,000 mililitros) el interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 1500 cc (1,500 mililitros) color transparente sin látex de plástico. Código dyndc1000. Pieza	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.
5	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 38 bolsa recolectora para secreciones corporales 1500 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa, que venga en una sola pieza, que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo y las entradas del canister tengan entrada para tubo de 1/4 en la succión. Pieza Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción: Bolsa de 1500 ml (1.5 litros) de polietileno desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste en recipiente rígido, con tapa de polipropileno con cuatro puertos con sus correspondientes tapas de polipropileno debidamente indicados para su función: 1. Puerto de paciente con válvula plástica antirreflujo, de un solo sentido, conector de ángulo recto tipo macho removible para adaptarse a tipo de tubería, diámetro interno de 6.6 mm, 2. Puerto para vacío con válvula de seguridad integrada de polipropileno que incluya 2 filtros bacteriológicos hidroscopicos y trampa de aerosoles de material absorbente con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.5 micras, con espaciador y válvula de seguridad flotante con empaque plástico, que cierra al llenado de la bolsa, 3. Conexión de bolsas en serie tandem con conector a presión	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	tipo hembra diámetro interno 11 mm, 4. Puerto para toma de muestras o para verter el polvo gelatinizante, inactivamente de diámetro interno 2.6 cm. Tapa para puertos: tandem entrada tipo macho, tapas para paciente, muestras y vacío tipo hembra con tres escalones internos que aseguren el cierre mecánico. Revestimiento del recipiente de succión, suave, 1500 cc (1,500 mililitros). Código dyndsc1500. Pieza	
6	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 38 bolsa recolectora para secreciones corporales 1500 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa, que venga en una sola pieza, que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo y las entradas del canister tengan entrada para tubo de 1/4 en la succión. Pieza Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción, para la canastilla porta bolsa: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 1500 cc (1,500 mililitros) el interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 1500 cc (1,500 mililitros) color transparente sin látex de plástico. Código dyndclo1500. Pieza	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas. en el Anexo A, de la presente convocatoria.
7	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 39 bolsa recolectora para secreciones corporales 3000 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo, las entradas del canister tengan entrada de 1/4 en la succión. Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción: Bolsa de 3000 (3 litros) de polietileno desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste en recipiente rígido, con tapa de polipropileno con cuatro puertos con sus correspondientes tapas de polipropileno debidamente indicados para su función: 1. Puerto de paciente con válvula plástica antirreflujo, de un solo sentido, conector de ángulo recto tipo macho removible para adaptarse a tipo de tubería, diámetro interno de 6.6 mm, 2. Puerto para vacío con válvula de seguridad integrada de polipropileno que incluya 2 filtros bacteriológicos hidroscopicos y trampa de aerosoles de material absorbente con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.5 micras, con espaciador y válvula de seguridad flotante con empaque plástico, que cierra al llenado de la bolsa, 3. Conexión de bolsas en serie tandem con conector a presión tipo hembra diámetro interno 11 mm, 4. Puerto para toma de	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E873-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	

LICITANTE:	MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		
PREGUNTAS:	RESPUESTA:		
	muestras o para verter el polvo gelatinizante, inactivamente de diametro interno 2.6 cm. Tapa para puertos: tandem entrada tipo macho, tapas para paciente, muestras y vacio tipo hembra con tres escalones internos que aseguren el cierre mecánico. Revestimiento del recipiente de succión, suave, 3000 cc (3,000 mililitros) código dyndsc13000. Pieza		
8	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 39 bolsa recolectora para secreciones corporales 3000 ml. El proveedor deberá instalar canastilla porta bolsa que no se rompan fácilmente y los tapones cierren herméticamente para ofrecer seguridad en su manejo, las entradas del canister tengan entrada de 1/4 en la succión. Pieza Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción, para la canastilla porta bolsa: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 3000 cc (3,000 mililitros) el interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 3000 cc (3,000 mililitros) color transparente sin látex de plástico. Código dyndclo3000. Pieza	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.	
9	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 157 cinta adhesivo, elástico en todas direcciones, altamente resistente, no porosa, conformable e impermeable, respaldo de espuma de cloruro de polivinilo. Capacidad de proporcionar compresión y acolchonamiento, remoción sin dejar residuos en la piel de 5.0 cm (2 pulgadas) de ancho y 5 metros de largo. Pieza. Se solicita a la convocante nos permita cotizar la siguiente descripción: Cinta adhesiva transparente. No estéril. Curad®. Cinta adhesiva transparente no estéril de 2" x 10 Yd (5.1 cm x 9.1 m)	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.	
10	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 157 cinta adhesiva, elástica en todas direcciones, altamente resistente, no porosa, conformable e impermeable, respaldo de espuma de cloruro de polivinilo. Capacidad de proporcionar compresión y acolchonamiento, remoción sin dejar residuos en la piel de 5.0 cm (2 pulgadas) de ancho y 5 metros de largo. Pieza Se solicita a la convocante en caso de resultar adjudicados nos permitan entregar en múltiplos de 6 ¿se acepta?	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la presente convocatoria.	
11	TÉCNICA Anexo a anexo técnico partida 158 cinta testigo para vapor y	Se acepta para su evaluación, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones solicitadas en el Anexo A, de la	