



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>
<p>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023</p>	

En la Ciudad de México, siendo las **NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.

Así mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por la representante del Área Técnica, la Dra. Ana María Mejía Domínguez, Jefa del Servicio de Banco de Sangre, quien solventó las preguntas de carácter técnico, y el C. José Antonio Yllescas Fernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como representante del área contratante, quien solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se recibieron en tiempo y forma a través del portal de Compranet, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar de los siguientes licitantes:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19	9
2	ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	4
3	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	30	12
4	MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.	19	5
5	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	12	3
6	LABORATORIOS LICON, S.A.	12	7
7	DICIPA, S.A. DE C.V.	54	11
8	ABALAT, S.A. DE C.V.	14	14
9	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	12	4
10	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	6
11	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	12	2
12	TERUMO BCT MÉXICO, S.A. DE C.V.	3	1



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

11:21 a. m. CST - Central America Time DST

CompraNet

Procedimiento: 1066962 - LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE 2021-2023

Expediente: 2313869 LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE 2021-2023

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17/09/2021 09:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Párrafo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Mensajes Recibidos

Requiere	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UO	Respuesta
1. TERUMBO BCT MEXICO SA DE CV	09/09/2021 08:45 p. m.	PREGUNTAS TERUMBO BCT	09/09/2021 11:20 a. m.	09/09/2021 11:20 a. m.	
2. ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	08/09/2021 11:51 p. m.	Preguntas para la LPI No. LA-012NCA001-E753-2021	09/09/2021 15:56 a. m.	09/09/2021 15:58 a. m.	
3. FRENEMUS KABI MEXICO SA DE CV	08/09/2021 11:11 p. m.	Interés de Participación y Preguntas	09/09/2021 10:47 a. m.	09/09/2021 10:47 a. m.	
4. ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	08/09/2021 10:59 p. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	09/09/2021 10:33 a. m.	09/09/2021 10:33 a. m.	
5. ABALAT S.A. DE C.V.	08/09/2021 10:15 p. m.	PREGUNTAS ABALAT	09/09/2021 10:25 a. m.	09/09/2021 10:25 a. m.	
6. DIOPIA SA DE CV	08/09/2021 09:45 p. m.	Interés en Participar y Preguntas a la Junta de Aclaraciones	09/09/2021 09:59 a. m.	09/09/2021 09:59 a. m.	
7. LABORATORIOS LUCON, S.A.	08/09/2021 08:43 p. m.	PREGUNTAS PARA PARTICIPAR EN JUNTA DE ACLARACIONES	09/09/2021 08:40 a. m.	09/09/2021 08:40 a. m.	

Procedimiento: 1066962 - LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE 2021-2023

Mensajes Recibidos

3. FRENEMUS KABI MEXICO SA DE CV	08/09/2021 11:11 p. m.	Interés de Participación y Preguntas	09/09/2021 10:47 a. m.	09/09/2021 10:47 a. m.	
4. ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	08/09/2021 10:59 p. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	09/09/2021 10:33 a. m.	09/09/2021 10:33 a. m.	
5. ABALAT S.A. DE C.V.	08/09/2021 10:15 p. m.	PREGUNTAS ABALAT	09/09/2021 10:25 a. m.	09/09/2021 10:25 a. m.	
6. DIOPIA SA DE CV	08/09/2021 09:45 p. m.	Interés en Participar y Preguntas a la Junta de Aclaraciones	09/09/2021 09:59 a. m.	09/09/2021 09:59 a. m.	
7. LABORATORIOS LUCON, S.A.	08/09/2021 08:43 p. m.	PREGUNTAS PARA PARTICIPAR EN JUNTA DE ACLARACIONES	09/09/2021 08:40 a. m.	09/09/2021 08:40 a. m.	
8. DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL SA DE CV	08/09/2021 08:26 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES NO. LA-012NCA001-E753-2021.	09/09/2021 09:31 a. m.	09/09/2021 09:31 a. m.	
9. LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV	08/09/2021 08:29 p. m.	Segunda Parte Preguntas Junta de Aclaraciones	09/09/2021 09:26 a. m.	09/09/2021 09:26 a. m.	
10. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	08/09/2021 04:07 p. m.	ANEXO L IEFSA 2A PARTE	09/09/2021 09:11 a. m.	09/09/2021 09:11 a. m.	
11. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	08/09/2021 12:24 p. m.	Re-Res-PREGUNTAS WORD	09/09/2021 01:10 p. m.	08/09/2021 01:10 p. m.	
12. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	08/09/2021 12:21 p. m.	PREGUNTAS PDF	09/09/2021 01:19 p. m.	08/09/2021 01:19 p. m.	
13. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	08/09/2021 12:29 p. m.	INTERES EN PARTICIPAR	08/09/2021 01:09 p. m.	08/09/2021 01:09 p. m.	
14. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	08/09/2021 12:19 p. m.	PREGUNTAS E INTERES EN PARTICIPAR	08/09/2021 01:09 p. m.	08/09/2021 01:09 p. m.	
15. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	08/09/2021 08:59 a. m.	PREGUNTAS WORD	08/09/2021 11:01 a. m.	08/09/2021 11:01 a. m.	08/09/2021 11:08 a. m.
16. MERKAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	07/09/2021 08:49 p. m.	ESCRITO INTERES Y JUNTA DE ACLARACIONES	08/09/2021 10:59 a. m.	08/09/2021 10:59 a. m.	
17. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	07/09/2021 08:50 p. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES IEFSA	08/09/2021 10:59 a. m.	08/09/2021 10:59 a. m.	
18. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	07/09/2021 05:49 p. m.	INTERES EN PARTICIPAR IEFSA	08/09/2021 10:29 a. m.	08/09/2021 10:29 a. m.	
19. ABBOTT LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV	07/09/2021 04:10 p. m.	Aclaraciones Abbott	08/09/2021 10:15 a. m.	08/09/2021 10:15 a. m.	
20. LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV	06/09/2021 08:45 p. m.	Junta de aclaraciones Laboratorios Dai de México S.A. de C.V.	07/09/2021 09:55 a. m.	07/09/2021 09:55 a. m.	

Página 1 de 1



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

Así mismo se destacan los siguientes puntos:

- a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- b) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de Interés en participar, sin presentar preguntas;
- c) Así mismo, se hace constar que no hubo licitantes que presentaran preguntas en tiempo, pero que no presentaran el Escrito de Interés en participar;
- d) De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizo las siguientes precisiones técnicas a la Convocatoria.

Precisión número 1.-

PARTIDA NÚMERO 3. DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH....

Cantidad mínima:

DICE: 405 PRUBAS MENSUALES / 110,935.

DEBE DECIR: **10,935**

Precisión número 2.-

PARTIDA 4. PARA LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL...

NUMERAL 4. BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML....

DICE: CANTIDAD MAXIMA 120 piezas/mes 3510

DEBE DECIR: 120 piezas/ mes **3240**

Precisión número 3.-

PARTIDA 5 MATERIALES EN COMODATO DEL PERFIL DE AFERESIS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

DICE:

CANTIDAD MÍNIMA 65 /MES X 27 MESES 1765

DEBE DECIR:

CANTIDAD MÍNIMA 65 /MES X 27 MESES 1755

Precisión número 4.-

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DENTRO DE SUS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS PRESENTADOS, REFERENTES A LOS EQUIPOS OFERTADOS, ÉSTOS DEBERÁN SEÑALAR, MARCAR O IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS O NUMERALES, REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>Se solicita aclarar a la convocante si todos los documentos que integran la proposición técnica deberán ir foliados y rubricados; así mismo se aprecia que la falta de estos no será motivo de desechamiento</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN ESTAR FOLIADOS, ASIMISMO, SE DEBERÁ ENUMERAR DE FORMA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.</p> <p>ADEMÁS SE INFORMA QUE LA FALTA DE FOLIO EN SU PROPUESTA, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, EL INSTITUTO NO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN.</p> <p>FINALMENTE SE INFORMA QUE EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, TAMPOCO SE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN.</p>
2	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>NUMERAL 2.2 PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS PARTIDAS QUE ASÍ DESEE, SIEMPRE Y CUANDO SE COTICE EL 100%, DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS LAS INTEGRAN. LO ANTERIOR, DE</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Se aprecia que se podrá participar por partida cotizando el 100% de los bienes ofertados en cada partida ¿Es correcta nuestra apreciación?	CONFORMIDAD A LO CONSIGNADO EN EL ANEXO TÉCNICO.
3	ADMINISTRATIVA NUMERAL 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN Se solicita a la convocante aclarar si la forma de adjudicación se realizara por partida única o por partida independiente Favor de aclarar	SE INFORMA QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PARTIDA COMPLETA A UN SOLO LICITANTE. ES DECIR, PARTIDA INDEPENDIENTE.
4	ADMINISTRATIVA NUMERAL 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Se entiende que no aplica para dicho procedimiento la entrega de muestras físicas; así mismos se aprecia que para acreditar este numeral y los descritos en el anexo técnico basta con presentar catálogos, fichas técnicas o folletos Se lo solicita a la convocante aclarar si nuestra apreciación es correcta	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, AL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO LE ES APLICABLE LA ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS. NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA ELECTRÓNICA LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA QUE OFERTE, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
5	ADMINISTRATIVA SECCIÓN V DESECHAMIENTO Se entiende que apegándose al numeral 3.2.1 el no presentar las muestras físicas no será causal de desechamiento por lo que no aplican para dicho procedimiento Se lo solicita a la convocante aclarar si nuestra apreciación es correcta	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, AL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO LE ES APLICABLE LA ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS. NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA ELECTRÓNICA LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA QUE OFERTE, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA.
6	TÉCNICA SECCIÓN IV NUMERAL 6.3 Se le solicita a la convocante que para acreditar este numeral se exhiba un escrito bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de normas requisitadas, así como los registros sanitarios correspondientes. Se lo solicita a la convocante aclarar si nuestra apreciación es correcta	SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ANEXANDO REGISTROS SANITARIOS, ISO 9001:2015 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.
7	ADMINISTRATIVA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA CUMPLIR CON ESTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.							
PREGUNTAS:		RESPUESTA:							
	<p>SECCIÓN IV NUMERAL 6.15</p> <p>Para acreditar este numeral se le solicita a la convocante que se pueda exhibir carta respaldo del fabricante y/o mayorista y/o distribuidor</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	<p>PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 6.15, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O MAYORISTA (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES). EN CASO DE PRESENTAR CARTAS DE APOYO DEL MAYORISTA, ESTAS DEBERÁN DE VENIR ACOMPAÑADAS DE CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE. POR OTRA PARTE, PODRÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p>							
8	<p>TÉCNICA</p> <p>SECCIÓN IV NUMERAL 6.18</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar el inciso "C" de cada partida del anexo técnico "A" con relación a la carta de trazabilidad ya que dicho inciso no aparece en el Anexo Técnico de cada partida</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p>SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA DE TRAZABILIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE REFERENCIA DE LOS CALIBRADORES QUE OCUPAN LOS EQUIPOS.</p>							
9	<p>TÉCNICA</p> <p>SECCIÓN IV NUMERAL 6.20</p> <p>Para acreditar este numeral se solicita a la convocante que se pueda exhibir escrito bajo protesta de decir verdad acreditando que la empresa opera bajo la Norma Oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	<p>SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ANEXANDO REGISTROS SANITARIOS, ISO 9001:2015 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.</p>							
10	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 2 Pág. 75 Punto 3</p> <p>Se menciona que el licitante ganador de la partida proporcionará el soporte del sistema informático y los equipos informáticos siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>ESTACIÓN DE TRABAJO</td> <td>SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROCESADOR: INTEL I5 2.00 GHZ MEMORIA RAM: 4 GB</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	6	ESTACIÓN DE TRABAJO	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROCESADOR: INTEL I5 2.00 GHZ MEMORIA RAM: 4 GB	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>	
CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN							
6	ESTACIÓN DE TRABAJO	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROCESADOR: INTEL I5 2.00 GHZ MEMORIA RAM: 4 GB							



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:			RESPUESTA:
		DISCO DURO: 160 GB MONITOR PLANO LCD 15"	
	Se solicita a la convocante indicar si se puede ofertar un Sistema Operativo Windows superior a 8.1, puesto que dicho sistema se encuentra descontinuado.		
11	TÉCNICA PARTIDA 2 Pág. 75-76 Punto 3 Se menciona que el licitante ganador de la partida proporcionará el soporte del sistema informático y los equipos informáticos siguientes:		SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
	1	SERVIDOR SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 PROCESADOR: QUAD-CORE INTEL CORE I3 DOBLE NÚCLEO MEMORIA RAM: 8 GB DDR3 DISCO DURO: MÍNIMO DE 1 TB MONITOR PLANO LCD 15"	
Se solicita a la convocante indicar si se puede ofertar un Sistema Operativo Windows superior a 2012 R2, puesto que dicho sistema se encuentra descontinuado			
12	TÉCNICA PARTIDA 2 Pág. 75-76 Punto 3 Se aprecia que el banco de sangre no se encuentra contemplado en el presente anexo técnico y solo hace referencia a interfaces al sistema informático presente Se solicita a la convocante aclarar a que sistema informático se le brindará el soporte.		ES CORRECTO, SE LE DARÁ SOPORTE AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE.
13	TÉCNICA PARTIDA 4 SUBPARTIDA 1		SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>La convocante solicita kit para proceso de sangre total</p> <p>Se aclara a la convocante que la descripción solicitada pertenece a una marca en específico lo cual limita la libre participación marcada en el Cap. Segundo de la Licitación Pública contenido en la LAASSP; así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con Kit sistema de bolsas quintuple Top &Bottom con filtro en línea para la preparación de concentrado eritrocitario leucodepletado, plasma y plaquetas de Buffycoat con vigencia de 5 días. Compatible con sistemas de fraccionamiento. Con solución anticoagulante CPD para recolectar sangre total y una solución de SAGM para permitir un mejor y prolongado almacenamiento de las células rojas por 42 días.</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	
14	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 4 SUBPARTIDA 5</p> <p>Se aclara a la convocante que la descripción solicitada pertenece a una marca en específico lo cual limita la libre participación marcada en el Cap. Segundo de la Licitación Pública contenido en la LAASSP; así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con cuchillas individuales de cobre para corte y unión de dos líneas, de un solo uso y no pueden ser reutilizadas. Los conjuntos de láminas están envasados en cajas que contienen 240 conjuntos de láminas. Los conjuntos de láminas están cómodamente envasados en bandejas de espuma ranuradas.</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
15	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 4 NUMERAL 2 A</p> <p>En dicho numeral equipo en demostración permanente la convocante solicita dos sistemas automatizados de procesamiento de sangre</p> <p>Se aclara a la convocante que la descripción solicitada pertenece a una marca en específico lo cual limita la libre participación marcada en el Cap. Segundo de la Licitación Pública contenido en la LAASSP; así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con un equipo con las siguientes características:</p> <p>Fraccionador automático diseñado para preparar componentes sanguíneos a partir de bolsas centrifugadas de sangre destinado a la separación de una unidad de sangre</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
-------------------	---

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
-------------------	-------------------

<p>total en varios componentes sanguíneos. Prensa principal y lateral con movimiento electrónico controlado por un microprocesador (sin necesidad de un compresor de aire). Está equipado con cinco clamps con sellado, donde uno (el número 3), tiene el control de la válvula proporcional. Estos clamps son componentes electromecánicos con doble funcionalidad; Clampar y/o sellar tubulares. Cinco clamps selladores programables para un sellado manual o automático, pueden utilizarse también como selladores independientes. Es compatible con todas las bolsas de sangre disponibles actualmente que permiten leucodepletar en al menos un logaritmo. Sellador dieléctrico, Macosealtwin es un sistema totalmente automático de sellado de tubulares de PVC, especialmente tubulares incluidos en sistemas de bolsas de sangre. La unidad base está conectada por cable a la unidad de mano, donde tiene lugar el proceso de sellado, cuando se presiona el activador. Pinza de sellado ligera y ergonómica. Tiempo de sellado 0.4-6 seg según tipo y tamaño de tubular. Sellado hermético que permite una fácil separación sin utilizar tijeras. Centrifuga refrigerada para banco de sangre de gran capacidad para bancos de sangre. Temperatura programable desde -10°C hasta 40°C, Permite la centrifugación de hasta 12 bolsas de sangre doble, triple o cuádruple. Para bolsas ovales de 2400ml cada uno. Velocidad máxima de 4000 rpm. Indicación continua de FCR. Indicador de Tiempo, Minutos y segundos, Indicador de velocidad RPM Sistema de refrigeración sin CFC. Sistema de seguridad con alarmas ópticas y sonoras por desbalanceo y tapa mal cerrada que interrumpe la centrifugación con detención automática.</p> <p>En caso de aceptar nuestra participación, indicar la cantidad de equipos necesarios para cubrir las necesidades del banco de sangre</p>	
--	--

<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 4 NUMERAL 2.2. EQUIPOS DE APOYO</p> <p>Se solicita un equipo conector estéril con reemplazo automático de navajas después de cada unión</p> <p>16 Se aclara a la convocante que la descripción solicitada pertenece a una marca en específico lo cual limita la libre participación marcada en el Cap. Segundo de la Licitación Pública contenido en la LAASSP; así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con un equipo con las siguientes características:</p> <p>Equipo diseñado con el fin de realizar conexiones estériles en tubos de pvc en aplicaciones de procesamiento de sangre, suelda combinaciones de tubos húmedo en húmedo, húmedo en seco y seco en seco, conexiones estériles de tubos de pvc</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>
--	---



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>de entre 3.1 y 3.8 mm y 4.5 mm de diámetro, el conjunto de lámina consta de una lámina de cobre y un soporte de plástico, las láminas son sólo de un único uso y no pueden ser reutilizadas, que al colocar los tubos antes del proceso de soldadura aleja suavemente la sangre de la zona de soldadura, impidiendo así la necrosis de las células sanguíneas en el producto sanguíneo, pantalla que proporciona una monitorización continua de todas las operaciones del dispositivo, advertencia de errores y recuento de los ciclos de soldadura, el indicador audible emitirá un pitido para proporcionar al operador una indicación sobre el estado del dispositivo, un conjunto de abrazaderas, que sujetan los tubos en su sitio para la operación de soldadura.</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	
17	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 4 NUMERAL 2.2. EQUIPOS DE APOYO</p> <p>La convocante requisita una balanza digital</p> <p>Así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con un equipo con las siguientes características:</p> <p>Que como mejora tecnológica permite realizar un diferencial de peso para facilitar la nivelación de las unidades al centrifugar. Muestra de forma independiente la diferencia de peso de 2 objetos colocados en sus bandejas de acero inoxidable. Protege centrifugas costosas de cargas desequilibradas. Lectura de peso 0-2500g (Rango) Balanza digital de diferencial electrónico Muestra diferencial de peso de 2 objetos</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</p>
18	<p>TÉCNICA</p> <p>Se solicita un sillón eléctrico y sellado en un solo proceso</p> <p>Se aclara a la convocante que la descripción solicitada pertenece a una marca en específico lo cual limita la libre participación marcada en el Cap. Segundo de la Licitación Pública contenido en la LAASP; así mismo se le solicita a la convocante nos permita participar con un equipo con las siguientes características:</p> <p>Deseado para el sentado o la posición supina de los pacientes el periodo del tratamiento (máximo 6-7 horas) de bajo la supervisión de un personal medicamente calificado. Puede ser infinitamente ajustable con motores desde la</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ASIMISMO SE INFORMA QUE LOS SILLONES FORMAN PARTE DE LA PARTIDA NÚMERO 4.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>posición de sentado hasta la posición de shock. Uso exclusivo para posicionar pacientes para diálisis, donación de sangre, tratamiento doloroso, tratamiento oncológico y formas similares de tratamiento El peso máximo del paciente es de 200kg. Puede ser infinitamente ajustable con motores desde la posición de sentado hasta la posición de shock. Funda de acolchado: Cuero artificial difícilmente flamable, cojines, colchones, reposabrazos y coberturas son generalmente resistentes a muchos desinfectante y limpiadores. Cuando un botón es presionado, el elemento del sillón reflejado en el botón se moverá arriba/afuera o abajo/adentro, encendido por el accionador aplicable. Los antebrazos pueden ser girados hacia afuera o doblados.</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	
19	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 1BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS</p> <p>Se solicita un equipo citómetro de flujo para biometrías hemáticas</p> <p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características:</p> <p>Aparato de recuento de células totalmente automatizado que examina hasta 24 parámetros. Diferencial 5-Partes. Número de muestras > 60 muestras por hora. Volumen de muestra < 110 µl. Resultados Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y porcentaje, en papel como en pantalla. El analizador cuenta con una pantalla sensible al tacto de 10.4 pulgadas, Impresora externa. Para verificar el desempeño del sistema, se debe analizar el material de control frecuentemente. El Quintus tiene funciones avanzadas para aseguración de calidad integradas en el software, con gráficas Levey-Jennings y función XB, autocargador compacto opcional. Cada estante puede acomodar 10 tubos de muestra y es posible pre-cargarlo con hasta 100 muestras. Capacidad de memoria 100,000 registro incluidos los indicadores, los diagramas de dispersión y los histogramas. Puerto de interfaz 4 USB (2.0), Ethernet, PS/2. Lector de código de barras Puerto USB, Lector de código de barras incorporado en el autocargador. Software Español Folleto pág.2</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si nuestra propuesta es aceptada</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
<p>TÉCNICA</p> <p>En el 2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE:</p> <p>En el punto 2 dice EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (UN) Equipo Automatizado para que realice las pruebas para el virus de la HEPATITIS C, VIRUS DE LA HEPATITIS B, VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CHAGAS Y SÍFILIS, <p><input type="checkbox"/> Pregunta 1</p> <p>Sin poner en riesgo la seguridad sanguínea y para fomentar la libre participación en esta licitación,</p> <p>¿Se puede ofertar un equipo Sistema para análisis inmunológico, que incluya como principio de medición, metodología: Quimioluminiscencia con capacidad de procesamiento de hasta 200 pruebas por hora? Ya que el principio que ustedes solicitan sólo corresponde a una casa comercial y con ello se limita la libre participación.</p>	1	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>
<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 2</p> <p>2 Sin poner en riesgo los hemocomponentes que maneja la institución y sin limitar la libre participación ¿Se puede ofertar un equipo completamente automatizado con tecnología de vanguardia que no utilice puntas desechables y que se demuestre que no tiene acarreo <0.1 ppm?</p>	2	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL USO DE LA PUNTA DESECHABLE ES INDISPENSABLE PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE MUESTRAS Y POR LO TANTO RESULTADOS INCORRECTOS, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO A LOS PACIENTES DEL INSTITUTO.</p>
<p>TÉCNICA</p> <p>Debido al tipo de institución de que se trata y que requiere tecnología de vanguardia para proveer componentes sanguíneos seguros y oportunos a la población de pacientes que atiende la institución.</p> <p>3 En 1. PRUEBAS DE TAMIZAJE</p> <p>Para las 5 determinaciones serológicas:</p> <p>1.1 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA</p> <p>1.2 HBSAg. PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B</p> <p>1.3. ANTICUERPOS TOTALES ANTI-VHC DEL VIRUS DE</p>	3	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, RESPECTO QUE PUEDAN OFRECER ESOS ENSAYOS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS COMPETIDORES.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
No. LA-012NCA001-E753-2021	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>LA HEPATITIS C</p> <p>1.4 TRIPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS)</p> <p>1.5.-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 3</p> <p>Cómo lo menciona la institución en los requerimientos del ensayo de HBsAg y Anti-HCV ¿Todos los reactivos, controles y calibradores que se utilizan en las 5 determinaciones del Panel de Pruebas de Tamizaje que se realiza a todos los hemocomponentes que maneja la institución, deberán estar listos para su uso, es decir no requerir preparación previa a su utilización, para con ello evitar errores en las fases pre analíticas de las determinaciones serológicas (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) y afectar así la seguridad de los mismos?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
4	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 4</p> <p>¿Los cinco reactivos deberán contar con su registro sanitario por COFEPRIS correspondiente, que incluya un dictamen de que puede ser utilizado en banco de sangre por el CNTS o por la Institución oficial designada por COFEPRIS como órgano regulador de los bancos de sangre?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 5</p> <p>Para mantener los altos estándares del Instituto y la productividad del mismo y con el fin de obtener oportunamente los resultados de todo el Panel de serología infecciosa (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) y tener disponibilidad de los componentes sanguíneos con el más alto grado de seguridad aún en urgencias ¿Las calibraciones de los cinco ensayos no deberán de correrse cada vez que se abra un kit o caja de reactivo para no comprometer la seguridad y oportunidad de los resultados de los hemocomponentes?</p> <p>¿Es correcto?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION Y LAS CALIBRACIONES DEBEN SER ESTABLES AL MENOS POR 28 DÍAS PARA CADA ANALITO O CAMBIO DE LOTE.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
6	<p>TÉCNICA</p> <p>Para 1.2.HBSAg. PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 6</p> <p>¿Es correcto que para el ensayo de antígeno de superficie del virus B de la hepatitis (AgHBs), la identificación debe ser una determinación cualitativa con capacidad para detectar la mayoría de los mutantes antigénicos del AgHBs y específicamente la mutante THR-123?</p>	<p>NO ES CORRECTO. SOLO ES NECESARIO QUE LA PRUEBA SEA CAPAZ DE DETECTAR MUTACIONES SIN NECESIDAD DE ALGUNA ESPECÍFICA.</p>
7	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 7</p> <p>Para la determinación de anticuerpos Anti-VHC ¿La prueba debe tener la capacidad de detectar anticuerpos contra las regiones estructurales y no estructurales del virus de la Hepatitis C?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>SE INFORMA QUE LA PRUEBA DEBERÁ DE SER CAPAZ DE DETECTAR ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C.</p>
8	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 8</p> <p>Para garantizar la seguridad de las 5 determinaciones serológicas (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) y así justificar su desempeño frente a cualquier sistema de calidad nacional e internacional. ¿Las cinco determinaciones deberán poder realizarse en suero o plasma humano, así como en muestras cadavéricas (para el caso de transplantes)?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
9	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 9</p> <p>Para que, en la prueba de la Enfermedad de Chagas, se obtengan resultados confiables, estabilidad extendida de los reactivos y mejor desempeño del ensayo, así como disminuir el tiempo para la obtención del resultado y por ende reducir costos.</p> <p>¿El ensayo deberá utilizar una combinación de al menos cuatro antígenos recombinantes dirigidos al menos a 14 epítopes distintos, para la detección de las diferentes cepas?</p>	<p>DEBE EMPLEAR ANTÍGENOS RECOMBINANTES SIN IMPORTAR LA CANTIDAD.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
10	<p>TÉCNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Pregunta 10</p> <p>Para obtener un alto grado de control del ensayo, así como resultados seguros, reducir las uniones inespecíficas y por ende el número de falsos positivos. ¿El reactivo para la detección de anticuerpos contra el <i>Treponema pallidum</i> deberá utilizar al menos 3 antígenos recombinantes altamente purificados?</p>	<p>EL REACTIVO DEBERA UTILIZAR AL MENOS 3 ANTIGENOS CODIFICADOS PARA LA DETECCION DE IgM e IgG.</p>

LICITANTE:		INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>PREGUNTA 1.-</p> <p>PLATAFORMA COMPRANET.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE RUBRO DE LA PLATAFORMA COMPRANET SE DEBERA SUBIR EL NUMERAL 6.10, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>SE INFORMA QUE DICHO DOCUMENTO, DEBERÁ SER PRESENTADO ÚNICAMENTE POR EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.</p>
2	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>PREGUNTA 2.-</p> <p>FORMATO 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (OBLIGATORIO). DESCRIPCIÓN DEL BIEN</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA CELDA "CANTIDAD" SE DEBERÁ CAPTURAR LA CANTIDAD MÁXIMA TOTAL INDICADA EN EL ANEXO TÉCNICO PARA CADA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
3	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>PREGUNTA 3.-</p> <p>FORMATO 8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA CELDA "CANTIDAD" SE DEBERÁ CAPTURAR LA CANTIDAD MÁXIMA TOTAL INDICADA EN EL ANEXO TÉCNICO PARA CADA</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO OBSTANTE, SE INFORMA QUE EN EL PORTAL DE COMPRANET, DENTRO DEL RUBRO REQUERIMIENTO ECONÓMICO, EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR EL COSTO TOTAL DE SU PARTIDA OFERTADA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
4	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 4.-</p> <p>6.15. CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO ALTERNATIVA PODER PRESENTAR CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 6.15, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O MAYORISTA (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES). EN CASO DE PRESENTAR CARTAS DE APOYO DEL MAYORISTA, ESTAS DEBERÁN DE VENIR ACOMPAÑADAS DE CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE. POR OTRA PARTE, PODRÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p>
5	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 1.-</p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>PARTIDA 1 BIOMETRIAS</p> <p>PUNTO 3.3.11</p> <p>PAGINA 62</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA QUE, EN AQUELLOS INSUMOS QUE POR SU NATURALEZA COMO CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGÍA O CELULAS PARA INMUNOHEMATOLOGÍA, LOS CUALES SON FABRICADOS A PARTIR DE SANGRE HUMANA, SEAN RECIBIDOS CON UN MES DE CADUCIDAD, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
6	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 2.-</p> <p>ANEXO TÉCNICO</p> <p>PARTIDA 1 BIOMETRIAS</p> <p>3.3.13. DOCUMENTACIÓN</p> <p>PAGINA 63</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA ESTE PUNTO, LA INFORMACION SOLICITADA SERA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
7	<p>TÉCNICA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>PREGUNTA 3.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PRIMER VIÑETA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS, APROBADAS POR ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TALES COMO LA CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE, IMPEDANCIA ELÉCTRICA O CITOQUÍMICA. ¿SE ACEPTA?</p>	
8	<p>TÉCNICA PREGUNTA 4.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SEGUNDA VIÑETA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, EL ANALIZADOR Y EL SOFTWARE DE ANÁLISIS QUE LO ACOMPAÑE DEBERÁ MOSTRAR EN CADA ESCATEGRAMA LAS POBLACIONES LEUCOCITARIAS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DETECTADAS POR CADA CÉLULA?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	<p>TÉCNICA PREGUNTA 5.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TERCER VIÑETA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE REALICE DIFERENCIAL POR MÉTODOS DISTINTOS AL ÓPTICO DE 4 CANALES, TALES COMO CITOQUÍMICA O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE, ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
10	<p>TÉCNICA PREGUNTA 6.- PARA LA PARTIDA 1</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO</p> <p>1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CUARTA VIÑETA</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR CUYO SOFTWARE INCORPORADO MUESTRE LAS GRÁFICAS DE DISPERSIÓN COMPARATIVAS RELACIONADAS A LOS PARÁMETROS MEDIDOS Y OBTENIDOS POR EL ANALIZADOR SIN QUE SEAN NECESARIAMENTE 8, ¿SE ACEPTA?</p>	
11	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 7.-</p> <p>PARA LA PARTIDA 1</p> <p>NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO</p> <p>1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUINTA VIÑETA</p> <p>LOS RECIENTOS ÓPTICOS NECESARIAMENTE REQUIEREN DE UN SOPORTE DE RECuento DE ELEMENTOS NUCLEADOS POR LA BAJA PRECISIÓN QUE SE OBTIENE AL UTILIZAR DICHA METODOLOGÍA, POR ESTA RAZÓN EXISTEN OTROS MÉTODOS EN EL MERCADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR QUE EL INSTITUTO CUENTE CON LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE SE PERMITA LA OFERTA DE METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS COMO LA IMPEDANCIA, LA CITOQUÍMICA O LA CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
12	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 8.-</p> <p>PARA LA PARTIDA 1</p> <p>NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO</p> <p>1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA VIÑETAS</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ANÁLISIS DE CÉLULAS ROJAS Y RETICULOCITOS POR METODOLOGÍAS ADICIONALES O ALTERNATIVAS COMO LA IMPEDANCIA ELÉCTRICA, LOS PULSOS ACUMULATIVOS O LA CITOMETRÍA DE FLUJO ÓPTICA O FLUORESCENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA METODOLOGÍA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR LECTURAS DE PLAQUETAS SIN IMPORTAR EL TAMAÑO.
13	TÉCNICA	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>PREGUNTA 9.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DÉCIMA VIÑETA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PODRÁ OFERTARSE UN ANALIZADOR QUE REALICE DICHA SEPARACIÓN POR MÉTODOS, FÍSICOS, QUÍMICOS, MATEMÁTICOS, O DE RECuento INDEPENDIENTEMENTE DE LA METODOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN DE SEPARAR AMBAS POBLACIONES CEULARES?</p>	
14	<p>TÉCNICA PREGUNTA 10.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, UNDÉCIMA VIÑETA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR CUYO SOFTWARE INCORPORADO MUESTRE LAS GRÁFICAS DE DISPERSIÓN COMPARATIVAS RELACIONADAS A LOS PARÁMETROS MEDIDOS Y OBTENIDOS POR EL ANALIZADOR SI QUE SEAN NECESARIAMENTE 8,¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
15	<p>TÉCNICA PREGUNTA 11- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, VIÑETAS DUODÉCIMA A DÉCIMO OCTAVA PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LOS LEUCOCITOS CUMPLIENDO CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS: • ANÁLISIS DIFERENCIAL DE CÉLULAS BLANCAS</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>POR METODOLOGÍA DE CITOMETRÍA DE FLUJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISIS DE CÉLULAS ROJAS POR DISCRIMINACIÓN DE TAMAÑO Y CUANTIFICACIÓN • UTILICE EL NÚMERO DE REACTIVOS APROPIADOS PARA REALIZAR LA DISCRIMINACIÓN DE LAS POBLACIONES CELULARES, YA QUE EL MANEJO DE INVENTARIOS Y EL ASEGURAMIENTO DE CANTIDADES NECESARIAS POR EL PROCESAMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO <p>¿SE ACEPTA?</p>	
16	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 12.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PENÚLTIMA VIÑETA</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR CUYO SOFTWARE INCORPORADO CUENTE CON UN MENÚ DE AYUDA SIN QUE NECESARIAMENTE SE INCORPOREN VIDEOS ORIENTATIVOS PUES EL SOPORTE TÉCNICO SE PUEDE BRINDAR TELEFÓNICAMENTE O EN CAMPO.¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
17	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 13.- PARA LA PARTIDA 1 NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ÚLTIMA VIÑETA</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES PARA ESTA PARTIDA, PUES EL ÚNICO ANALIZADOR EN MÉXICO QUE CUENTA Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, PARTICULARMENTE LA IDENTIFICACIÓN DEL PIGMENTO INTRACELULAR ASOCIADO CON MALARIA ES EL EQUIPO YUMIZEN H550 DE LA MARCA HORIBA CUYO REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA A NOMBRE DE ABALAT S.A. DE C.V. LO QUE CLARAMENTE CONTRADICE LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES BAJO LA QUE ESTE EVENTO SE</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	AMPARA.¿SE ACEPTA?	
18	<p>TÉCNICA</p> <p>PARTIDA 14.-</p> <p>PARA LA PARTIDA 1</p> <p>NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO</p> <p>1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS</p> <p>CON REFERENCIA A LOS REACTIVOS SOLICITADOS, LAS CARACTERÍSTICAS ENUNCIADAS SON DESCRIPTIVAS DE LAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL ANALIZADOR YUMIZEN H550, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LOS REACTIVOS CORRESPONDIENTES EN LAS PRESENTACIONES Y FORMULACIÓN APROPIADA, PARA EL ANALIZADOR OFERTADO.</p> <p>¿SE ACEPTA?.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA, MAS NO ES LIMITATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
19	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 15.-</p> <p>PARA LA PARTIDA 1</p> <p>NUMERAL 1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO</p> <p>1.3 DETECCIÓN DEL PIGMENTO HEMOZOÍNA</p> <p>SE REITERA A LA CONVOCANTE QUE EL ÚNICO ANALIZADOR QUE CUENTA CON REGISTRO SANITARIO EN MÉXICO Y QUE PUEDE REALIZAR LA DETECCIÓN SOICITADA EN EL MENCIONADO NUMERAL ES EL MODELO YUMIZEN H550 DE LA MARCA HORIBA, CUYO TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ES ABALAT S.A. DE C.V. HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR LO QUE SE SOLICITA PERMITA LA OFERTA DE ANALIZADORES CAPACES DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA CON LOS PARÁMETROS NECESARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ADICIONALMENTE SE MENCIONA QUE LA CDMX NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO UNA ZONA ENDÉMICA PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS PARÁSITOS COMO EL PLASMODIUM Y SI LA CONVOCANTE DESEARA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>REALIZAR UNA PRUEBA DISCRIMINATORIA PARA ESTA ENFERMEDAD, SE DEBERÍAN APLICAR LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 3 DEL NUMERAL 6.10.5.5 DE LA NOM-253-SSA1-2012.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
20	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 16.-</p> <p>ANEXO TECNICO.</p> <p>DOCUMENTACION</p> <p>REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE REACTIVOS, EQUIPOS, INSUMOS, CONTROLES Y CALIBRADORES.</p> <p>¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA BASTA CON PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS?</p>	<p>SE ACLARA QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS VIGENTES DE REACTIVOS, EQUIPOS, INSUMOS, CONTROLES Y CALIBRADORES.</p>
21	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 17.-</p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>DOCUMENTACION.</p> <p>SE DEBERA ENTREGAR CARTA DE RESPALDO...</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA REQUISITO ES EL MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN EL NUMERAL 6.15 O SE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA ADICIONAL?</p>	<p>SE INFORMA QUE ES LA MISMA QUE SE PRESENTA EN EL NUMERAL 6.15 DE LA CONVOCATORIA.</p>
22	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 18.-</p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>DOCUMENTACION.</p> <p>SE DEBERA ENTREGAR COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS...</p> <p>DEBIDO A QUE AUN NO SABEMOS SI SEREMOS ADJUDICADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR PRESENTAR CARTA EN FORMATO LIBRE DONDE NOS COMPROMETEMOS A INSCRIBIR AL INSTITUTO A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD,</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ¿SE ACEPTA?	
23	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 19.- ANEXO TECNICO CAPACITACION.</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE NUMERAL ES APLICABLE AL LICITANTE ADJUDICADO Y NO SE DEBERA PRESENTAR NINGUN DOCUMENTO EN LA PRESENTACION DE PROPUESTA?</p>	<p>SE DEBERÁ ENTREGAR UNA CARTA LIBRE DONDE SE COMPROMETAN UNA VEZ ADJUDICADO, A BRINDAR LA CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS Y EN LOS DIFERENTES TURNOS QUE SE REQUIEREN.</p>
24	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 20.- ANEXO TECNICO .. CARTA ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE....</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA REQUISITO ES EL MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN EL NUMERAL 6.15 O SE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA ADICIONAL?</p>	<p>SE INFORMA QUE ES LA MISMA QUE SE PRESENTA EN EL NUMERAL 6.15 DE LA CONVOCATORIA.</p>
25	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 21.- ANEXO TECNICO .. CARTA ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE....</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA REQUISITO ES EL MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN EL NUMERAL 6.15 O SE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA ADICIONAL?</p>	<p>SE INFORMA QUE ES LA MISMA QUE SE PRESENTA EN EL NUMERAL 6.15 DE LA CONVOCATORIA.</p>
26	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 5.- Viñeta 4. Para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico "A", para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) o emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su</p>	<p>ES CORRECTO, LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑEN A LAS SOLICITUDES DEBERÁN ENCONTRARSE REDACTADOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS; EN CASO DE ESTAR ESCRITOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL O AL INGLÉS, SE LES DEBERÁ ACOMPAÑAR SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN POR PERITO TRADUCTOR, QUE CUENTE CON CÉDULA PROFESIONAL PARA EJERCER DICHA PROFESIÓN), SIN QUE ESTO SEA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	traducción simple al español. Para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. Solicito amablemente a la convocante con base a la modificación del RIS (Reglamento de Insumos para la Salud) publicado el 31-05-2021 en el DOF, (artículo 153). los documentos que acompañen a las solicitudes deberán encontrarse redactados en idioma español o inglés. Los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados; en caso de estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión), sin que esto sea una causal de descalificación.	UNA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.
27	TÉCNICA PREGUNTA 22.- Anexo "A". Partida 2. Serología e Inmunohematología. 2.2. Pruebas de Inmunohematología. El Licitante Ganador Deberá Proporcionar al Hospital Los Equipos para Realizar las Pruebas: 1 (UNO) Equipo Automatizado al 100 % de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. Solicito amablemente a la convocante y para favorecer la libre participación nos permita ofertar equipo que realice de 60 a 80 grupos completos por hora en tarjeta de 8 pozos, de acuerdo a lo señalado en la NOM-253-SSA1-2012 en el punto mencionado a continuación: 9.5.2. Hemoclasificación del grupo AB0 9.5.2.1 La clasificación del grupo AB0 se deberá realizar en todos los donantes y receptores, mediante las pruebas siguientes: a) Pruebas de aglutinación: - Prueba directa: permite identificar la presencia o ausencia de los antígenos A y B en los eritrocitos, mediante el empleo de reactivos hemo clasificadores anti-A, anti-B y anti-AB de origen monoclonal;	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>- Prueba inversa: permite identificar la presencia o ausencia de los anticuerpos regulares anti-A y anti-B en suero o plasma, utilizando eritrocitos con antígeno A1 y B, y</p> <p>En cada clasificación de grupo ABO, se deberá incluir un control o testigo que incluya glóbulos rojos de la muestra estudiada y solución salina o el medio en el que se realice la suspensión globular, a fin de demostrar la ausencia de auto aglutinación, o</p> <p>b) Método de genotipificación sanguínea.</p>	
28	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 23.-</p> <p>2.Anexo "A". Partida 2. Serología e Inmunoematología. 2.2. Pruebas de Inmunoematología. El Licitante Ganador Deberá Proporcionar al Hospital Los Equipos para Realizar las Pruebas: 1 (UNO) Equipo Automatizado al 100 % de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, tres centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 80 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre. • Software en línea para soporte de servicio vía remota, 	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado, • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 180 tubos de muestras, 28 frascos de reactivos, 240 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. <p>Solicito amablemente a la convocante y con El fin de favorecer la libre participación, ya que dichas especificaciones están dirigidas a un solo proveedor, me permita ofertar equipamiento con las siguientes características:</p> <p>Equipo Automatizado al 100 % de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM, C3d y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 8 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, dos centrifugas de tarjetas de gel para 24 tarjetas cada una, capacidad de 66 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre. • Software en línea para soporte de servicio vía 	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>remota,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado, • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 96 tubos de muestras, 54 frascos de reactivos, 400 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. 	
<p>29</p>	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 24.-</p> <p>Anexo "A". Partida 2. Serología e Inmunohematología. 2.2. Pruebas de Inmunohematología. El Licitante Ganador Deberá Proporcionar al Hospital Los Equipos para Realizar las Pruebas: 1 (UNO) Equipo Automatizado al 100 % de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, dos centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 48 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del 	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>banco de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software en línea para soporte de servicio vía remota, • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 50 tubos de muestras, 34 frascos de reactivos almacenados en condiciones de conservación y agitación continua, 164 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. <p>Solicito amablemente a la convocante y con el fin de favorecer la libre participación, ya que dichas especificaciones están dirigidas a un solo proveedor, me permita ofertar equipamiento con las siguientes características:</p> <p>Equipo Automatizado al 100 % de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM, C3d y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 8 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, una centrifugas de tarjetas de gel para 24 tarjetas, capacidad de 35 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de 	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.
-------------------	--

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
-------------------	-------------------

<p>tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software en línea para soporte de servicio vía remota, • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado, • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 72 tubos de muestras, 23 frascos de reactivos, 200 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. 	
---	--

<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 25.-</p> <p>30 Anexo "A". Partida 2. Serología e Inmunoematología. 2.2. Pruebas de Inmunoematología. El Licitante Ganador Deberá Proporcionar al Hospital Los Equipos para Realizar las Pruebas: Control de Calidad. El control de calidad interno para las pruebas de Inmunoematología debe contar con interfaz automática de los resultados a un programa de manejo estadístico de datos, que permita analizar e implementar la planificación del control de calidad. Y que permita además participar en un grupo de comparación inter-laboratorios de carácter nacional e internacional.</p> <p>Solicito amablemente a la convocante con el fin de favorecer la libre participación nos permita ofertar control de calidad interno para las pruebas de Inmunoematología con gestión específica de los resultados obtenidos.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN INTER-LABORATORIOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>
---	---



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 1: Dice:Punto 6.18. Carta de trazabilidad (obligatorio). El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de los calibradores para las pruebas enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A".</p> <p>Solicitamos a la convocante nos indique si para las pruebas que son cualitativas y no requiere calibradores (Pruebas de Inmunohematología), nos permita entregar una carta bajo protesta de decir verdad por parte del fabricante y licitante que no aplica carta de trazabilidad, se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA CARTA DE TRAZABILIDAD APLICA PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIEREN CALIBRADORES.</p>
2	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>Pregunta 3: Dice:Punto 3.2 fechas y horas para los diferentes actos de la licitación. En la página 17 donde se indica que ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 17 de septiembre de 2021, en punto de las 09:00 horas.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos aclare si debemos entender que tenemos hasta el 17 de septiembre a las 8:59 am para poder subir la propuesta al sistema Compranet? En caso de ser correcto favor de responderlo, o en su caso hacer la aclaración correspondiente.</p>	<p>SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ANEXANDO REGISTROS SANITARIOS, ISO 9001:2015 Y CERTIFICADO</p>
3	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 4: Dice:Punto6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.</p> <p>Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. • NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 	<p>SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ANEXANDO REGISTROS SANITARIOS, ISO 9001:2015 Y CERTIFICADO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Solicitamos a la convocante nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad, que se cumplen con las normas que vienen anexas para el cumplimiento de la punto, se anexa la solicitud?	
4	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 5: Dice: Punto 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.</p> <p>Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. • NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. <p>Solicitamos a la convocante nos indique que documento requerimos anexar para el cumplimiento de este punto?</p>	<p>SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE ESTABLEZCA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ANEXANDO REGISTROS SANITARIOS, ISO 9001:2015 Y CERTIFICADO.</p>
5	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>Pregunta 6. PROPUESTA ECONOMICA. Solicitamos a la convocante nos indique, si podemos cambiar el formato de la propuesta económica, ya que algunos paquetes incluyen cantidad mínima y máxima, al igual que precio mínimo y máximo, y en el formato 8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. No viene especificado. Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE PODRÁ MODIFICAR DICHO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.</p>
6	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>Pregunta 7. PROPUESTA TECNICA. Solicitamos a la convocante nos indique, si podemos cambiar el formato de la propuesta técnica, y podemos hacer la propuesta a renglón seguido, debido a que los paquetes incluyen varias partidas, y el formato 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA" (Obligatorio). DESCRIPCIÓN DEL BIEN", no viene especificado, se acepta la solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE PODRÁ MODIFICAR DICHO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.</p> <p>ACLARÁNDO QUE DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO "A" DE LA CONVOCATORIA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
7	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 1: Dice: 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. Partida. 5 Identificación Eritrocitarios.</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos indique si es necesario incluir el software para la identificación de anticuerpos?</p>	<p>ES CORRECTO, SE REQUIERE QUE SE INCLUYA EL SOFTWARE PARA LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTICUERPOS.</p>
8	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 2. Dice: 2.2. PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. Partida. 5 Identificación Eritrocitarios.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos especifique si para el control de calidad interno de esta prueba es indispensable incluir el o los controles que incluyen los anticuerpos irregulares de importancia clínica que especifican?</p>	<p>ES CORRECTO, SI ES NECESARIO QUE SE INLCUYA EL CONTROL DE CALIDAD PARA AL MENOS LOS ANTICUERPOS CON MAYOR REVELANCIA CLÍNICA (ANTI-D, ANTI-K, ANTI Fya Y ANTI C).</p>
9	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 3. Dice: 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. Partida 6 Fenotipo</p> <p>Solicitamos a la convocante nos indique si para esta prueba es forzoso incluir el fenotipoRH (ANTI-C, ANTI-c, ANTI-E, ANTI-e y ANTI-Kell O TAMBIÉN EL FENOTIPO EXTENDIDO (ANTI-P, ANTI-Lea, ANTI-Leb, ANTI-Lua, ANTI-Lub, Anti-k, ANTI-Kpa, ANTI-Kpb, ANTI-Jka, ANTI-Jkb, ANTI-M, ANTI-N, ANTI-S, ANTI-s, ANTI-Fya, ANTI-Fyb)?</p>	<p>ES CORRECTO, SI SE REQUIERE LA INCLUSIÓN DEL FENOTIPO RH (C,c, E,e) y Kell (K) JUNTO CON EL FENOTIPO EXTENDIDO (ANTI-P, ANTI-Lea, ANTI-Leb, ANTI-Lua, ANTI-Lub, Anti-k, ANTI-Kpa, ANTI-Kpb, ANTI-Jka, ANTI-Jkb, ANTI-M, ANTI-N, ANTI-S, ANTI-s, ANTI-Fya, ANTI-Fyb).</p>
10	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 4. Dice:2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. PARTIDA 9 Identificación Ac. IgM (fríos)</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos indique si es necesario incluir el software para la identificación de anticuerpos?</p>	<p>ES CORRECTO, SI SE REQUIERE QUE SE INCLUYA EL SOFTWARE PARA LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTICUERPOS CALIENTES (IgG) Y FRÍOS (IgM) PARA FACILITAR LA INTERPRETACIÓN.</p>
11	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 5. 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. CONTROL DE CALIDAD.</p> <p>Las bases indican que requieren un software para el manejo del control de calidad interno, independiente del equipo de inmunohematología, además de que el equipo pueda migrar los datos del control a dicho software, incluyendo grupos de comparación interlaboratorios a nivel nacional e internacional. Solicitamos a la convocante nos indique si es un requerimiento obligatorio?</p>	<p>ES NECESARIO EL SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD CON TRASMISIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD, DESDE LOS EQUIPOS AL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO, PARA PARTICIPAR EN GRUPOS DE COMPARACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
12	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 6. 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. EQUIPOS SOLICITADOS. EN UNO DE ELLOS SOLICITAN LA TITULACIÓN DE ANTICUERPOS</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita omitir esta característica del equipo?</p>	<p>NO SE ACEPTA, UNO DE LOS DOS EQUIPOS SE REQUIERE QUE REALICE LA TITULACION.</p>
13	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 7. Anexo técnico Partida 1. Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas: Equipo automatizado nuevo con capacidad para analizar las células utilizando cuatro ángulos distintos de dispersión de luz láser.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita oferta un equipo nuevo con 3 ángulos de luz dispersa frontal, luz dispersa lateral y fluorescente lateral, contando para las células rojas el enfoque hidrodinámico (detección de corriente directa (impedancia)) Sin perder exactitud ni precisión en los conteos bajos de leucocitos. Se acepta la solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTA CON LOS 4 ÁNGULOS DE DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER, YA QUE NOS SUMINISTRA MAYOR INFORMACIÓN DIAGNOSTICA CON PARÁMETROS ADICIONALES, PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DEL BANCO DE SANGRE</p>
14	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 8. Anexo técnico Partida 1. Hematología. Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas:Diferencial en 5 partes con medición directa modo de lista de 10,000 células donde cada célula este identificada como la misma población en todos los escatergramas.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con diferencial de 6 partes (incluye IG.) Teniendo lecturas por encima de 30,000 células. Se acepta la solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
15	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 9. Anexo técnico Partida 1. Hematología Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas: Que las células se identifiquen por color y se muestren gráficamente en un mínimo de ocho gráficas de dispersión, diferentes con cada célula mostrándose gráficamente.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo que cuenta con células pre-cargadas 4 gráficas teniendo la facilidad que de acuerdo a la necesidad se puedan agregar más gráficas, se acepta la solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO DE MANERA AUTOMÁTICA MUESTRE GRÁFICAMENTE EN UN MÍNIMO DE OCHO GRAFICAS DE DISPERSIÓN.</p>
16	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 10. Anexo técnico Partida 1. Hematología. Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		MERXAM CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	<p>técnicas:Que ofrezca un soporte al recuento óptico de glóbulos blancos, como al recuento óptico nucleado, ofreciendo un recuento de respaldo de glóbulos blancos cuando sea necesario.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo que realiza la medición de Glóbulos rojos y blancos por citometría de flujo, teniendo el modo low-WBC para confirmar conteos bajos de leucocitos y adicional a ello entregando resultados del diferencial en muestras de pacientes con leucopenia por debajo de 500 leucocitos (sin consumo de reactivos extras), se acepta la solicitud?</p>		
17	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 11. Anexo técnico Partida 1. Hematología Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas: • Reticulocitos con análisis tridimensional.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo que realiza la medición de reticulocitos usando la tecnología de citometría de flujo con un reactivo y colorante específicos. Este canal también libera el resultado de IRF (Fracción de reticulocitos inmaduros) mostrados en un gráfico específico según la distribución de reticulocitos jóvenes. Se acepta la solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE UN EQUIPO CON ANÁLISIS ÓPTICO Y ENUMERACIÓN AUTOMATIZADA CON LASER DE RETICULOCITOS.</p>	
18	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 12. Anexo técnico Partida 1. Hematología. Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas:Análisis Óptico Bidimensional de Plaquetas</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que realiza la medición por detección de enfoque hidrodinámico. Se acepta la solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN ANÁLISIS TOTALMENTE ÓPTICO CON LASER PARA TAMAÑO Y COMPLEJIDAD INTERNA, DE LAS CELULAS HEMATOLOGICAS QUE FAVORECE A LOS DONANTES Y SUS RESULTADOS PARA COSECHAS PLAQUETARIAS.</p>	
19	<p>TÉCNICA</p> <p>Pregunta 12. Anexo técnico Partida 1. Dice: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.1.1 Características técnicas: Resultados reportables sin pruebas reflex o reactivos extras, dentro de una amplia variedad de condiciones anormales.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que tienen reglas a bordo Rerun y Reflex-basados en los criterios y los rangos límites de cada banco de sangre, se acepta la solicitud?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	ADMINISTRATIVA 1.- EN EL PUNTO 3.2.1. LA CONVOCANTE INDICA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA ELECTRÓNICA LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA QUE OFERTEN, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA. SE ENTIENDE QUE SE DEBERÁN CARGAR EN EL APARTADO DEL DOCUMENTO 6.12 "PROPOSICIÓN TÉCNICA", DE NO SER ASÍ SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE EN QUE APARTADO SE DEBERÁ ENVIAR ESTA INFORMACIÓN, PUDIENDO SER ESTE EL DE ÁREA ADICIONAL DE ANEXOS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. ASIMISMO, EL LICITANTE TAMBIÉN PODRÁ OPTAR POR CARGAR SU DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL RUBRO DE "ANEXOS GENERICOS" DEL PORTAL DE COMPRANET.
2	ADMINISTRATIVA 2.- EN EL PUNTO 3.2.1. LA CONVOCANTE INDICA QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO APLICA LA ENTREGA DE MUESTRAS , PERO EN LA PÁG. 42 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO h) INDICA QUE EL NO PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS REQUERIDAS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN , SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO O A QUE PARTIDAS APLICA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHO INCISO NO ES APLICABLE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, TODA VEZ QUE NO APLICA LA ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS. SIN EMBARGO, EL LICITANTE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ PRESENTAR SUS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, REQUERIDOS.
3	TÉCNICA 3.- EN EL PUNTO 6.3 LA CONVOCANTE INDICA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y EN EL PUNTO 6.16 NUEVAMENTE SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LOS REGISTROS SANITARIOS SE DEBERÁN CARGAR EN AMBOS PUNTOS O SOLAMENTE EN EL PUNTO 6.16.	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SUS REGISTROS SANITARIOS EN AMBOS PUNTOS, PARA CUMPLIR CON ESTOS NUMERALES
4	TÉCNICA 4.- EN EL PUNTO 6.20 LA CONVOCANTE INDICA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DEL ANÁLISIS CRET DE LOS DESECHOS GENERADOS DE LOS ANALIZADORES OFERTADOS, ACREDITANDO QUE OPERA BAJO LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE INDIQUEMOS QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA LOS EQUIPOS REFERIDOS EN LA PARTIDA 4.	SE INFORMA QUE ESTE NUMERAL APLICA PARA LOS ANALIZADORES QUE TENGAN DESECHOS Y SE DEBE DE PRESENTAR RESULTADO DEL ANÁLISIS CRET DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
No. LA-012NCA001-E753-2021	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
5	<p>TÉCNICA</p> <p>5.- EN LA <u>PARTIDA 4. RENGLÓN 4 (PÁG. 85)</u> SOLICITAMOS BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EFECTIVAMENTE ESTA REQUIRIENDO EL INSUMO DESCRITO. YA QUE PARA ESTE RENGLÓN SE TAMBIÉN SE PUEDE OFRECER BOLSA TRANSFERENCIA CUÁDRUPLE DE 150ML (BOLSA ALÍCUOTAS).</p>	<p>LA BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML, ES REQUERIDA PARA LAS FRACCIONES PEDIÁTRICAS Y ES LA QUE ESTÁ DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>
6	<p>TÉCNICA</p> <p>6.- EN LA <u>PARTIDA 4 PUNTO 2.2 (PÁG. 86)</u> LOS REQUERIMIENTOS ESTÁN ORDENADOS POR INCISOS, SIN EMBARGO, RE REPITE DOS VECES EL INCISO d), SUPONEMOS QUE LOS SIGUIENTES INCISOS DE RECORRERÍAN DE ACUERDO CON EL ORDEN ALFABÉTICO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
7	<p>TÉCNICA</p> <p>7.- EN LA <u>PARTIDA 4. RENGLÓN 4 (PÁG. 85)</u> LA CONVOCANTE PARA ESTE RENGLÓN SOLICITA UNA CANTIDAD DE <u>120 PIEZAS POR MES</u> DANDO UN TOTAL DE 3240 Y NO 3510 COMO INDICAN EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE SU REQUERIMIENTO, SOLICITO AMABLEMENTE INDICAR LA CANTIDAD REAL.</p>	<p>SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 2, EMITIDA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.</p>
8	<p>TÉCNICA</p> <p>8.- EN LA <u>PARTIDA 4. PUNTO 2.2, INCISO C)</u> LA CONVOCANTE SOLICITA 6 JUEGOS DE PINZAS DE RODILLO AUTOMATIZADAS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PINZAS DE RODILLO MECÁNICAS.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
9	<p>TÉCNICA</p> <p>9.- EN LA <u>PARTIDA 4. PUNTO 2.2, INCISO F)</u> LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO DESCONGELADOR DE PLASMA MEDIANTE TEMPERATURA Y TIEMPO REGULADO CON CAPACIDAD PARA 8 UNIDADES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DESCONGELADOR DE PLASMA A BASE DE AIRE CALIENTE CON ALARMA AUDIBLE Y SENSOR DE TEMPERATURA QUE EVITE LA PROBABLE CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD DE LOS DESCONGELADORES DE PLASMA A BASE DE AGUA CALIENTE.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
10	<p>TÉCNICA</p> <p>10.- EN LA <u>PARTIDA 4. PUNTO 2.3 INCISO A) (PAGINA 86)</u></p>	<p>ESTE REQUISITO APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	LA CONVOCANTE INDICA QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON DOCUMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE EQUIPOS A ESTÁNDARES NACIONALES O INTERNACIONALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA LOS PARTIDAS 1 BIOMETRÍA HEMÁTICA, PARTIDA 2 SEROLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA Y PARTIDA 3 ACIDO NUCLEICOS PARA DETECCIÓN DE VIH, VHB Y VHC. DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS NOS PUEDAN INFORMAR COMO APLICA A LA PARTIDA 4.	
11	TÉCNICA 11.- EN LA <u>PARTIDA 4. PUNTO 2.4 (PAGINA 87)</u> SISTEMA INFORMÁTICO DONDE SOLICITAN INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL EQUIPO. DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y RESPALDARSE CON SISTEMA NO-BRAKE QUE PERMITA UN AMORTIGUAMIENTO DE 15 MINUTOS COMO MÍNIMO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTABLECER EL CONVENIO CON EL ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE PARA LA INSTALACIÓN DE LA INTERFACE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LICITACIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA SOLVENTAR ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTABLECEREMOS CONVENIO CON EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ES SUFICIENTE PARA CUBRIR ESTE PUNTO.
12	TÉCNICA 12.- EN LA <u>PARTIDA 4. PUNTO 2.5 (PAGINA 88)</u> INSUMOS Y EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. EN ESTE PUNTO SE ENUNCIAN VARIAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, PARA SOLVENTAR ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS QUE NOS APLIQUEN A LOS INSUMOS QUE OFERTAMOS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PARTIDA 4 PUNTO 2.5., DE LA CONVOCATORIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS LICON, S.A.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>1.- 3.11.11.CADUCIDAD.Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 6 meses contados a partir de la fecha de su entrega. Para aquellos bienes que la SSA haya autorizado un periodo de caducidad menor de acuerdo a su Registro Sanitario, el licitante deberá anexar copia simple legible del documento oficial donde la propia SSA lo indique.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que para aquellos productos que dada su naturaleza biológica (células control y células reactivo), nos permita entregar con caducidad de 28 a 30 días de acuerdo al registro sanitario, siendo este un documento oficial avalado por la propia SSA y basándonos en una programación de entrega anualizada en conjunto con el usuario. ¿Se acepta?</p>	<p>SE INFORMA QUE PARA LAS CÉLULAS, CONTROLES Y CÉLULAS REACTIVO SE ACEPTAN CADUCIDADES DE 28 A 30 DÍAS.</p>
2	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>2.- 3.12.3. Deducciones. (Tercer párrafo) Se calcularan las deducciones al cierre de mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 0.5% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro...</p> <p>Solicito amablemente a la convocante favor de aclarar ¿cuál es la información a contemplar en este párrafo respecto al porcentaje a aplicar el momento del cálculo de deducciones, el escrito en número o el escrito en paréntesis en letra? Favor de aclarar.</p>	<p>LO CORRECTO ES 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO).</p>
3	<p>TÉCNICA</p> <p>3.- 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.</p> <p>Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. • NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las 	<p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3., EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL, ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.3.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.
-------------------	---------------------------------

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
-------------------	-------------------

	<p>características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos. <p>Es correcta nuestra apreciación que para poder cumplir con este punto, se podrá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la que mencione que se cumple con las normas solicitadas para los bienes ofertados. ¿Favor de aclarar?</p>	
4	<p>TÉCNICA</p> <p>4.- Sección VI Documentos que deben presentar los licitantes</p> <p>6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio); especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico "A", para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) o emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su traducción simple al español. Para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. Y <p>Se solicita amablemente a la convocante si es correcto entender que para cumplir con este punto se deberá entregar certificado de aprobación ya sea certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) FDA, CE o bien ISO 13485 que avala la calidad y que aplica para fabricantes de equipos y bienes. ¿Se acepta?</p>	<p>SE REQUIERE QUE SE ENTREGUE CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (ALEMANIA); JIS (JAPÓN) O EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN; CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.</p>
5	<p>TÉCNICA</p> <p>5.- Sección VI Documentos que deben presentar los licitantes</p> <p>6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio); especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas</p>	<p>SE REQUIERE QUE SE ENTREGUE CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (ALEMANIA); JIS (JAPÓN) O EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN; CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.</p> <p>• Para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico "A", para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) o emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su traducción simple al español. Para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. Y</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante con base a la modificación del RIS (Reglamento de Insumos para la Salud) publicado el 31-05-2021 en el DOF, (artículo 153). los documentos que acompañen a las solicitudes deberán encontrarse redactados en idioma español o inglés. Los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados; en caso de estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión), sin que esto sea una causal de descalificación.</p>	
TÉCNICA		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	<p>6.- Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE, 2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA y PARTIDA 3: DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES. El control de calidad Externo deberá incluir carta de participar de proyecto de Control de Calidad Externo dirigido por una consultoría externa por el Banco de Sangre.</p> <p>Es correcta nuestra apreciación que se deberá entregar carta de apoyo del proveedor de Ensayos de Aptitud acreditado bajo el ISO/IEC 17043:2010 para dar cumplimiento con la inscripción al Control de Calidad Externo, el cual este acreditado por una entidad reconocida como la EMAdE acuerdo a lo descrito en la NOM 253-SSA1-2012, para SEROLOGIA INFECCIOSA INMUNOHEMATOLOGIA y NAT. ¿Favor de aclarar?</p>	
7	<p>TÉCNICA</p> <p>7.- Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE 2.2.- PRUEBAS DE</p>	SE PUEDE OFERTAR TARJETA DE GEL DE 6 U 8 POZOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>INMUNOHEMATOLOGÍA.</p> <p>PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN. Grupo sanguíneo-Rh. Directa/Inversa.ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRUEBAS.DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO Y Rh Y GRUPO INVERSO EN TARJETA DE GEL, INCLUYENDO AL MENOS ANTI A Y ANTI B, ANTID, CTRL, Y PARA GRUPO INVERSO CON CELULAS A1 Y B. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TARJETA DE GEL DE 8 POZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LA NOM-253-SSA-2012 EN LOS PUNTOS 9.5.2.1 LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO ABO SE DEBERÁ REALIZAR EN TODOS LOS DONANTES Y RECEPTORES, MEDIANTE LAS PRUEBAS SIGUIENTES:</p> <p>9.5.2.3 NO SE CLASIFICARÁ UNA UNIDAD O A UN RECEPTOR EN EL SISTEMA ABO HASTA HABER RESUELTO CUALQUIER DISCREPANCIA QUE HUBIESE ENTRE LA PRUEBA DIRECTA Y LA INVERSA. DE HABER DISCREPANCIA, LA PRUEBA DIRECTA DEBERÁ INCLUIR ANTI-A, ANTI-B Y ANTI-AB, LA INVERSA SE REALIZARÁ EMPLEANDO ERITROCITOS A1, A2, B Y 0 Y UN AUTOCONTROL QUE INCLUIRÁ GLÓBULOS ROJOS Y SUERO O PLASMA DE LA MUESTRA ESTUDIADA Y LAS DEMÁS PRUEBAS QUE SE HAGAN NECESARIAS CONSIDERANDO QUE LA TARJETA DE GEL SOLICITADA SOLO INCLUYE A, B, D, CONTROL A1 Y B EXCLUYENDO EL AB. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
8	<p>TÉCNICA</p> <p>8.- Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA.2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. Solicitan tecnología de tarjetas de Gel de 6 pozos, siendo esta una de las opciones que hay disponibles actualmente en el mercado para pruebas de aglutinación en columna, ya que en el mercado existen también tecnologías de tarjetas de Gel 8 pozos, que cumplen cabalmente con las necesidades del área de Inmunohematología y están siendo utilizadas en los diferentes Bancos de Sangre del país, solicitamos atentamente a la convocante con la finalidad de tener mayor participación en este proceso licitatorio, permita como opcional la utilización de tarjetas de Gel de 6 o de 8 pozos. ¿Se acepta?</p>	SE PUEDE OFERTAR TARJETA DE GEL DE 6 U 8 POZOS
9	<p>TÉCNICA</p>	SE PUEDE OFERTAR TARJETA DE GEL DE 6 U 8 POZOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE: LABORATORIOS LICON, S.A.

PREGUNTAS: RESPUESTA:

	<p>9.-Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos.</p> <p>Solicitan tecnología de tarjetas de Gel de 6 pozos, siendo esta una de las opciones que hay disponibles actualmente en el mercado para pruebas de aglutinación en columna, en el mercado existen también equipos con tecnologías de tarjetas de Gel 8 pozos, que cumplen cabalmente con las necesidades del área de Inmunoematología y que están instalados en los diferentes Bancos de Sangre del país, solicitamos atentamente a la convocante con la finalidad de tener mayor participación en este proceso licitatorio, permita como opcional la tecnología de tarjetas de Gel de 6 y 8 pozos. ¿Se acepta?</p>	
10	<p>TÉCNICA</p> <p>10.- Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos.</p> <p>Dado que la especificación que solicitan "anti globulina humana directa por IgG, IgM e IgA", sólo una casa comercial la cotiza "BIORAD" y limita la libre participación. Es importante mencionar que en las Anemias Hemolíticas Autoinmunes, patología poco frecuente entre 1 a 3 de cada 100 000 habitantes, están presentes en un menor porcentaje y la gran mayoría de las veces en que se presenta esta enfermedad, son los anticuerpos calientes del tipo IgG y Complemento que se encuentran en mayor porcentaje (85%), los que la producen. Se solicita a la convocante que</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		LABORATORIOS LICON, S.A.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	para cubrir con esta especificación nos permita ofertar tarjeta de gel que incluya antiglobulina humana polivalente, mezcla de anticuerpos ANTI - IgG POLICLONAL Y ANTI C3D MONOCLONAL ANTICUERPOS IgM DE ORIGEN MURINO. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
11	<p>TÉCNICA</p> <p>11.-Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, tres centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 80 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre. • Software en línea para soporte de servicio vía remota, • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado, • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 180 tubos de muestras, 28 frascos de reactivos, 240 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. 	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>Se solicita amablemente a la convocante con la finalidad de no limitar la libre participación nos permita ofertar un equipo automatizado con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Equipo completamente automatizado para realizar las técnicas de inmunohematología en tarjetas de gel para las pruebas de grupo sanguíneo ABO/Rh completo (hemático y sérico), Fenotipo Rh+Kell, D débil, Prueba cruzada, escrutinio de anticuerpos irregulares, identificación de anticuerpos irregulares, pruebas enzimáticas, test de Coombs Directo, determinación de antígenos especiales y autocontrol. Dispensación de muestras y reactivos con procesamiento de urgencias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con lector de tarjetas, donde una cámara toma las fotografías. • Incubación a la temperatura requerida de acuerdo al tipo de prueba • Cuenta con dos centrifugas independientes para 12 tarjetas cada una, con la opción de integrar una externa. • Capacidad de 66 grupos completos/ hora. • Máxima velocidad: 100 tarjetas/hora (800 resultados /hora) • Utilización de cualquier tamaño de tubo primario de plástico o vidrio ya que maneja dimensiones: $9 \leq \emptyset \leq 16$ mm y longitud ≤ 100 mm. • Conectividad bidireccional al LIS para conectarse a computadora central. Software en línea para soporte de servicio vía remota. • Identificación de códigos de barras de muestras y reactivos. • Control de calidad integrado. • Realiza presupuesto de reactivos, diluyentes y tarjetas. • Capacidad de carga: 96 tubos de muestras, 48 frascos de reactivos, 400 tarjetas de gel. • Cuenta con software integrado de última generación y una pantalla táctil, deslizante y ajustable. Computadora con software grafico en español en ambiente Windows. • Instalación: 100-120 V/50-60Hz. <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
12	<p>TÉCNICA</p> <p>12- Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA. 2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.
-------------------	---------------------------------

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
-------------------	-------------------

<p>para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, • Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria, • Lector automático de tarjetas de gel, dos centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 48 grupos completos/hora, • que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre. • Software en línea para soporte de servicio vía remota, • Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado • Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema, • Capacidad de carga continua de: 50 tubos de muestras, 34 frascos de reactivos almacenados en condiciones de conservación y agitación continua, 164 tarjetas de gel, • Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática. <p>Se solicita amablemente a la convocante con la finalidad de no limitar la libre participación nos permita ofertar un equipo automatizado con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos: Identificación de muestras y reactivos, homogenización de eritrocitos reactivos, dilución y dispensado de muestras y reactivos, incubación a la temperatura requerida por el tipo de prueba, centrifugación automática de las tarjetas de gel, Lectura automática de las tarjetas de gel e Interpretación Automática de los resultados. 	
--	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	LABORATORIOS LICON, S.A.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<ul style="list-style-type: none"> • 50 tarjetas/hora (400 resultados/hora) • Grupo ABO/Rh completo: Realiza 35 muestras/hora2 • Capacidad hasta 200 tarjetas de gel • Detección del nivel de líquido y coágulos. • Calibración automática • Compatible con cualquier tubo primario • Identificación por código de barras para muestras y reactivos. • Control de calidad integrado. • Computadora compatible con software gráfico en español en ambiente Windows • Proceso de muestras urgentes • Capacidad de Interface bidireccional para conectarse a computadora central. • Impresión de imágenes con la interpretación del resultado • Capacidad para 23 ó 43 reactivos, 1 ó 2 diluyentes y 72 ó 48 muestras configurable por el usuario de acuerdo a la carga de trabajo • Cuenta con No-Break para respaldo del equipo <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>No. 1.-Referencia: Sección II. Numeral 2.4.NORMAS DE CALIDAD.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que la convocante se refiere a la documentación indicada en el numeral 6.3. de la convocatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3., EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL, ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.3.</p>
2	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 2.-Referencia: Sección III. Numeral 3.2.1.Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar solo las hojas referenciadas de los catálogos o fichas técnicas o folletos, donde se encuentre las características ofertadas. ¿Se acepta nuestra petición?</p>	<p>NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS COMPLETOS Y REFERENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE</p>
3	<p>ADMINISTRATIVA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL</p>



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
3.5	<p>No. 3.-Referencia: Sección III. Numeral 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS y Sección VI. Numeral 6.9.</p> <p>Pregunta: En caso de que la empresa que represento no presente proposiciones en participación conjunta y para dar cumplimiento a este numeral, solicitamos a la convocante nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad lo antes expuesto. ¿Se acepta nuestra petición?</p>	CUAL INDIQUE LA LEYENDA DE "NO APLICA".
4	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>No. 4.-Referencia: Sección V. DESECHAMIENTO Inciso h)</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que no es motivo de desechamiento el incumplimiento de este inciso, ya que en este procedimiento de licitación la convocante no está solicitando muestras físicas. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHO INCISO NO ES APLICABLE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, TODA VEZ QUE NO APLICA LA ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.
5	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>No. 5.-Referencia: Sección VI. Numeral 6.2. "Acreditamiento de Personalidad Jurídica"</p> <p>Dice: ... -Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que los datos de inscripción en el Registro Público aplica solo al Acta constitutiva y sus modificaciones y en su caso a los poderes para actos de dominio y de administración que afecten bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, tal y como lo indicado en el Código Civil Federal y no así al poder general y especial, por lo que al presentar un poder general y especial no es necesario el Registro Público. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 6.-Referencia: Sección VI. Numeral 6.3.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que las normas que se enlistan son de observancia al laboratorio por lo que bastará un manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad de cumplimiento y apego de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y 	PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3., EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL, ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.3.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>funcionamiento de los laboratorios clínicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
7	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>No. 7.-Referencia: Sección VI. Numeral 6.7.</p> <p>Pregunta: En caso de que mi representada no cuente con personal con discapacidad, solicitamos a la convocante nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad lo antes expuesto. ¿Se acepta nuestra petición?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LA LEYENDA DE "NO APLICA".</p>
8	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>No. 8.-Referencia: Sección VI. Numeral 6.8.</p> <p>Pregunta: En caso de que mi representada no se encuentre dentro de la estratificación de MIPYMES y para dar cumplimiento a este numeral, solicitamos a la convocante nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad lo antes expuesto. ¿Se acepta nuestra petición?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LA LEYENDA DE "NO APLICA".</p>
9	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 9.-Referencia: Sección VI. Numeral 6.15.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en el numeral en mención y poder soportar el respaldo de cumplimiento, debemos presentar dentro de nuestra propuesta técnica, carta de respaldo emitida por el fabricante, titular del registro sanitario o filial en México de los equipos analizadores primarios y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico "A" a ofertar. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 6.15, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O MAYORISTA (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES). EN CASO DE PRESENTAR CARTAS DE APOYO DEL MAYORISTA, ESTAS DEBERÁN DE VENIR ACOMPAÑADAS DE CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE. POR OTRA PARTE, PODRÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p>
10	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 10.</p> <p>6.18.- Carta de trazabilidad (obligatorio). El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de los calibradores para las pruebas enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A".</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se verificará que las cartas de Trazabilidad tengan los</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE LA CARTA DE TRAZABILIDAD DE LOS CALIBRADORES QUE SE MENCIONAN EN LA EL ANEXO TÉCNICO "A", PARA LAS PRUEBAS CUANTITATIVAS Y LAS PRUEBAS CUALITATIVAS ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	datos correctos, con hoja membretada, que sea legible, vigente y completo. Para la partida 2, serología en el inserto de las pruebas se hace mención a la trazabilidad de los calibradores, solicitamos que para dicho punto nos permita presentar inserto ¿se acepta nuestra solicitud?	
11	TÉCNICA No. 11. 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO. 3.11.11. CADUCIDAD. Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 6 meses contados a partir de la fecha de su entrega Solicitamos al convocante amablemente que se acepten reactivos que por su naturaleza presenten caducidad menor a un mes, como son, células y controles.	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE INFORMA QUE PARA LAS CELULAS Y CONTROLES, SE ACEPTAN CADUCIDADES ÚNICAMENTE DE 28 A 30 DIAS.
12	TÉCNICA No. 12. 6.18.- Carta de trazabilidad (obligatorio). El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de los calibradores para las pruebas enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A". Evaluación: Se verificará que las cartas de Trazabilidad tengan los datos correctos, con hoja membretada, que sea legible, vigente y completo. Para las partidas 2, 4, 5 y 6 que no aplican uso de "calibradores". Solicitamos nos permita para dicho punto presentar carta bajo protesta por parte del licitante en donde se mencione que no aplica dicha carta de trazabilidad. ¿se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, ACLARANDO QUE PARA LA PARTIDA 2, EN LA SECCION 2.1 DE SEROLOGIA SE REQUIERE LA CARTA DE TRAZABILIDAD DE LOS CALIBRADORES DONDE APLIQUE.
13	TÉCNICA No. 13. 6.19.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A".</p> <p>Solicitamos a la convocante nos confirme si es correcta nuestra apreciación esta documentación solo aplica para los productos y/o reactivos que determinan una prueba y que por su naturaleza cuentan con Registro sanitario ya que algunos consumibles o insumos como puntas, cubetas, etc, por su naturaleza no aplica certificados de calidad y hojas de seguridad.</p> <p>¿es correcta nuestra apreciación?</p>	
14	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 14.</p> <p>En punto 6.20.- solicitan Análisis de desechos CRETI (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se verificará que el informe CRETI se haya realizado para los analizadores ofertados.</p> <p>Considerando que en el informe de un análisis cretib en analizadores esta especificado el numero de serie y modelo ,solicitamos a la convocante que este análisis se presente por el licitante adjudicado después de la instalación de los equipos, ¿ Se acepta la petición solicitada?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA., REQUERIMOS SE ANEXE EL ESTUDIO DEL ANALISIS CRETI, DEL EQUIPO OFERTADO, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE SERIE, PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE CORROSIVIDAD, REACTIVIDAD, INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD.Y BIOLOGICO-INFECCIOSO.</p>
15	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 15.</p> <p>En caso de ser negativa la respuesta anterior. Solicitamos que para los equipos analizadores de la partida 2 .nos permita presentar una carta de información de seguridad del fabricante ¿se acepta dicha solicitud?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL INFORME CRETI PARA LOS ANALIZADORES QUE SON OFERTADOS REQUERIMOS SE ANEXE EL ESTUDIO DEL ANALISIS CRETI, DEL EQUIPO OFERTADO, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE SERIE, PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE CORROSIVIDAD, REACTIVIDAD, INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD Y BIOLOGICO- INFECCIOSO</p>
16	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 16.</p> <p>En punto 6.20.- solicitan Análisis de desechos CRETI (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si</p>	<p>NO ES CORRECTO, SE REQUIERE EL INFORME CRETI PARA LOS ANALIZADORES QUE SON OFERTADOS Y REQUERIMOS SE ANEXE EL ESTUDIO DEL ANALISIS CRETI.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>estos se vierten directamente al drenaje).</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se verificará que el informe CRETI se haya realizado para los analizadores ofertados.</p> <p>Es correcto entender que en caso de que los equipos analizadores que no generen desechos que se viertan directamente al drenaje no es necesario presentar información al respecto. ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	
17	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 1.-Partida 2 serología e inmunohematología.</p> <p>Las especificaciones de las pruebas de tamizaje HIV, HBsAg, HCV, Sífilis y Chagas, corresponden a una marca en específico. Solicitamos a la convocante con la finalidad de permitir la libre participación sea necesario que los reactivos estén evaluados en centro nacional de transfusión sanguínea y cumplan con las especificaciones indicadas en la NOM 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos para poder ser ofertados. Esto con la finalidad de garantizar la calidad de os reactivos sin cerrar la participación a todas las marcas que cumplen con los estándares nacionales. ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
18	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 2.-Partida 2 serología e inmunohematología</p> <p>Para las pruebas de tamizaje solicitan tiempo de proceso HBsAg resultado de la prueba máximo 18 minutos, HCV resultado de la prueba máximo 18 minutos.</p> <p>Solicitamos a la convocante reconsidere esta ventana de tiempo debido a que la calidad y precisión de los resultados se puede ver comprometida. Consideramos que los pacientes y la institución no reciben mayor beneficio por la prontitud de los exámenes y si por la calidad de los resultados garantizando la seguridad transfusional. Queremos hacer notar que esta ventana de tiempo solo la cumple una marca específica sin que la literatura ni las normas nacionales documenten un beneficio para la institución proponemos eliminar esta barrera . ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
19	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 3.-Partida 2 serología e inmunohematología</p> <p>Solicitan equipo automatizado para las pruebas de tamizaje HIV, HBsAg, HCV, Sífilis y Chagas con ciertas características las cuales corresponden a una marca en específico, con la</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>finalidad de permitir la libre participación solicitamos a la convocante acepte equipo para pruebas de tamizaje con diferentes características a las solicitadas que cumple y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos normativos que son indicados en la norma oficial mexicana NOM 253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Equipo de metodología de quimioluminiscencia prolongada y que actualmente se utiliza en diferentes bancos de sangre de instituciones como IMSS, ISSSTE, SSA. ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	
20	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 4.-Partida 2 serología e inmunohematología</p> <p>Solicitan control de calidad; El control de calidad Interno y Externo deberá incluir carta de participar de proyecto de Control de Calidad Externo dirigido por una consultoría externa por el Banco de Sangre; Programa de 3° opinión para todos los marcadores. Control Interno de Calidad. Control externo de calidad elegido por el banco de Sangre</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados se considerara la inscripción en base a la necesidad del banco de sangre considerando que la inscripción al control de calidad se realiza una vez adjudicado este evento , y el único que podría presentar este documento seria el proveedor actual , por lo que se limita la libre participación . ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
21	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 5.-Partida 4 para la extracción de sangre total y su procesamiento mediante centrifugación, fraccionamiento y sellado en un solo proceso.</p> <p>Las descripciones de los insumos de renglones 1 y 2 corresponden a una marca, que es la única en el mercado que cumple con la metodología descrita, sin que esta metodología entregue un producto mejor ni más rápido ni más preciso por lo que se solicita a la convocante nos permita ofertar para renglón 1 bolsas para extracción de sangre con filtro integrado, para el renglón 2 bolsa para extracción de sangre cuádruple T&B de la cual se pueden obtener plaquetas, mismas que para separar componentes se emplee por separado una centrifuga refrigerada, fraccionador y sellador ya que actualmente son varios los bancos de sangre que emplean equipos independientes para fraccionamiento de los componentes. ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
22	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 6.-Partida 4 para la extracción de sangre total y su procesamiento mediante centrifugación, fraccionamiento y sellado en un solo proceso.</p> <p>En renglón 5 solicitan navajas para conector estéril y están mencionando modelo TSCD por lo que están limitando la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita considerar navajas o cartuchos para ser utilizados en el conector estéril. ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
23	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 7.-Partida 4 para la extracción de sangre total y su procesamiento mediante centrifugación, fraccionamiento y sellado en un solo proceso.</p> <p>Las descripciones del equipo automatizado que solicitan corresponden a una marca, que es la única en el mercado que cumple con la metodología descrita, sin que esta metodología entregue un producto mejor ni más rápido ni más preciso por lo que se solicita a la convocante nos permita ofertar centrífuga refrigerada, fraccionador automatizado para separación de componentes y sellador de manera independiente ya que actualmente son varios los bancos de sangre que emplean equipos independientes para fraccionamiento de los componentes. ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
24	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 8.-Para las partidas 5 y 6 equipos de aféresis</p> <p>Las especificaciones de los equipos principales para la partida 5 máquina de aféresis donación y máquina de aféresis terapéutica. Para la partida 6 máquina de aféresis para doble concentrado eritrocitario; están dirigidas a 2 marcas en específico con la finalidad de permitir la libre participación solicitamos a la convocante considere como mínimo las especificaciones de cuadro básico de la máquina de aféresis para ambas partidas</p> <p>Equipo para procedimientos de aféresis terapéutica y recolección celular.</p> <p>Con programas para los siguientes procedimientos: recolección de plaquetas leucorreducidas menor a 1x10⁶, concentrados de glóbulos rojos, de granulocitos, de linfocitos células base, Intercambio plasmático y linfoplasmático, procesamiento de médula ósea y células de tallo periféricas.</p> <p>Control programable de velocidad y de separación.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>Sistema de detección óptico y de seguridad para el disponente y el paciente.</p> <p>REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>ACCESORIOS: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>CONSUMIBLES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.</p> <p>Solicitamos a la convocante tomar en cuenta las anteriores especificaciones debido a que:</p> <p>1.- el procedimiento de aféresis debería ser considerada una sola partida para permitir la libre participación</p> <p>2.- la partida 5 caracteriza a dos equipos exclusivos que en el mercado maneja el proveedor que otorga el servicio actualmente por lo que se está violando el principio de equidad en el concurso</p> <p>3.- la partida 6 caracteriza a un equipo exclusivo que en el mercado maneja el proveedor que otorga el servicio actualmente por lo que se está violando el principio de equidad en el concurso</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	
25	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 9.-Partida 1 Biometrías Hemática en donantes de sangre , plaquetas. Kit con calibradores, controles y todo lo necesario para llevar a cabo la prueba</p> <p>Partida 1, 1 Especificaciones del equipo, Citómetro de Flujo para Biometrías Hemáticas, 1.1 características técnicas</p> <p>Debido a que las características solicitadas pertenecen a un equipo en específico, solicitamos amablemente a la convocante nos permita participar con un instrumento, de especificaciones semejantes de igual o mayor calidad, que cumple con todas las características de calidad como FDA o CE e ISO 13485, con lo cual se garantiza la calidad en la emisión de resultados, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo automatizado nuevo con capacidad para 	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>analizar las células utilizando citometría de flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diferencial en 5 partes • Graficas de distribución tridimensionales (3 D) diferencial de leucocitos, NRBC y reticulocitos. • Gráficos con histogramas para eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Escatogramas (dispersogramas) diferencial de leucocitos, RBC, y reticulocitos. • Utiliza sólo cuatro reactivos incluyendo el de reticulocitos, lo anterior para facilitar el manejo de inventarios • reactivos libres de cianuro. • Manejo de información Sistema operativo basado en Micosoft Windows en español. • Pantalla táctil integrada • Control de calidad integrado con Levey-Jennings. • Almacenamiento de datos mínimo de 50,000 resultados con gráficos. • Indicador temprano de sepsis. • Agitador de muestras automático • Capacidad de realizar pruebas de reproducibilidad automáticas. • Resultados numéricos, números absolutos y porcentajes, que se pueden revisar en el monitor o imprimirlos manual o automáticamente. • Monitoreo remoto • Puerto de comunicación para fase bidireccional RS 232. • Lector de códigos de barras 2 D para muestras o reactivos. <p>¿Se acepta?</p>	
26	<p>TÉCNICA No. 10.-Partida 1 Biometrías Hemática en donantes de sangre , plaquetas. Kit con calibradores, controles y todo</p>	<p>SE ACEPTA CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE SE COMPROMETE A REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA QUE EL BANCO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>lo necesario para llevar a cabo la prueba</p> <p>ANEXO TECNICO</p> <p>13. Documentación</p> <p>Solicitan entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y externos, solicitamos que esta documentación se pueda entregar una vez que se haya asignado la presente licitación, ya que antes de eso no podemos inscribir al laboratorio y por lo tanto no tendremos el documento. ¿Se acepta</p>	DE SANGRE REQUIERE
27	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 11.-Partida 1 Biometrías Hemática en donantes de sangre , plaquetas. Kit con calibradores, controles y todo lo necesario para llevar a cabo la prueba</p> <p>2 características de los reactivos:</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar las características de los reactivos afines a los equipos ofertados, con el fin de permitir una mayor participación en la presente licitación ya que los reactivos mencionados pertenecen a una sola marca. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
28	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 12.-Partida 1 Biometrías Hemática en donantes de sangre , plaquetas. Kit con calibradores, controles y todo lo necesario para llevar a cabo la prueba</p> <p>Partida 1, 1 Especificaciones del equipo, Citómetro de Flujo para Biometrías Hemáticas, 1.1 características técnicas</p> <p>1.3 Característica de equipo</p> <p>Solicitamos que esta característica pueda ser detectada por una tinción específica para la detección de malaria ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
29	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 13.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, Especificaciones técnicas de las pruebas. Partida 1 a la partida 9.Solicitan soporte de tarjeta de gel 6 pocillos.</p> <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:		RESPUESTA:	
	<p>cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto, y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado.</p> <p>Se solicita, se acepte soporte de casete de esferas de vidrio con seis pocillos la cual representa una mayor sensibilidad de detección en anticuerpos por las esferas de vidrio siendo una tecnología equivalente o superior a lo solicitado.</p> <p>¿Se acepta?</p>		
30	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 14.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas. Partida 8. Prueba de coombs directo. Que incluya la detección de IgG, IgM, IgA, C3c, C3D.</p> <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto, y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado.</p> <p>Se solicita amablemente al convocante se considere como opcional la detección de IgA, ya que la prueba de Coombs directo contemplada actualmente en la norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos no solicita la detección de IgA y por lo tanto las características de los reactivos de la mayoría de las casas comerciales no contemplan esta detección por lo tanto se está limitando la libre participación.</p> <p>¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.	
31	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 15.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
<p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p> <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado, además las características solicitadas son de una calidad y sensibilidad inferior a las que la institución podría conseguir para sus pacientes.</p> <p>Se solicita amablemente al convocante, acepte equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG e IgM, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, casete con esferas de vidrio de seis pocillos, considerando que la IgA no es obligatoria por la norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos y que la tecnología de esferas de vidrio ofrece un mayor grado de sensibilidad, lo cual representa una mejora tecnológica y de detección para el instituto.</p> <p>¿Se acepta?</p>		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.
-------------------	-----------------------------

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
-------------------	-------------------

32	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 16.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lector automático de tarjetas de gel, tres centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 80 grupos completos/hora. • Capacidad de carga continua de: 180 tubos de muestras, 28 frascos de reactivos, 240 tarjetas de gel. <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, acepte equipo Automatizado con velocidad de centrifugación bifásica de casete de 5 minutos y con capacidad de carga equivalentes o superiores a lo solicitado ,sin que esto afecte la emisión de resultados del instituto en tiempo y calidad ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>
----	--	---

33	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 17.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación y titulación de anticuerpos, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos. El equipo debe contar como mínimo:</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>
----	--	---



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado. considerando que esta especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado, además las características solicitadas son de una calidad y sensibilidad inferior a las que la institución podría conseguir para sus pacientes.</p> <p>Se solicita amablemente al convocante, acepte equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG e IgM, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, y titulación de anticuerpos, utilizando como soporte o fase sólida, casete con esferas de vidrio de seis pocillos, considerando que la IgA no es obligatoria por la norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos y que la tecnología de esferas de vidrio ofrece un mayor grado de sensibilidad, lo cual representa una mejora tecnológica y de detección para el instituto ¿se acepta?</p>	
34	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 18.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>1 (UNO) Equipo Automatizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lector automático de tarjetas de gel, dos centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 48 grupos completos/hora. • Capacidad de carga continua de: 50 tubos de muestras, 34 frascos de reactivos almacenados en condiciones de conservación y agitación continua, 164 tarjetas de gel. <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto y al mismo tiempo no se limite la libre participación, considerando que esta</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>especificación corresponde a una sola casa comercial en el mercado.</p> <p>Se solicita amablemente al convocante, acepte equipo Automatizado con velocidad de centrifugación bifásica de casete de 5 minutos y con características propias equivalentes o superiores a lo solicitado, sin que esto afecte la emisión de resultados del instituto en tiempo y calidad.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
35	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 19.-Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>1 (UNO) Equipo Manual: equipo de respaldo de tecnología manual para la técnica en gel y la técnica en tubo, que realice determinación de grupos sanguíneos, Anticuerpos Antieritrocitos, Antiglobulina Humana directa y pruebas de compatibilidad en tarjetas de gel, que incluya todos los accesorios (Pipetas, mesas de trabajo, etc) para su procesamiento, así como los consumibles para realizar la prueba. Sin costo extra para el Instituto.</p> <p>Con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar a la que cuente con las mejores condiciones para el instituto y al mismo tiempo no se limite la libre participación, se solicita amablemente al convocante acepte un equipos (centrifugas e incubadores) de tecnología manual con soporte de casete de esferas de vidrio y técnica en tubo por separado con características equivalentes o superiores a lo solicitado sin que esto afecte el tiempo de resultado y calidad de las pruebas considerando que esta especificación corresponde a una marca en específico y por lo tanto se esta limitando la libre participación</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, ES POSIBLE OFERTAR DE MANERA INDEPENDIENTE EQUIPOS MANUALES PARA TECNOLOGÍA DE GEL Y EQUIPOS MANUALES PARA TECNOLOGIA DE TUBO</p>
36	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 20.-CONVOCATORIA No. LA-012NCA001-E753-2021</p> <p>TODAS LAS PARTIDAS</p> <p>Solicitamos a la convocante se tome en cuenta todas las normativas y regulaciones según apliquen, así como las especificaciones de equipos de cuadro básico y se alineen</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>las características solicitadas a los supuestos de equidad, libre competencia, competencia en igualdad de circunstancias que marca la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública toda vez que nos parece que las características de los equipos ,reactivos e insumos solicitados corresponden a marcas específicas y el diseño de la convocatoria favorece a los proveedores actuales del servicio.</p> <p>Solicitamos que acepten equipos reactivos e insumos que cumplan con todas la regulaciones nacionales y permitan la libre competencia y atiendan las características equivalentes en base a la productividad del banco, garantizando la calidad de resultados y seguridad transfusional requerida por Banco de sangre ¿se acepta?</p>	
37	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 21.-Referencia: Sección II. Numeral 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES / 2.6 CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que la convocante al referirse al ANEXO TECNICO "A" se refiere al ANEXO TECNICO en donde indican las Partidas y su descripción de cada una de ellas. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN
38	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 22.-Referencia: ANEXO TÉCNICO. Partida 1, 2, 3, 4, 5 y 6.</p> <p>Es correcto entender que toda la documentación solicitada dentro del anexo técnico será presentada por el licitante adjudicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO SERÁ PRESENTADA COMO PARTE DE SU PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
39	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 23.-Partida 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS. KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA, 1.6 Que cuenten con una interfaz (hardware y software) que asegure la comunicación con el Sistema Informático del Banco de Sangre.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.
40	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 24.-Partida 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS. KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO</p>	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA, 1.6 Que cuenten con una interfaz (hardware y software) que asegure la comunicación con el Sistema Informático del Banco de Sangre.</p> <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	
41	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 25.-Partida 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS. KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA, 14.- Interface</p> <p>• El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>
42	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 26.-Partida 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS. KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA, 14.- Interface</p> <p>• El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.</p> <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE</p>
43	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 27.-Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA, 2.- EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.: • El equipo deben estar interfasado al sistema informático del banco de sangre, de</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	<p>forma bidireccional.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	
44	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 28.-Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA, 2.- EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.: • El equipo deben estar interfazado al sistema informático del banco de sangre, de forma bidireccional.</p> <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE</p>
45	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 29.-PARTIDA 3: DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES. 3.3 INTERFACE. 3.3.5 INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EQUIPO. LA INTERFACE DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SU COMPUTADORA DEBERÁ RESPALDARSE CON UN UPS PARA DESCARGAS ELÉCTRICAS POR COMPUTADORA.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICA A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>
46	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 30.-PARTIDA 3: DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES. 3.3 INTERFACE. 3.3.5 INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EQUIPO. LA INTERFACE DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SU COMPUTADORA DEBERÁ RESPALDARSE CON UN UPS PARA DESCARGAS ELÉCTRICAS POR COMPUTADORA.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.	
47	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 31.-PARTIDA 3: DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES. 3.6.2 INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL EQUIPO. DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y RESPALDARSE CON SISTEMA NO-BRAKE QUE PERMITA UN AMORTIGUAMIENTO DE 15 MINUTOS COMO MÍNIMO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTABLECER EL CONVENIO CON EL ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE PARA LA INSTALACIÓN DE LA INTERFACE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS POSTERIORES AL FALLO DE LICITACIÓN.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>
48	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 32.-PARTIDA 3: DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES. 3.6.2 INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL EQUIPO. DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y RESPALDARSE CON SISTEMA NO-BRAKE QUE PERMITA UN AMORTIGUAMIENTO DE 15 MINUTOS COMO MÍNIMO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTABLECER EL CONVENIO CON EL ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE PARA LA INSTALACIÓN DE LA INTERFACE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS POSTERIORES AL FALLO DE LICITACIÓN.</p> <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE</p>
49	TÉCNICA	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2,</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	DICIPA, S.A. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>No. 33.-PARTIDA 4.- PARA LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO. 2.4.- Sistema de informática: A. Interface (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático instalado en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenido en el equipo. deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto y respaldarse con sistema no-brake que permita un amortiguamiento de 15 minutos como mínimo. el proveedor deberá establecer el convenio con el administrador del software de banco de sangre para la instalación de la interface en un plazo no mayor de 30 días naturales posteriores al fallo de licitación.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	<p>EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>
50	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 34.-PARTIDA 4.- PARA LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO. 2.4.- Sistema de informática: A. Interface (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático instalado en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenido en el equipo. deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto y respaldarse con sistema no-brake que permita un amortiguamiento de 15 minutos como mínimo. el proveedor deberá establecer el convenio con el administrador del software de banco de sangre para la instalación de la interface en un plazo no mayor de 30 días naturales posteriores al fallo de licitación.</p> <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE.</p>
51	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 35.-PARTIDA 5. 1.- MATERIALES EN COMODATO DEL PERFIL DE AFÉRESIS. 7.-) interface</p> <p>• el distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. la interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICA A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		DICIPA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
	Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.	
52	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 36.-PARTIDA 5. 1.- MATERIALES EN COMODATO DEL PERFIL DE AFÉRESIS. 7.-) interface</p> <ul style="list-style-type: none"> el distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. la interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto. <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE.</p>
53	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 37.-PARTIDA 6 AFERESIS DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO. 3) Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto. <p>Se solicita amablemente a la convocante especifique a que Sistema Informático de Banco de Sangre se refiere.</p>	<p>EL SISTEMA INFORMÁTICA A QUE NOS REFERIMOS SERÁ EL QUE INSTALE EL LICITANTE GANADOR DE LA PARTIDA 2, EL CUAL SOLICITAMOS QUE SE PUEDA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS QUE CUENTA EL BANCO DE SANGRE. ASÍ COMO LLEVARSE A CABO TODOS LOS PROCESOS Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA TRANSFUSIONAL.</p>
54	<p>TÉCNICA</p> <p>No. 38.-PARTIDA 6 AFERESIS DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO. 3) Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto. <p>Podrían aclarar si se puede ofrecer un sistema informático de banco de sangre igual o superior al que hacen referencia y las características requeridas del mismo.</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA COMPATIBILIDAD CON LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS QUE TIENE EL BANCO DE SANGRE.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABALAT, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>1. En la Sección IV Requisitos que deberán Cumplir los Licitantes. Indican que el folio de preferencia con el formato (1 de x, 2 de x, etc.) de manera individual la propuesta técnica y económica. Favor de confirmar que el folio que mencionan es de formar sugerida, más no obligatoria y en todo caso mi representada puede hacer su folio corrido con el formato (1, 2, 3, 4, 5 etc). Favor de confirmar.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL FOLIO QUE SE SEÑALA EN LA CONVOCATORIA ES DE MANERA SUGERIDA. SIN EMBARGO, SE INFORMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ NUMERAR OBLIGATORIAMENTE DE MANERA INDIVIDUAL, SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>
2	<p>TÉCNICA</p> <p>2. En la Sección VI Punto 6.3 solicitan copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, para cumplir con este punto ¿podemos entregar copia de los certificados de calidad ISO 13485?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPOSTA, SIN SER LIMITANTE AL RESTO DE LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
3	<p>TÉCNICA</p> <p>3. En la Sección VI Punto 6.3 solicitan copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, para cumplir con este punto solicitan integrar certificados de buenas prácticas de fabricación de equipos y reactivos, Registros Sanitarios de equipos y reactivo. Solicitamos a la convocante nos confirme si los certificados de buenas prácticas de Equipos y reactivos los podemos integrar en el escrito de normas y los registros sanitarios integrarlos en el apartado 1.1.15 de Registros Sanitarios de la Plataforma de compranet. Favor de confirmar</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPOSTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE OMITA LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO DE LOS SOLICITADOS</p>
4	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>4. En la Sección VI Puntos 6.7 Personal con Capacidades Diferentes, 6.8 Estratificación y 6.9 Participación Conjunta, solicitamos a la convocantes que en el caso de que a mi representada no le apliquen estos 3 (tres) numerales nos permita presentar escrito de que NO nos APLICA. ¿Esto se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPOSTA, BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LA LEYENDA DE "NO APLICA".</p>
5	<p>TÉCNICA</p> <p>5. Sección VI, numeral 6.15.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista.</p> <p>Pregunta: Debemos entender que los distribuidores deben presentar obligatoriamente carta de respaldo del fabricante y/ó titular del registro sanitario?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
6	<p>ADMINISTRATIVA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPOSTA, BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE EN PAPEL PREFERENTEMENTE</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABALAT, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
6.	<p>Sección VI, numeral 6.15.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista.</p> <p>Pregunta: Con la finalidad de poder cumplir con la verificación de la veracidad de la información de este punto, será necesario incluir copia del poder notarial del representante legal del fabricante y/o titular del registro sanitario así como copia simple de la identificación oficial del mismo?</p>	<p>MEMBRETADO DEL MISMO, QUE CONTENGA DOMICILIO, TELÉFONO, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO DEL FABRICANTE, EN DONDE LO RESPALDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA ADQUIRIR LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", LA CONVOCANTE TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN DICHO DOCUMENTO.</p>
7	<p>TÉCNICA</p> <p>7. Sección VI, numeral 6.17.- Copia legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento.</p> <p>Pregunta: Dado el uso e impactos potenciales de los insumos objeto de la presente licitación, será necesario incluir documentación oficial que demuestre el cumplimiento de la NOM 241-SSA1-2012 relativa a las buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos y que es de carácter obligatorio para todos los establecimientos que fabriquen comercialicen o distribuyan dispositivos médicos?</p>	<p>NO ES REQUIERE PARA ESTA LICITACIÓN.</p>
8	<p>TÉCNICA</p> <p>8. Sección VI, numeral 6.3.- Dice: "Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente: NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos.</p> <p>Pregunta: ¿Debemos entender que la copia del certificado debe ser del licitante, toda vez que se menciona la palabra "distribución"?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES</p>
9	<p>TÉCNICA</p> <p>9. Sección VI, numeral 6.3.- Dice: "Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente: NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.</p> <p>Pregunta: Para cumplir con estos 2 requisitos específicos es posible presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que se cuenta con los bienes y procesos que se realizan por parte del licitante satisfacen dichas normas?</p>	<p>NO ES CORRECTO, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3., EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL, ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.3.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ABALAT, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
10	TÉCNICA 10. Anexo A, Partida 2 Serología e Inmunohematología, numeral 2.2.- Pregunta: ¿Es posible ofertar tarjetas de gel con 8 pozos para las partidas 1, 4, 5 y 7?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO AUTOMATIZADO PUEDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS ENLISTADAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A" DE MANERA AUTOMATIZADA, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD.
11	TÉCNICA 11. Anexo A, Partida 2 Serología e Inmunohematología, numeral 2.2.- Pregunta: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera positiva, ¿es posible ofertar equipos con características semejantes y/o superiores a las solicitadas para el procesamiento de tarjetas de gel?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO AUTOMATIZADO PUEDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS ENLISTADAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE MANERA AUTOMATIZADA, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO Y PRODUCTIBILIDAD.
12	TÉCNICA 12. Anexo A, Partida 2 Serología e Inmunohematología, numeral 1 "pruebas de tamizaje".- Pregunta: ¿es posible ofertar un equipo y los reactivos respectivos que utilice como principio de detección quimioluminiscencia?	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.
13	TÉCNICA 13. Anexo A, Partida 2 Serología e Inmunohematología, numerales 1.4 y 1.5, "pruebas de tamizaje".- Pregunta: ¿Se requiere que los reactivos para detección de enfermedad de Chagas y Sífilis, cuenten con registro sanitario y dictamen para uso en banco de sangre, emitido por institución autorizada por COFEPRIS para tal fin al igual que los solicitados en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA VALIDACIÓN DEBE SER POR EL ÓRGANO REGULADOR DE BANCOS DE SANGRE QUE ES EL CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
14	TÉCNICA 14. Anexo A, Partida 2 Serología e Inmunohematología, numeral 1.4.- Pregunta: ¿Es posible proporcionar alguna especificación sobre el reactivo para pruebas confirmatorias?	LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS SE OBSERVAN EN EL PUNTO 3 DE LA PARTIDA 2, DE LA CONVOCATORIA.

LICITANTE:		ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	TÉCNICA 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO. 3.11.11. CADUCIDAD.Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 6 meses contados a partir de la fecha de su entrega Solicitamos atentamente a la convocante que aquellos	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE INFORMA QUE PARA LAS CÉLULAS, CONTROLES Y CÉLULAS REACTIVO SE ACEPTAN CADUCIDADES DE 28 A 30 DÍAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>productos que por su naturaleza la caducidad sea menor a la solicitada como es el caso de las células rojas y controles, que llegan con caducidades menores a un mes por ser de origen biológico, este punto no aplique, en el entendido de que se proporcionará el material necesario por parte del licitante ganador para asegurar el servicio. ¿se acepta?</p>	
<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>Partida 1 a la partida 9.</p> <p>2</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante que acepten como una opción la tecnología de cassetts con esferas de vidrio de 6 micropozos, ya que la tecnología solicitada solo es una de las opciones disponibles en el mercado para pruebas de Inmunoematología. Lo anterior con la finalidad de que la convocante este en posibilidad de recibir un mayor número de propuestas y opciones, en congruencia al espíritu de un proceso licitatorio. ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO AUTOMATIZADO PUEDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS ENLISTADAS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DE LA CONVOCATORIA, DE MANERA AUTOMATIZADA, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD.</p>	
<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>Partida 8. Prueba de coombs directo.</p> <p>3</p> <p>...Que incluya la detección de IgG, IgM, IgA, C3c, C3D.</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante acepte como opción la oferta de un cassett de coombs directo monoespecifico que incluye columna Anti-IgG, Columna de complemento Anti-C3b,-C3d y control que permite determinar anticuerpos IgG, IgM, y comlemento. Lo anterior debido a que la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos no marca como obligatoria la detección de IgA al poderse complementar con otras pruebas que forman parte del menú de Inmunoematología ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
4	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA Especificaciones técnicas de las pruebas.</p> <p>Partida 9. Identificación de anticuerpos IgM fríos. Que incluya diluyente de baja fuerza iónica.</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante que con la finalidad de que la institución pueda contar con mayor cantidad de propuestas para asignar que permitan tener las mejores condiciones para el instituto, considerando que actualmente en el mercado existen pruebas que cumplen con las condiciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de identificación de anticuerpos IgM fríos, y no se requiere una solución LISS, se solicita se acepte prueba equivalente o superior a la solicitada. ¿se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2: SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA 2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA,</p> <p>EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS: 1 (UNO) Equipo Automatizado, 1 (uno) EQUIPO MANUAL, 1 (UNO) Equipo Automatizado</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante que permita como opción la oferta de equipos de Inmunohematología, automatizados y manuales con la tecnología de Cassetts con esferas de vidrio, compatible con los reactivos donde buscamos apertura de las características, en las preguntas de arriba; que cumplen con las necesidades de los bancos de sangre a nivel nacional y mundial, adecuando la ficha técnica con las características de la tecnología ofertada, en el entendido de que estarán sujetas a revisión y aprobación por parte del área técnica. Lo anterior con la finalidad de que la convocante este en posibilidad de recibir un mayor número de propuestas y opciones, en congruencia al espíritu de un proceso licitatorio. ¿se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
6	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA,</p> <p>EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:</p> <p>1 (uno) EQUIPO MANUAL, equipo de respaldo de tecnología manual para la técnica en gel y la técnica en tubo...</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante que permita la oferta de un equipo manual de cassetts con esferas de vidrio y una centrífuga adicional para las pruebas de tubo, ya que actualmente solo la tecnología solicitada, es quien cuenta con la centrífuga para tarjetas y tubos, sin que esto tenga un impacto real en la operación con respecto a tener una centrífuga para cassetts y otra para tubos, ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDEN OFERTAR DE MANERA INDEPENDIENTE EQUIPOS MANUALES PARA TECNOLOGÍA DE GEL Y EQUIPOS MANUALES PARA TECNOLOGIA DE TUBO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>
7	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>Dentro de las descripciones de las pruebas para serología infecciosa para donadores de sangre, hay características muy específicas de una marca, por lo que solicitamos de la manera más atenta a la convocante acepte la oferta de la gama de opciones que son consideradas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, en el entendido que son las que cumplen con las necesidades de tamizaje en los bancos de sangre. ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>
8	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.: • 1 (UN) Equipo</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	<p>Automatizado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que incluya como principio de medición, metodología: electroquimioluminiscencia. <p>La tecnología solicitada solo es una de las disponibles en el mercado para pruebas de serología infecciosa, por lo que solicitamos atentamente permita la opción de ofertar Quimioluminiscencia amplificada. Lo anterior con la finalidad de que la convocante este en posibilidad de recibir un mayor número de propuestas y opciones, en congruencia al espíritu de un proceso licitatorio. ¿se acepta?</p>	
9	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.: • 1 (UN) Equipo Automatizado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen de muestras necesaria: Máximo 50 µl. <p>Solicitamos atentamente acepte como opción un equipo que procese las pruebas con un rango entre 2-80 µl. ¿se acepta?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
10	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.: • 1 (UN) Equipo Automatizado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con capacidad de inactivar virus para desecho no nocivos al medio ambiente directo al drenaje <p>Solicitamos atentamente nos informen si es correcto entender que esta característica no aplica en caso de ofertar equipos que tienen capacidad de tener los desechos auto contenibles dentro del propio equipo y no desechen los reactivos</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	
PREGUNTAS:	RESPUESTA:	
	directamente al drenaje.	
11	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>2.2 PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>EQUIPO EXTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPS con capacidad de soporte de variaciones de voltaje y con capacidad de mantener energía suficiente para el funcionamiento del equipo por al menos una hora. <p>Solicitamos atentamente a la convocante acepte un UPS para un respaldo de entre 10 y 15 min, ya que la finalidad de estos es mantener el equipo prendido durante un corte de electricidad, mientras el equipo termina sus procesos, y no para proveer de energía eléctrica por una hora, pues la capacidad de estos es limitada. ¿se acepta?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
12	<p>TÉCNICA</p> <p>Partida 2:</p> <p>SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE</p> <p>1.4.-TRIPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS),</p> <ul style="list-style-type: none"> • el ensayo deberá utilizar para la detección de anticuerpos, al menos tres antígenos recombinantes diferentes del Tripanosoma cruzi, para con ello evitar falsos negativos y positivos que se reflejarían en la seguridad de los componentes sanguíneos que la institución maneja. Ya que la prueba (base en inserto) no deberá manejar zona gris. <p>Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un reactivo con lisado de parásito que contiene todos los antígenos y cubre las diferentes cepas del Tripanosoma Cruzi, lo que permite tener una sensibilidad del 100% ¿se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTA, LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS ENSAYOS SON LAS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E753-2021	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023	

LICITANTE:		FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:		RESPUESTA:
1	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 1, PUNTO 2.4 NORMAS DE CALIDAD Y SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.3</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos confirme que, para cumplir con lo solicitado en estos puntos, bastara con presentar escrito en formato libre manifestando solo las normas que apliquen al bien que se esté ofertando.</p>	<p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3., EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL, ASIMISMO, DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.3.</p>
2	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>PREGUNTA 2, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTOS 6.7, 6.8 Y 6.9.</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos confirme que, en caso de no aplicar estos puntos a mi representada, bastara con presentar un escrito mencionando esta situación.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LA LEYENDA DE "NO APLICA".</p>
3	<p>ADMINISTRATIVA</p> <p>PREGUNTA 3, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.10</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos aclare qué debemos de entregar para cumplir con lo solicitado en este numeral ya que se menciona que será entregado únicamente por el licitante que resulte adjudicado.</p>	<p>SE INFORMA QUE DICHO DOCUMENTO, DEBERÁ SER PRESENTADO ÚNICAMENTE POR EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.</p>
4	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 4, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.15</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita que la carta de respaldo pueda ser expedida y firmada por el fabricante y/o por el titular del registro sanitario</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
5	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 5, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.16</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos confirme, si será correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto, bastara con entregar la Última Modificación al Registro Sanitario</p>	<p>ES CORRECTO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
6	<p>TÉCNICA</p> <p>PREGUNTA 6, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN</p>	<p>ESTE PUNTO APLICA PARA LOS ANALIZADORES QUE TENGAN DESECHOS, Y SE DEBE DE PRESENTAR</p>